

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Bolesława Chrobrego 31
58-300 WAŁBRZYCH

L.dz. 275/DZL/ZZ/01/13

Wałbrzych, 18 stycznia 2013 r.

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuska płytkowo-leukocytarnego w ilości 700 sztuk dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 17 stycznia 2013 r. wpłynęło pismo jednego z wykonawców zawierające wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej jego treść jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby zestawy do filtracji nie były wyposażone w zacisk na drenie z filtrem? Obecność takiego zacisku byłaby problematyczna w procesie wirowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
mgr farm. Leszek Radojewski