

Wałbrzych, 10 lipca 2013 r.


Lp2. RCKIK102L122/5805/13

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu"

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 9 lipca 2013 r. wpłynęło pismo jednego z wykonawców zawierające zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej jego treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

„Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści igłę systemową 0,8 a w pozycji nr 7 dopuści rozwiązanie równoważne w postaci uchwytu z zabezpieczeniem? Producenci systemów próżniowych oferują swoim użytkownikom różnego rodzaju rozwiązania zabezpieczające personel pobierający krew przed zakłuciem. W momencie przygotowywania zestawu do wklucia, igłę systemową wkładamy w uchwyt co stanowi komplet. Nie ma w tym momencie znaczenia czy osłonka będzie umieszczona na uchwycie czy na igle.”

Odpowiedź Zamawiającego: określając w SIWZ przedmiot zamówienia, Zamawiający jako jeden z elementów systemu (tabela - pozycja nr 6) przewidział igłę z osłoną lub innym systemem zabezpieczeń. Jednocześnie jednak dopuścił zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych. A zatem Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, jako spełniające określone w SIWZ wymogi w tym zakresie. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że jednym z przyjętych kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest ocena techniczna oferowanego systemu, w tym ocena funkcjonalności zastosowanego systemu zabezpieczenia igły systemowej.


DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu

mgr farm. Leszek Radojewski