

Wałbrzych, 10 września 2013 r.

L.dz. RCKiKIDZL1ZZ/6593/13

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) metodą chemiluminescencji oraz materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych oraz kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do automatycznych metod, służących do zwolnienia wskazanej ilości donacji i podłączeniem aparatury do systemu komputerowego posiadanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu."

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 9 września 2013 r. wpłynęło pismo jednego z wykonawców zawierające pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej jego treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Pytanie dotyczące SIWZ: „Dotyczy wymogu dostarczenia wydruku/odpisu z urządzeń rejestrujących temperaturę transportu. Czy ze względu na stosowanie przez Wykonawcę bardziej nowoczesnych i zwalidowanych sposobów monitorowania warunków transportu, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z dostawą wydruku z urządzeń rejestrujących temperaturę (w odniesieniu do odczytników wymagających temperatury transportu od +2 do + 8°C)?”

Odpowiedź Zamawiającego: **Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu wszystkich aspektów związanych z problemem monitorowania warunków transportu, odstępuje od wymogu dostarczenia wraz z dostawą wydruku z urządzeń rejestrujących temperaturę (w odniesieniu do odczytników wymagających temperatury transportu od +2 do + 8°C)**

O. Z-ca DYREKTORA
ds. leczenia
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
lek. Stefan Sekula