

Wałbrzych, 20 stycznia 2014 r.

L.dz. RCKiK/DZL/ZZ/279/14

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszką płytkowo-leukocytarnego w ilości 700 sztuk dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 17 stycznia 2014 r. wpłynęło pismo jednego z wykonawców zawierające wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przetaczając poniżej jego treść jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby zestawy do filtracji nie były wyposażone w zacisk na drenie z filtrem? Obecność takiego zacisku byłaby problematyczna w procesie wirowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu

mgr farm. Leszek Radojewski