

Wałbrzych, 20 lutego 2014 r.

Lpda. RCKIKIDZLIZZ/846/14

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wagomieszarek wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej transmisji danych do systemu komputerowego KRDK dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 19 lutego 2014 r. wpłynęło pismo jednego z wykonawców zawierające wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej jego treść jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. W związku z tym, że oferowane przez nas urządzenia są wyrobami medycznymi, użycie nieautoryzowanych części może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo procesu pobierania krwi od dawcy. Dotyczy to także akumulatorów. Prosimy o wykreślenie zapisu „Akumulator ogólnie dostępny na rynku polskim”. Jednocześnie informujemy, że fizycznie możliwa jest wymiana ogniwa akumulatora na odpowiedzialność użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym w załączniku nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 16 wymagań szczegółowych dokonuje się skreślenia zdania trzeciego w brzmieniu: „Akumulator ogólnodostępny na rynku polskim z możliwością prostej i taniej wymiany przez użytkownika.”

2. W związku z tym, że Zamawiający wymaga uruchomienia transmisji danych do systemu komputerowego KRDK prosimy o podanie firmy, która zajmuje się podłączeniem urządzeń do tego systemu.

Odpowiedź: Firma Max Elektronik - grupa Sygnity, ul. Dąbrowskiego 12 65-021 Zielona Góra, Pan Rafał Modrow

P.O. Z-ca DYREKTORA
ds. leczenia
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
lek. Stefan Sekulc