

Wałbrzych, 21 lutego 2014 r.

L.dz. RCKIK/DZL/ZZ/880/14

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wagiomieszarek wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej transmisji danych do systemu komputerowego KRDK dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 21 lutego 2014 r. wpłynęło pismo jednego z wykonawców zawierające wniosek o wyjaśnienie (zmianę zapisów) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej jego treść jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 37 na następujący: *W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni roboczych do dostarczenia urządzenia zastępczego na czas usunięcia wad, usterek z przyczyn konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym w załączniku nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” punkt 37 wymagań szczegółowych otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni roboczych do dostarczenia urządzenia zastępczego na czas usunięcia wad, usterek z przyczyn konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych”

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 38 na następujący: *Jeżeli termin usunięcia wad, usterek przekraczać będzie okres 14 dni, wykonawca dostarczy zamawiającemu na ten czas sprzęt zastępczy.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym w załączniku nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” punkt 38 wymagań szczegółowych otrzymuje brzmienie: „Jeżeli termin usunięcia wad, usterek przekraczać będzie okres 14 dni, wykonawca dostarczy zamawiającemu na ten czas sprzęt zastępczy.”

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 39 na następujący: *W przypadku trzech napraw tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancji wykonawca wymieni (dostarczy) nowy element /podzespół.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym w załączniku nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” punkt 39 wymagań szczegółowych otrzymuje brzmienie: „W przypadku trzech napraw tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancji wykonawca wymieni (dostarczy) nowy element /podzespół”

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu

mgr farm. Leszek Radziejewski