

Wałbrzych, 13 października 2014 r.

Lp. RKK/DZL/ZZ/4566/14

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszką płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.000 sztuk dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 10 października 2014 r. wpłynęło pismo jednego z wykonawców zawierające wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej jego treść jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby zestawy do filtracji nie były wyposażone w zacisk na drenie z filtrem? Obecność takiego zacisku byłaby problematyczna w procesie wirowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Ingr farm. Leszek Radojewski