

Wałbrzych, 1 września 2015 r.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żyłnej wraz z korkami”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 31 sierpnia 2015 r. wpłynęło pismo jednego z wykonawców zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przystaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści probówki w zakresie pobrania 4-6 ml o wymiarach 13x100?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE** – Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie zmiany wymagań określonych w SIWZ

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści igłę systemową 0.8x 1,5" a w pozycji nr 9 dopuści rozwiązanie równoważne w postaci uchwytu z zabezpieczeniem? Producenci systemów próżniowych oferują swoim użytkownikom różnego rodzaju rozwiązania zabezpieczające personel pobierający krew przed zakłuciem. W momencie przygotowywania zestawu do wkłucia, igłę systemową wkręcamy w uchwyt co stanowi komplet. Nie ma w tym momencie znaczenia czy osłonka będzie umieszczona na uchwycie czy na igle. ”?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE** – Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie zmiany wymagań określonych w SIWZ

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Leszek Radojewski