

Wałbrzych, 22 lutego 2016 r.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa zamrażarki szokowej do mrożenia pojemników z osoczem – dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 19 lutego 2016 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia mrozącego pojemniki w pozycji pionowej z obu stron (mrożenie boczne)?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE** – Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie wymagania określone w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorem chłodzonym powietrzem?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE** – Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie wymagania określone w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie na kółkach bez blokady, zważywszy że urządzenie ma ważyć do 400 kg, które nie ulega łatwemu przemieszczaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE** – Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie wymagania określone w SIWZ.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Głód