

Wałbrzych, 19 maja 2016 r.

Ldz.RCK.k1D2L1Z2/2243/16

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa pojemników potrójnych góra – dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi – dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 18 maja 2016 r. wpłynęły pisma Wykonawców zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z drenem łączącym pojemnik macierzysty z pojemnikiem na FFP o długości 58 – 70 cm (długość drenu wynosi 65 cm, możliwy skurcz po sterylizacji około 10% długości) bez zmiany pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie terminu realizacji zamówień ww. postępowaniu. W treści SIWZ Zamawiający określił iż dostawy realizowane będą w terminie 24 miesiące od daty podpisania umowy, natomiast w § 4 pkt 3 umowy termin ten wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników potrójnych góra – dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi w okresie 24 miesiące w ilości 60.000 sztuk (tak: w zał. nr 1 do SIWZ „Instrukcja dla oferentów” w punktach: „Przedmiot zamówienia” oraz „Termin realizacji zamówienia”, w zał. nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w punkcie „Przedmiot zamówienia”, w zał. nr 3 do SIWZ „Projekt umowy” § 1 ust. 1 - „Przedmiot umowy”, a także w pkt. II.1.4 ogłoszenia nr 120542 - 2016 o zamówieniu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 maja 2016 r.).

Tym samym zapis umieszczony w § 4 ust. 3 projektu umowy należy traktować jako oczywistą omyłkę Zamawiającego. Prawidłowy zapis tego paragrafu umowy powinien mieć następującą treść: „*Pełne wykonanie dostaw nastąpi w terminie 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy*”.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu

Leszek Radojewski