

Wałbrzych, 3 czerwca 2016 r.

SPRZEDKIKIOZL/ZZ/2457/16

dot. przetargu nieograniczonego ZP/10/2016 na zadanie pn.: „Dostawa pojemników potrójnych góra – dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi – dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 2 czerwca 2016 r. wpłynęły pisma Wykonawców zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z drenem łączącym pojemnik macierzysty z pojemnikiem na FFP o długości 58 – 70 cm (długość drenu wynosi 65 cm, możliwy skurcz po sterylizacji około 10% długości) bez zmiany pozostałych parametrów? (pkt 6.2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź Zamawiającego: **TAK** – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy § 5 ust. 1 – Wnosimy o modyfikację zapisu określając termin wymiany pojemników na wolne od wad jako: „72 godziny od momentu rozpatrzenia reklamacji”

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE** – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie

Dotyczy § 5 ust. 6 – Wnosimy o modyfikację drugiego zdania do postaci: „W szczególności, Sprzedający zostanie obciążony kosztami wyprodukowania danego składnika krwi lub kosztami zakupu danego składnika krwi w innym centrum krwiodawstwa w przypadku potwierdzenia (w drodze uznanej reklamacji) złej jakości składnika krwi, powstałej na skutek wadliwego pojemnika (hemoliza, zmiana zabarwienia płynów, przerwanie ciągłości układu zamkniętego, itp)”

Odpowiedź Zamawiającego: **NIE** – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu

Leszek Radziejewski