	Formularz F – SOP DDP/PK/0 – 16	Wersja 03
	Kryteria akceptacji pomieszczeń do przeprowadzenia akcji pobierania krwi na ekipie wyjazdowej	Data wydania: 19.02.2018 r.
		Strona 1 z 2

Aby było możliwe przeprowadzenie akcji honorowego pobierania krwi muszą być spełnione następujące kryteria akceptacji pomieszczeń:


1. Pomieszczenia stacjonarne

- duże pomieszczenie około 70m² lub 2 mniejsze pomieszczenia – w tym jedno przynajmniej 25-30m²
- pomieszczenia muszą posiadać dobre oświetlenie (w przypadku słabego oświetlenia dostęp do dodatkowych lamp)
- pomieszczenia muszą posiadać dobrą wentylację – możliwość otwierania okien lub sprawną klimatyzację
- pomieszczenia muszą być ogrzewane; wymagana temperatura w pomieszczeniu wynosi od +20°C do +24°C
- jeżeli to możliwe osobne pomieszczenie dla lekarza na badania lekarskie. Miejsce przeznaczone do badań lekarskich musi zapewniać prywatność dawcom (parawany lub roll-upy)
- dostęp do 3-6 gniazdek elektrycznych
- dostęp do bieżącej wody w pomieszczeniu lub w pobliżu
- dostęp do toalet dla krwiodawców i personelu
- pomieszczenia estetyczne, utrzymane w należytej czystości, z łatwo zmywalnymi powierzchniami
- w pomieszczeniach, w których odbywają się akcje pobierania krwi przebywają tylko osoby oddające krew i personel. Organizator powinien zapewnić osobą oczekującym na rejestrację do pobrania krwi osobne pomieszczenie
- pomieszczenia wyposażone w stoliki i krzesła (8 stolików i około 20 krzeseł)
- miejsce parkingowe dla samochodu RCKiK.

Po otrzymaniu zgłoszenia od organizatora z-ca kierownika DDP lub wyznaczona przez niego osoba umawia się z organizatorem na przeprowadzenie oględzin miejsca ekipowego (w sytuacji gdy akcja będzie organizowana po raz pierwszy).

Pomieszczenia, w których będzie odbywało się pobieranie krwi powinny być estetyczne, widne, utrzymane w należytej czystości – przed przyjazdem ekipy z RCKiK pomieszczenia powinny być uprzątnięte. Organizator powinien zapewnić warunki do bezpiecznego przemieszczania się krwiodawców i względną ciszę zapewniającą dobrą komunikację między dawcą a personelem. Optymalne usytuowanie pomieszczeń to parter lub I piętro. Możliwe jest też przeprowadzenie akcji pobierania na wyższych kondygnacjach, jednakże konieczny jest wtedy dostęp do windy. Organizator powinien zapewnić co najmniej 2 osoby (które nie będą oddawały krwi) do pomocy przy ustawieniu i złożeniu sprzętu.

Po zakończeniu każdej ekipy wyjazdowej personel myje i dezynfekuje blaty robocze w pomieszczeniach zgodnie z SOP DZJ/07. Za każdym razem kiedy istnieje podejrzenie dowolnej kontaminacji mikrobiologicznej należy również postępować zgodnie z SOP DZJ/07. Zabiera też ze sobą wszystkie wytworzone odpady – komunalne i medyczne.

	Formularz F – SOP DDP/PK/0 – 16	Wersja 03
	Kryteria akceptacji pomieszczeń do przeprowadzenia akcji pobierania krwi na ekipie wyjazdowej	Data wydania: 19.02.2018 r.
		Strona 2 z 2

2. Ambulans

Mobilny punkt poboru krwi – ambulans jest przystosowany do pobierania krwi pod względem sanitarnym. Po każdej ekipie wyjazdowej personel dokonuje mycia i dezynfekcji zgodnie z SOP DZJ/07.

Kryteria akceptacji:

- miejsce parkingowe (wymiary autobusu długość 12m, szerokość 3m, wysokość 4m)
- bezpieczny wjazd i wyjazd ambulansu
- możliwość dojazdu autobusu uwzględniająca tonaż pojazdu – 16 ton
- dostęp do źródła prądu o napięciu 380V, 32A, przy czym brak dostępu do prądu nie jest jednoznaczny z brakiem możliwości przeprowadzenia akcji – ambulans pracuje wtedy na agregacie prądotwórczym
- bezpieczne i swobodne przemieszczanie się potencjalnych krwiodawców
- dostęp do toalet dla krwiodawców i personelu na cały czas trwania akcji pobierania krwi
- osobne pomieszczenie dla osób oczekujących na rejestrację do pobrania krwi i odpoczywających po oddaniu.

3. Namiot

Kryteria akceptacji:

- zapewnienie odpowiedniego miejsca na postawienie namiotu. Powinno ono znajdować się w takim otoczeniu, aby w połączeniu ze środkami ochronnymi ograniczyć do minimum ryzyko zanieczyszczenia materiałów lub produktów. Miejsce musi być utwardzone – najlepiej beton, asfalt
- zapewnienie miejsca parkingowego dla samochodu RCKiK
- zapewnienie dostępu do źródła prądu o napięciu 220V, 24A
- stworzenie warunków bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się potencjalnych krwiodawców
- zapewnienie dostępu do toalet dla krwiodawców i personelu.
- zapewnienie pomieszczenia dla osób oczekujących na rejestrację do pobrania krwi i odpoczywających po oddaniu.
- realizacja ekipy w namiocie będzie zależna od prognoz pogody odnośnie ewentualnych opadów deszczu.

Po skontrolowaniu pomieszczeń sporządzony zostaje „Protokół kwalifikacji pomieszczeń” (załącznik nr 8 do SOP DDP/PK/0), „Protokół kwalifikacji miejsca do poboru krwi w ambulansie lub namiocie” (załącznik nr 18 do SOP DDP/PK/0) i przedłożony kierownikowi DZJ do zaakceptowania.

Jeżeli kierownik DZJ lub jego zastępca pozytywnie zaopiniuje pomieszczenia należy skontaktować się z organizatorem w celu potwierdzenia przeprowadzenia akcji honorowego oddawania krwi.