



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 02.01.2018

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa cewników diagnostycznych, stentów, cewników balonowych, przewodników oraz innego sprzętu jednorazowego dla Pracowni Hemodynamiki”
- nr sprawy 111/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy w Zadaniu 9 zamawiający dopuści stenty o długości 8 - 36mm, wykonane ze stopu Co Cr, powlekane abluminalnie biolimumem BA9 (stenty trzeciej generacji)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Część nr 16:

Czy Zamawiający dopuści do oceny balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej dostępne w objętościach 35 i 40 cc i profilu 7 F? Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Zadanie 8

punkt 1

Czy Zamawiający dopuści stent z Sirolimumem o profilach przejścia: 2- 2,5 mm 0,043” i dla 2,75 i 3 mm 0,046” oraz dla 3,5 mm 0,047” i 4,0 mm 0,049” i 4,5 mm 0,051”, o długościach w przedziale 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 mm, ciśnienie nominalne 9-12 ATM i ciśnienie RBP 16 ATM?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści balon w systemie Rx o średnicach 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm i długościach 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik przedłużający o średnicach 5, 6, 7, 8F, wymiary światła wewnętrznego dla 5F - 1,04 mm /0,041”/3,1 F dla 6F - 1,42 mm /0,056”/4,3 F dla 7F - 1,57 mm /0,062”/4,7 F oraz dla 8F - 1,80mm /0,071”/5,4 F?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Zadanie 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy wysokiej jakości powlekany Paklitaxelem w postaci mikrokrystalicznej uwalnianym z organicznego nośnika (bezwodny ester) o długości użytkowej 142 cm, shaft proksymalny 2F, RBP 16 atm, długość terapii przeciwpłytkowej zgodnie z wytycznymi AISN PTK?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Zadanie 19

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuszcza cewnik balonowy o długościach w przedziale 5 – 30 mm, o długości użytkowej 140 cm, wymiar shaftu dystalny 2,36F (śr. 1.0 – 1,75mm); 2,55F (śr 2,0 – 3,0mm), proksymalny 1,9F dla wszystkich średnic?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Zadanie 19

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuszcza cewnik balonowy o średnicach w przedziale 2,0 – 5,0 mm, długościach 8 -18 mm, długość użytkowa 140 cm, shaft dystalny 2,55F, proksymalny 2,0F?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy pakietu 5

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie:
z Zestawu I

5. dren do oszczędności kontrastu 140 cm
oraz

Zestawu III kopolki wysokociśnieniowej
i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Powyższe działanie pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Szpitala.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 1 pkt. 4).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w

okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części zamówienia.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pakietu nr 11 poz. 2, tworząc z niej osobny pod pakiet 11a, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców, co będzie dla Zamawiającego korzystne ze względów ekonomicznych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.01.2018r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

.....