

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.01.2018 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa naprawy i wymiany uszkodzonych optyk oraz wymiana naprawcza drobnego sprzętu urologicznego”
- nr sprawy 13/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiający dopuści optykę cystoskopową full HD 4 mm, 0 stopni o długości roboczej minimum 300 mm – pozostałe parametry bez zmian ? (część nr 1 pozycja 1)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Czy zamawiający dopuści optykę cystoskopową full HD 4 mm, 30 stopni o długości roboczej minimum 300 mm – pozostałe parametry bez zmian ? (część nr 1 pozycja 2)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Czy zamawiający dopuści optykę cystoskopową full HD 4 mm, 70 stopni o długości roboczej minimum 300 mm – pozostałe parametry bez zmian ? (część nr 1 pozycja 3)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Czy zamawiający dopuści optykę laparoskopową full HD 5mm, 30 stopni o długości roboczej minimum 290 mm – pozostałe parametry bez zmian ? (część nr 1 pozycja 6)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Czy zamawiający dopuści optykę histeroskopową soczewka o rozdzielczości full HD, z regulowanym powiększeniem obrazu do minimum 60X, o długości roboczej minimum 300 mm – pozostałe parametry bez zmian? (część nr 1 pozycja 7)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust 1 pkt 3 Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **02.02.2018 roku** do godz. **10:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **02.02.2018 roku** o godz. **10:30**.

Zmianie ulega pkt. 15 i 14 IDW.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.01.2018 r.