

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 31.01.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Serwis i wsparcie techniczne urządzeń firmy Medtronic” - nr sprawy 14/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Pytanie 1 – dot. zmiany zapisów warunków umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów umowy na niższej zaproponowane.

- **Naprawy**
- Obecnie: „Czas reakcji na zgłoszenie max. 4godz.” na zapis „Czas reakcji na zgłoszenie max. następnego dzień roboczy”
- Obecnie: „Czas reakcji na zgłoszenie /obecność serwisanta w lokalizacji/ max.48 godz. – na zapis „Czas reakcji na zgłoszenie /obecność serwisanta w lokalizacji/ max. max 2 dni robocze.
- Obecnie: „Maksymalny czas wykonywania naprawy 5 dni” na zapis: „Maksymalny czas wykonywania naprawy 5 dni roboczych” ”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodą na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie nr 2:

„Oдноśnie dostępności aparatów:

Obecny zapis: „Naprawa, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, obsługa serwisowa i wsparcie techniczne, będą świadczone zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego od godz. 8⁰⁰ do 17⁰⁰ w dni robocze” na zapis „możliwość wykonania napraw również po godz. 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem/kierownikiem bloku/ oddziałową bloku.

Często urządzenie udostępnione jest serwisantowi po planowanych zabiegach- po godzinie 15, przy czym naprawa urządzenia między godziną 15 a 17 może nie być możliwa. Stąd potrzeba zagwarantowania dostępności urządzenia również po godzinie 17 lub dookreślenie warunku w umowie, że można wykonać naprawę, diagnostykę w pierwszym możliwym dniu wskazanym przez szpital i jeśli termin udostępnienia aparatu będzie dłuższy niż deklarowane czasy reakcji to nie będzie roszczeń z tego tytułu.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodą na zmianę powyższych zapisów.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.01.2018 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Pęszak