

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Prof. Łoża 26, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 26.01.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Serwis i wsparcie techniczne urządzeń firmy Medtronic” - nr sprawy 07/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy Część III pkt 3

- Wsparcia podczas wykonywania zabiegu;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na: „Wsparcie dwóch zabiegów z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem ustalenia terminu”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Część III pkt 4

- Maksymalny czas wykonywania naprawy 5 dni;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu: „Maksymalny czas wykonywania naprawy 7 dni roboczych. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni sprzęt zastępczy z wyłączeniem systemu O-arm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający dopuszcza maksymalny czas wykonania naprawy do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy Część III pkt 4

- Lista części zamiennych do obowiązkowej wymiany w okresie obowiązywania umowy- przedstawić;

- Lista części zamiennych do obowiązkowej wymiany podczas wykonywania przeglądów i konserwacji przedstawić dla poszczególnych urządzeń

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia powyższych list elementów wymienionych po naprawie max.2 tygodnie?”

Odp. Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 4:

„Dotyczy Część III pkt 4

Realizacja wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zapisu wiertarki neurochirurgicznej EHS. Sprzęt tego typu wysyłany jest do siedziby firmy, gdzie znajduje się serwis wiertarek neurochirurgicznych. Podczas naprawy nie jest możliwa obecność osoby ze strony szpitala.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy Część III pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy punktu:

- W przypadku braku możliwości naprawy elementu, Wykonawca wymieni element na nowy posiadający inny numer seryjny.
- Wykonawca w ramach kontraktu naprawi/wymieni monitor, którego uszkodzenie stwierdzono na ostatnim przeglądzie. Cena kontaktu będzie pokrywała koszt naprawy.
- Sprzęt, który posiada ważny przegląd okresowy (w ostatnich 45 dniach) nie będzie ponownie poddany usłudze do czasu wystąpienia kolejnego terminu rekomendowanego przez producenta (1raz/rok). W tych aparatach, w cenę kontaktu nie zostanie wliczony pierwszy okresowy przegląd.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy Część III pkt 4

Czas reakcji na zgłoszenie /obecność serwisanta w lokalizacji/ max.48 godz.

Ze względu na położenie lokalizacyjne szpitala w Słupsku od siedziby Wykonawcy prosimy o wydłużenie czasu reakcji do 72 godz.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy Część III pkt 6

Napęd neurochirurgiczny Legend EHS

Przegląd napędu odbywa się w siedzibie Wykonawcy. Sprzęt na czas przeglądu będzie odsyłany do magazynu i na koszt Wykonawcy. Czas trwania przeglądu 4 dni robocze licząc z czasem wysyłki. Na czas przeglądu nie jest przewidziany sprzęt zastępczy.

Ze względu na układy scalone podczas przeglądu nie są weryfikowane :

- Kontrola połączeń elektrycznych i sygnałowych wewnątrz systemu oraz gniazd znajdujących się w obudowie.

Prosimy o wyłączenie powyższego punktu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje przeglądu gniazd w obwodzie. Na czas przeglądu należy dostarczyć sprzęt zastępczy.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy Część III pkt 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do wyłączeń zakresu kontraktu:

- Kontraktem serwisowym nie są objęte uszkodzenia mechaniczne systemów powstałe z winy użytkownika bądź w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z zapisami w instrukcjach.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Patrz § 5. pkt. 9 WZORU UMOWY – Część nr II IDW.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy Część III pkt 4 c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie części zamiennych refabrykowanych i starszych niż 2017 rok.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza części zamienne refabrykowane i nie starszych niż z 2016 roku.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy Część III pkt.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o zmianę zapisu pkt. 7 części III „Opis przedmiotu zamówienia” z: „**Produkty te zostaną dostarczone, jeżeli będzie to konieczne, po cenach zbycia przez producenta. Cena zbycia powinna zostać potwierdzona przez producenta.**” na zapis: “Produkty te zostaną dostarczone, jeżeli będzie to konieczne, po cenach sprzedaży przez Wykonawcę. Wykonawca udzieli 10% rabatu na części.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Faszak