

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Prof. Lotha 26, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 31.01.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników chemicznych, systemu zamkniętego do nawilżania mieszaniny oddechowej, ostrzy do strzygarek” - nr sprawy 09/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„**Pakiet 2** W związku z różnymi pojemnościami wody do nawilżania, w celu zwiększenia porównywalności złożonych ofert zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wyceny wody za 10 ml.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Część nr 3

Czy Zamawiający podając, iż dysponuje strzygarkami firmy 3M Poland dopuszcza zaoferowanie strzygarek z nieruchomą głowicą fabrycznie ustawioną pod optymalnym kątem do bezpiecznego usuwania owłosienia innej firmy niż 3M Poland pod warunkiem nieodpłatnego przekazania w użytkowni na czas trwania kontraktu wymaganej ilości strzygarek wraz z ładowarkami.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Część nr 3

Ponieważ Zamawiający nie określił w SIWZ kluczowego parametru dla strzygarki i ostrzy tj. wydajności strzyżenia prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować strzygarkę o wydajności strzyżenia powyżej 5 tys. wł/s?”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie określił powyższego parametru.

Pytanie nr 4:

„Część nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania strzygarki z możliwością dezynfekcji metodą pełnego zanurzenia, co jest zgodne z aktualnymi standardami, a zatem czy strzygarka powinna być wodoszczelna i spełniać co najmniej wymagania identyczne dla poziomu szczelności IPX7 wg. Normy PN-EN 60529.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z modyfikacją polegającą na zmianie opisu zamówienia w Części nr 1, zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **07.02.2017** roku do godz. **10:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **07.02.2017** roku o godz. **10:30**.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 14.1 i 15.1 IDW.

W załączeniu FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY dla Części nr 1 po zmianach.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.01.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak