



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 10.02.2017 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów szewnych” - nr sprawy 05/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Dotyczy zadania nr 35

1. Zamawiający w załączniku nr 2 do części nr 35 umieścił wymóg, aby sposób pakowania umożliwiał pełną identyfikację szwu na każdym etapie otwarcia. Czy poprzez ten wymóg Zamawiający oczekuje aby informacje o nazwie handlowej, numerze katalogowym, grubości i długości nitki, długości i krzywiznie igły oraz jej przekroju były dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia opakowania, tak aby nie było możliwości by otwarty szew, który leży na sterylnym stole gotowy do użycia, budził wątpliwości co do swych parametrów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Zamawiający w SIWZ nie wymaga dostarczenia próbek zaoferowanych nici. W przypadku części wymaganych parametrów (np. sposób pakowania szwu) nie ma możliwości weryfikacji zgodności zaoferowanych rozwiązań z warunkami określonymi w SIWZ tylko na podstawie informacji katalogowych, bez obejrzenia zaoferowanego produktu. Czy w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zaoferowanych rozwiązań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia pojedynczych saszetek nici w celu oceny zgodności oferty z parametrami zawartymi w SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie zastrzega.

Dotyczy zadania nr 33

3. Czy Zamawiający w części nr 33 poz. 1 dopuści szew monofilamentowy, poliamidowy, powlekany silikonem, renomowanego producenta firmy Serag-Wiessner? Szew ten z powodzeniem używany może być m.in. jako szew kapciuchowy do kapciuchownicy wielorazowego użytku. Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w części nr 33 poz. 3 wymaga zaoferowania również igieł typu CC wykonanych ze stali typu ethalloy/surgalloy do naczyń zmienionych miążdżycowo. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu będzie mógł wybrać rodzaj zamawianej igły.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Zamawiający w części nr 33 poz. 10 i 11 wymaga igieł odwrotnie tnących kosmetycznych. Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku igieł kosmetycznych mają to być igły dwuwklesłe lub o pięciu krawędziach tnących typu tanto? Te kategorie igieł kosmetycznych zapewniają lepszy efekt kliniczny w porównaniu do tradycyjnych igieł kosmetycznych.

Odp.: Zamawiający ma na myśli igły dwuwklesłe.

6. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem

Odp.: Tak.

Dotyczy SIWZ

7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odp.: Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 24 ust 11 Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5.

Dotyczy § 3 ust. 6 i 7 wzoru umowy

8. Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy § 1 ust. 1 - 6 wzoru umowy

9. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane **od wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartości umowy brutto.**

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odp.: Paragraf 1 ust. 1 - 6 wzoru umowy nie dotyczy kar umownych.

Dotyczy SIWZ

10. W związku z rozbieżnościami prosimy o określenie terminu dostarczenia dokumentów dopuszczających oferowanego asortymentu.

Odp.: Termin dostarczenia dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu wynosi zgodnie ze wzorem umowy 3 dni.

W załączeniu Formularz Ofertowy po zmianach

dot. części 34, po 1:

11. czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 6,19mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że pytanie dotyczy długości igły.

dot. części 34, po 2:

12. czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 5,51 mm , przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że pytanie dotyczy długości igły.

dot. czesci 34, po 3:

13. czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 15,30 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że pytanie dotyczy długości igły.

14. Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 4-5 wzoru umowy w brzmieniu: "4. Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały dostarczony przedmiot zamówienia, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni od dnia odesłania reklamowanego towaru.

5. Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia odesłania mu reklamowanego towaru nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona."

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 561² § 1 k.c. w przypadku, gdy kupujący żąda wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, obowiązany jest on dostarczyć rzecz sprzedawcy na jego koszt. Konieczność przemieszczenia przedmiotu sprzedaży wynika z samego żądania zastąpienia rzeczy wadliwej rzeczą wolną od wad, a ponadto umożliwić ma sprzedającemu ustosunkowanie się do żądania kupującego, co wymaga uprzedniego zbadania reklamowanego towaru. Sprzedający nie może zatem ustosunkować się do zgłoszonej mu reklamacji co do jakości towaru zanim nie będzie mógł samodzielnie ocenić, czy towar faktycznie dotknięty jest wadą. Termin na wymianę towaru bądź odmowę uznania reklamacji winien zatem rozpoczynać swój bieg dopiero z chwilą udostępnienia reklamowanego towaru sprzedającemu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 6,19mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że pytanie dotyczy długości igły.

16. Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1-5 wzoru umowy w brzmieniu: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, **nie więcej jednak niż 10% tej wartości.**

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **reklamowanego towaru** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **nie więcej jednak niż 10% tej wartości.**

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 7 wzoru umowy w brzmieniu: „Każda ze stron ma prawo dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości powstałej szkody.”

Uzasadnienie: Ze względu na konieczność zapewnienia ekwiwalentnej pozycji obu stron umowy, konieczne jest zagwarantowanie obu stronom równorzędnych uprawnień do dochodzenia odszkodowania.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy w brzmieniu:

„Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmiana ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. **Powyższe nie uważane jest za zmianę umowy, ale za umowną waloryzację ceny, która nastąpi automatycznie z chwilą wejścia w życie zmian dotyczących stawek podatkowych.**”

Uzasadnienie: Wyłączenie konieczności zawierania aneksu do umowy w przypadku zmiany stawki VAT uprości współpracę pomiędzy stronami, eliminując obowiązek składania przez nie dodatkowych oświadczeń woli na tę okoliczność. Zakres i chwila, z którą treść zobowiązania ulegnie zmianie na skutek modyfikacji obowiązującej stawki VAT wydają się oczywiste na podstawie samych zapisów umowy i nie wymagają dodatkowego sformalizowania w postaci aneksu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 38, Pozycja 6, 8, 24, 26, 27

19. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 38, Pozycja 22

20. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Tak.

Pakiet 38, Pozycja 16

21. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 70 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 38, Pozycja 29

22. Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 2/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów?

W przypadku braku zgody prosimy o przeniesienie powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 38, Pozycja 33

23. Czy Zamawiający dopuści zamiast nitki o długości 4x45 cm czterech nitek o długości 75 cm pakowanych w osobnych, sterylnych saszetkach? W przypadku braku zgody prosimy o przeniesienie powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Czy zamawiający w części nr 39 dopuści zestaw o następujących parametrach:

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m	Ilość j.m	Wartość netto za j.m	Wartość netto razem	Va t w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent , nazwa handlowa	Nr katalogo wy
ZESTAW DO OPERACJI BARIATRYCZNYCH o składzie:									
1	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy - 1 sztuka.	zestaw	12						
2	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 44 cm - 1 sztuka.								
3	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm) przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. - 4 sztuki.								
4	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu) przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. - 1 sztuka.								
5	Jednorazowy bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanki								

o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiający wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację - 2 szt.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część nr 19

25. Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania z pomiędzy jelit o długości 31,5 cm oraz odstąpi od wymogu by końcówka była radiocieniująca?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część nr 26

26. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,05 ml z owalnym gładkim kołnierzem komory?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część nr 48, pozycja 1

27. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i otworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część nr 48, pozycja 1

28. Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany ze 100% silikonu z balonami dla rozmiarów: CH20 – 50-80ml, CH22-24 – 80-100 ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaki rodzaj saturacji (np. Masimo) jest w kardiomonitorach Spacelabs?

Odp.: Nellcor, Novamatrix.

30. Czy opaska zapinana na rzep ma być dostosowana do czujników typu Y, dla pacjentów >1kg, wielorazowych, wielopozycyjnych?

Odp.: Opaska zapinana na rzep ma być dostosowana do czujników typu Y, wielorazowych.

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 52 pozycji nr 1 i 2 i dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następującej charakterystyce:

- taśma uniwersalna do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezczasłonowego jak i nadłonowego;
- taśma jednorazowa, sterylna, całkowicie niewchłaniaalna, w osłonce polietylenowej, wykonana z polipropylenu monfilamentowego;

- długość taśmy 450 mm ze znacznikiem środka, szerokość 1,10 cm, grubość 0,55 mm, gramatura 80 g/m²;
- końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do przewodnicy.
Uzasadnienie: dopuszczenie naszego produktu zwiększy konkurencyjność przetargu i pozwoli na zaoferowanie nowoczesnego systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

część nr 6 poz.3

32. Czy Zamawiający dopuszcza Elektrode powierzchniową 4-kanalową jednorazowego użytku, naklejaną spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną rozm.7-9mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 37x37mm obejmującą cały obwód(360stopni) rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny, opakowanie zbiorcze 10 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

część nr 6 poz.4

33. Czy Zamawiający dopuszcza Sondę bipolarną widelec prostą, dł. robocza 4.5cm, dł. całkowita 15,5cm, przewód 3m do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt sterylny, opakowanie zbiorcze 10 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

część nr 7 poz.1

34. Czy Zamawiający dopuszcza Sondę monopolarną bagnetową z kulką, śr. kulki 2,5mm, dł.robocza 13cm, dł. całkowita 24,5 cm, przewód 3m do bezpośredniej stymulacji implantów, w komplecie igłowa elektroda neutralna, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych kompletów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 7 poz. 3

35. Czy Zamawiający dopuszcza Sondę bipolarną widełkową Cortex, dwie kulki o śr.2mm dł.robocza 4.5cm, dł.całkowita 15,5 cm, przewód 3m, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. projektu umowy

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy określone w §5 ust. 4-7 wzoru umowy były określone w dniach roboczych?

Odp.: Tak.

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 1, część 9

37. Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności udziału wykonawcy w odbiorze (dostawa jest realizowana przez firmy kurierskie)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

dot. części 9, formularz oferty, projekt umowy

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w części nr 9 na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych.

dot. części 9, formularz oferty, projekt umowy

39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę liczenie terminu dostawy w trybie pilnym „na cito” w dni robocze i wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych (wyroby opisane w części 9 nie są lekami ratującymi życie)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w części nr 9 na wydłużenie terminu dostawy w trybie na cito do 3 dni roboczych.

Dot. SIWZ, formularz oferty

40. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedmiotu zamówienia będącego wyrobem wielokrotnego użytku okres przydatności rozumiany będzie jako gwarancja (gwarancja 12 miesięcy).

Odp.: Tak.

Dot. SIWZ, formularz oferty, projekt umowy

41. Czy zgodnie z projektem umowy par. 1 ust. 5 w formularzu oferty Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy dokumentów dopuszczających do 3 dni (obecnie jest 24h) oraz wyrazi zgodę na liczenie tego terminu w dni robocze?

Odp.: Termin dostarczenia dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu wynosi zgodnie ze wzorem umowy 3 dni.

W załączeniu Formularz Ofertowy po zmianach

dot. części 9

42. Czy w celu umożliwienia złożenia oferty na część 9 Zamawiający wyłączy pozycję 9 do innego pakietu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje iż zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert:

W związku z powyższym zmianie ulega pkt 14 IDW (SIWZ)

Jest:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Prof. Lotha 26, pokój nr 32.....

Powinno być:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Hubalczyków 1 (budynek administracji Szpitala), pokój nr 43 (Sekretariat Zarządu)

Oraz pkt 15 IDW (SIWZ):

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, przy ul. Prof. Lotha 26, pokój nr 31

Powinno być

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, przy ul. Hubalczyków 1 (budynek administracji Szpitala), pokój nr 40 (Sala Narad przy sekretariacie Zarządu)

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach powyższych zmian.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.02.2017r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Pezdek