

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.03.2017 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów zespalaających, endoprotez, endoprotez piersi, endoprotez naczyniowych” - nr sprawy 19/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

## **Pytanie nr 1:**

„Czy zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia depozytu/banku dla produktów z części 12 pozycja 1,2,3 ?”

**Odp. Zamawiającego:** *Zamawiający nie wymaga utworzenia banku w tej Części zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ.*

## **Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Pakietu nr 11** niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 11 A ?

Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.

Wykonawca posiada w swoim asortymencie implanty ortopedyczne typu wkręty, gwoździe, druty itp. - w których głównie się specjalizuje. Niestety nie które pozycje z tego pakietu uniemożliwiają wykonawcy przystąpienie do tego zadania. Dlatego wnosimy jak na wstępie.

|     |                                                                                        |      |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 7.  | Wkręty kostne korowe i gąbczaste tytanowe średnice od 2 do 6,5 mm z łbem imbusowym     | szt. | 210 |
| 8.  | Wkręty kostne stalowe korowe, gąbczaste i kostkowe z łbem imbusowym                    | szt. | 215 |
| 15. | Gwóźdź Kirschnera (trójgraniec) stalowy średnica od 0,8 do 3,0 mm długość 150 i 310 mm | szt. | 560 |
| 16. | Gwoździe Steinmana                                                                     | szt. | 3   |
| 17. | Gwoździe Hacketala stalowe                                                             | szt. | 3   |
| 18. | Gwoździe Rusha                                                                         | szt. | 5   |
| 19. | Druty kostny do cerklarzu rolka 10m, grubość od 0,6 do 2,0 mm                          | szt. | 3   |
| 20. | Podkładki tytanowe i stalowe pod wkręty, różne rozmiary                                | szt. | 25  |

**Odp. Zamawiającego:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

## **Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający w Części nr 5 w pozycjach 1 i 2 dla poszczególnych podpunktów dopuści rozwiązanie spełniające następujące parametry:

Poz. I Płytki do zespożeń kości palców - płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców, pod śruby korowe śr. 1,2/1,5 mm z gniazdem gwiazdzystym

**ppkt a** - Śruba standardowa tytanowa śr.1,5 mm dł. od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm ?

**ppkt b** - Śruba koniczna blokowana, tytanowa śr. 1,5 mm dł. od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm?

**ppkt c** - Śruba koniczna blokowana, tytanowa ratująca śr. 1,7 mm dł. od 6 do 16 mm ze skokiem co 1 mm?

**ppkt d** - Płytki prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt e** - Płytki prosta 10 otw. blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość przycięcia płytki do 4 i 6 otworów ?

**ppkt g** - Płytki Z. 9 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt i** - Płytki dwurzędowa 6-8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt j** - Płytki T. 6 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt k** - Płytki dwurzędowa 10 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt l** - Płytki X. 4 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Poz. II Zestaw Modułowy 2,0/2,3 (płytki do zespołów kości śródręcza - płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne z dodatkową możliwością użycia śrub blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopnia. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi doskoczowo. Otwory pod śruby korowe oraz blokujące średnicy 2,0/2,3 mm. gniazda śrub typu gwiazdowego.

**ppkt a** - Śruba standardowa tytanowa śr. 2,0 mm dł. od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm?

**ppkt b** - Śruba koniczna blokowana, tytanowa śr. 2,0 mm dł. od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm?

**ppkt c** - Śruba standardowa tytanowa ratująca śr. 2,2 mm dł. od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm

**ppkt d** - Śruba koniczna blokowana, tytanowa ratująca śr. 2,2 mm dł. od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm ?

**ppkt e** - Płytki prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm ?

**ppkt f** - Płytki prosta 10 otw. blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,1 mm, możliwość przycięcia płytki do 4 i 6 otworów ?

**ppkt h** - Płytki Z. 9 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt j** - Płytki dwurzędowa 6/8/10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt k** - Płytki dwurzędowa 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt l** - Płytki dwurzędowa 8 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt m** - Płytki X. 4 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt n** - Płytki prosta 10 otw. blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,1 mm ?

**ppkt p** - Płytki Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt r** -Płytki dwurzędowa 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt s** - Płytki dwurzędowa 8 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ?

**ppkt t** -Płytki X. 4 otworów, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 2,0/2,2 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki ? ”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4:**

„Dotyczy części nr 7 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nieorganiczną membranę kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenyzy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrołamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm.

Skuteczność terapeutyczna powyższej membrany potwierdzona badaniami klinicznymi”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5:**

„Dotyczy części nr 7 Czy Zamawiający wymaga aby membrana posiadała rejestrację na leczenie chrząstki, tj. certyfikat obejmował wyszczególnione wskazanie do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:**

„Dotyczy części nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji (kliny do wypełnienia szczeliny) do osobnej części?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7:**

„Dotyczy części nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji substytut kości w postaci macierzy komórkowej hydroksyapatytu i beta- trójfosforanu wapnia (65%/35%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniaalny (12-24 m-ce), porowatość 40%, dostępny w 3 rozmiarach w kształcie klinów?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8:**

„Dotyczy części nr 23 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji sterylne, jednorazowy system umożliwiający przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml, wielkość wyjściowa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, tj. 30 ml w poz. 1, 60 ml w poz. 3, 120 ml w poz. 3) krwi lub szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. System zapewniający sterylność, zamknięty obieg - materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka).



Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5ml płytek krwi w  $\mu$ l), koncentracja komórek multipotencjalnych w BMC minimum: MSC CD105+ 6,3 razy, MSC CD73+ 5,4 razy, HSC CD 133+ 5,4 razy, HSC CD34+ 5,6 razy wartość bazowa.

Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP/MSC - od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/5,4-6,3 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach - produkcja standardowego PRP i MSC pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek/komórek oraz - produkcja PRP i MSC pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów. W skład zestawu wchodzi wszelkie elementy służące do pobrania, filtracji, przetworzenia i aplikacji szpiku kostnego, m.in. trokar manualny.

Powyższy system gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylne zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny - bezpieczny.

System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy - precyzyjny."

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

**„Dotyczy części nr 23 poz. 1- 3** Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego, który umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytno-bogatopłytkowego w trakcie 5 min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

- 1.Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.
- 2.Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
- 3.Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
- 4.Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujęcie erytrocytów.
- 5.Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
- 6.Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.
- 7.Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)"

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

**„Dotyczy części nr 23 poz. 4, 5** Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji sterylny, jednorazowy system, który umożliwia przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml, wielkość wyjściowa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, tj. 30 ml w poz. 4 i 60 ml w poz. 5) krwi lub szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylne, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg - materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka).

Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5ml płytek krwi w  $\mu$ l), koncentracja komórek multipotencjalnych w BMC

minimum: MSC CD105+ 6,3 razy, MSC CD73+ 5,4 razy, HSC CD 133+ 5,4 razy, HSC CD34+ 5,6 razy wartość bazowa.

Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP/MSC - od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/5,4-6,3 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach - produkcja standardowego PRP i MSC pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek/komórek oraz - produkcja PRP i MSC pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów. W skład zestawu wchodzi wszelkie elementy służące do pobrania, filtracji, przetworzenia i aplikacji szpiku kostnego, m.in. trokar manualny.

System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny - bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy - precyzyjny."

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11:**

„Dotyczy części nr 23 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji pełni automatyczny, precyzyjny zestaw do separacji trombocytów przy użyciu elektronicznych czujników, koncentracja trombocytów w zależności od użytego protokołu na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5mln. płytek krwi w  $\mu$ l), zestaw, który:

- Umożliwia przetwarzanie od 26 do 500ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego.
- Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP - od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5mln. płytek krwi w  $\mu$ l)
- W skład zestawu wchodzi urządzenie do preparowania autologicznej trombiny z odseparowanego osocza pacjenta, co nie wymaga pobrania dodatkowej próbki krwi - z 5 ml. Produkuje 5 ml trombiny, która zapewnia powstanie żelu bogatopłytkowego w czasie 20sek.
- Zawiera wszystkie niezbędne i sterylne elementy służące do transferu i aplikacji materiału biologicznego"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12:**

„Dotyczy Części nr 27 Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/min/cm<sup>2</sup>."

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13:**

„Dotyczy Części nr 27 Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1-3 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 45cm."

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:**

„Dotyczy Części nr 27 Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 5-6 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 60cm."

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15:**

„Dotyczy Części nr 27 Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 8-9 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 15 lub 30cm”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w pozycjach 8-9 protezy o długości 30 cm.*

**Pytanie nr 16:**

„Dotyczy Części nr 27 Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 10-11 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 25cm”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 17:**

„Dotyczy Części nr 27 Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 12-16 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/min/cm<sup>2</sup> bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem, rozmiary protez:

- w pozycji 12 i 13 długość protezy 45 cm
  - w pozycji 14 i 16 długość protezy 60cm
  - w pozycji 15 długość protezy 40 cm
- lub o wydzielenie pozycji 12-16 do osobnego pakietu ”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 18:**

„Dotyczy Części nr 27 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 17-18 łąt naczyniowych uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, z dodatkowym powleczeniem każdego włókna monomerem PTFE, grubość ściany 0,36mm rozmiary 10x75mm i 15x76mm”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 19:**

„Dotyczy Części nr 27 Prosimy o odstąpienie w pozycji 22 i 23 od wymogu GDS lub o wydzielenie pozycji 22 i 23 do osobnego pakietu.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 20:**

„Część nr 11 Czy Zamawiający w poz. nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt blokowanych do złamań w obrębie miednicy stalowych zamiast płyt tytanowych?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie nr 21:**

„Część nr 10 Poz. 1÷25 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu pokrycia implantów warstwą węglowo-krzemową na rzecz zaoferowania implantów tytanowych posiadających właściwości antyalergiczne. Charakteryzują się one bardzo wysoką biotolerancją a ponadto umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie procedury MRI i CT co nie jest możliwe przy użyciu implantów stalowych.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie nr 22:**

„Część nr 10 Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoździ śródszpikowych do kości ramiennej wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) uniwersalnych do prawej i lewej kończyny zamiast „prawy i lewy”?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie nr 23:**

„Część nr 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 10 poz. nr 9 i 10 tj. gwoździ śródszpikowych ażurowych do odrębnego pakietu co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców jak również uczyni postępowanie bardziej konkurencyjnym?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla w Części nr 10 poz. nr 9 i 10.*

*Zmianie ulega pkt. 11 ppkt 1 IDW - kwota wadium dla Części nr 10, która wynosi 7 300 złotych.*

*W załączeniu Załącznik nr 2 dla Części nr 10 uwzględniający powyższą zmianę*

**Pytanie nr 24:**

„Część nr 10 Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści możliwość oferowania śrub antyrotacyjnych do gwoździ udowych typu Gamma o średnicy 5,0mm zamiast o średnicy 4,0mm?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 25:**

„Część nr 10 Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści możliwość oferowania śrub szyjkowych do gwoździ udowych typu Gamma o średnicy 10,5mm zamiast średnicy 11mm?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 26:**

„Część nr 10 Czy Zamawiający w poz. 19 dopuści możliwość oferowania wkrętów blokujących do gwoździ do przedramienia o średnicy 1,5/2,7mm zamiast o średnicy 3,5mm?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 27:**

„Część nr 10 Czy Zamawiający w poz. nr 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie dynamicznego stabilizatora biodrowego w zakresie dł. 68-356mm zamiast dł. 48-336mm?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę.*

**Pytanie nr 28:**

„Część nr 10 Czy Zamawiający w poz. nr 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie dynamicznego stabilizatora kłykciowego w zakresie dł. 118-378mm zamiast dł. 118-374mm?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę.*

**Pytanie nr 29:**

„Część nr 10 Czy Zamawiający w poz. nr 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub kompresyjnych DHS/DCS o dł. 31mm zamiast 32mm?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę.*

**Pytanie nr 30:**

„Część nr 10 Czy Zamawiający w poz. nr 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub szyjkowych o dł. gwintu 18 mm zamiast 22mm?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę.*

**Pytanie nr 31:**

„Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 2 oraz w §7 (um. depozytu), iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu (zaimplantowania)? Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.”

*Odp. Zamawiającego: Towar przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i zaimplantowania.*

**Pytanie nr 32:**

„Czy Zamawiający zmieni termin określony w

- a. §3 ust 1 pkt 2 oraz w rozdziale 4 pkt. 3 SIWZ z „48 godzin” na „2 dni robocze”
- b. §3 ust 1 pkt 3 oraz w rozdziale 4 pkt. 4 SIWZ z „48 godzin” na „2 dni robocze”
- c. §8 um. depozytu z „48 godzin” na „2 dni robocze”



Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.”

*Odp. Zamawiającego: 48 godzin dotyczy dni roboczych.*

**Pytanie nr 33:**

„Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 34:**

„Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 35:**

„Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 5 z 50 zł na 10 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu lub uzupełnienia banku?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 36:**

„Czy Zamawiający w §7 ust. 7 zmieni zwrot „niewykonanie” na „nienależyte wykonanie”?

Biorąc pod uwagę treść §7 ust. 7 należy uznać, iż definicja dotyczy nienależytego wykonania umowy. Ponadto prosimy o dookreślenie, iż w przypadku wystąpienia powyższych naruszeń Zamawiający powiadomi Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy z określeniem stosownego terminu.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 37:**

„Dotyczy Części nr 13, poz.1: Czy Zamawiający dopuści endoprotezy piersiowe o kształcie anatomicznym, teksturowane, o zagęszczonym żelu silikonowym, o dwóch rodzajach spistości, min. 3 wysokości i 2 projekcje, zakres wielkości od 170 ml do 575 ml, w 44 opcjach rozmiarowych z barierą antydyfuzyjną, bez bezpośredniej kompatybilności z ekspanderami, z gwarancją 10letnią?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 38:**

„Dotyczy Części nr 13, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści endoprotezy o kształcie anatomicznym, powierzchni teksturowanej, z podwójnym rodzajem żelu, 3 wysokości, wielkości od 170 ml do 575 ml, bez bezpośredniej kompatybilności z ekspanderami?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 39:**

„Dotyczy Części nr 13, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści endoprotezy okrągłe o jednej gęstości żelu i 4 projekcjach, 72 opcje implantów do wyboru, wielkości od 95 ml do 695 ml?”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*



**Pytanie nr 40:**

„Jednocześnie w przypadku zgody na poszczególne pozycje uprzejmie prosimy o wydzielenie ich z części nr 13 i utworzenie z nich odrębnego pakietu.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 41:**

„Czy zamawiający dopuści w Części nr 33, poz. 1: Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m<sup>2</sup>, gramatura po wchłonięciu 20 g/m<sup>2</sup>, grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 42:**

„Czy zamawiający dopuści w Części nr 33, poz. 2 i 3: Siatkę wewnątrztrzewnową, nie przylegającą, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość 85%, gramatura średnia 108 g/m<sup>2</sup>, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, bez dodatkowej klapki, w rozmiarze zgodnym z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 43:**

„W razie wyrażenia zgody na poszczególne pozycje w Części nr 33, prosimy o wydzielenie ich i utworzenie osobnej Części”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 44:**

„Czy zamawiający w podpunkcie pierwszym pozwoli na zaoferowanie prostego cementowanego trzpienia, nie wymagającego stosowania centralizera, wykonanego z inoxidu, o gładkiej, polerowanej powierzchni, w 10 rozmiarach, zamiast 9 rozmiarów oraz wykonanego z CoCrMo, kąt szyjkowy CCD 130, konus szyjki 12/14, bez skrzydełek w części proksymalnej oraz bez wzdłużnych rowków?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 45:**

„Czy zamawiający w podpunkcie drugim pozwoli na zaoferowanie głów bipolarnych ze skokiem co 2 mm, za to w rozmiarach 41-59 mm, wyposażonych w polietylenowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 46:**

„Czy zamawiający w podpunkcie trzecim pozwoli na zaoferowanie głów 22.2 w dwóch wysokościach szyjki, 28 w sześciu wysokościach szyjek, wykonane z inoxidu oraz 32, 36 w 3 wysokościach szyjki, wykonanych z biolox forte?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 47:**

„Czy zamawiający w podpunkcie czwartym pozwoli na zaoferowanie panewki cementowanej typu Muller, w większym zakresie rozmiarów bo od 46 do 74, posiadającej znacznik RTG o średnicy wewnętrznej 28mm w wersji standard i z 10 stopniowym okapem bez opcji średnicy wewnętrznej 32mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:**

*Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 dla Część nr 27 poprzez wykreślenie pozycji 19, 20, 21.*

*Zmianie ulega pkt. 11 ppkt 1 IDW - kwota wadium dla Części nr 27, która wynosi 3450 złotych.*

*W załączeniu Załącznik nr 2 dla Części nr 27 uwzględniający powyższą zmianę*

**Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.**

W związku z odpowiedziami na pytania, zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **19.04.2017 roku** do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień **19.04.2017 roku** o godz. 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.03.2017 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
*Piotr Feszak*