



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 18.04.2017 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej”  
- nr sprawy 33/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Część nr 2 - kardiomonitor - 7 sztuk – Pkt. 1– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor którego masa wynosi 4,0 kg? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

„Część nr 2 - kardiomonitor - 7 sztuk – Pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z 160 godzin? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowany przez większość producentów kardiomonitorów Ponadto przegląd 10 dni wstecz na ekranie 12 calowego kardiomonitora będzie zadaniem bardzo czasochłonnym. Do przeglądu i analizy tak dużych obszarów danych służą stanowiska centralnego monitorowania.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 3:**

„Część nr 2 - kardiomonitor - 7 sztuk – Pkt. 27 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający zakres pomiaru pulsu z SpO2 do 254 ud/min? Jest to wystarczający zakres do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 4:**

„Część nr 2 - kardiomonitor - 7 sztuk – Pkt. 33 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający zakres pomiaru pulsu z NIBP 40-240 ud/min.? Jest to wystarczający zakres do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

„**Część 5 Defibrylator** Czy Zamawiający dopuści defibrylator, posiadający następujące parametry techniczne:

- Ad.2. Ciężar defibrylatora z akumulatorem i łyżkami maks. 7,5 kg
- Ad.9. Defibrylacja ręczna oraz kardiowersja w zakresie od 2 do 360 J - wybór jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji
- Ad.10. Defibrylacja półautomatyczna (AED) w zakresie od 150 do 360 J - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji
- Ad.12. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- Ad.14. Ustawianie energii defibrylacji na urządzeniu, ładowanie i wstrząs na łyżkach defibrylacyjnych
- Ad.16. Monitorowanie EKG z 3. odprowadzeń - zakres częstości od 20 do 300 B/min - w wyposażeniu kabel EKG
- Ad.17. Monitorowanie respiracji - zakres częstości min. od 0 do 99 odd./min
- Ad.24. Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 h; wymiana akumulatora w warunkach serwisowych

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów wymaganych określonych w SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„**Część nr 1** Czy zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej, pokrytej chromem?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

„**Część nr 1** Czy zamawiający dopuści wózek do transportu chorych w pozycji leżącej o szerokości całkowitej 730 mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

„**Część nr 1** Czy zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z uchwytami do pchania, bez możliwości ich składania?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

„**Część nr 1** Czy zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej zaopatrzonego w deklarację zgodności ze znakiem CE?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.04.2017 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**