



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



DZZP.260.....2016.JR.

Słupsk, dnia 26.04.2017 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku”  
- nr sprawy 28/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4 produktów stosowanych obecnie przez Zamawiającego zgodnie z poniższą charakterystyką:

poz. 1 filtr do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego. Wprowadzany i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 6,5 F i długości 70 cm. Filtr o średnicy 35 mm i długości 58 mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiadający haczyki do fiksacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 32 mm. Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". W zestawie dylator i kranik trójdrożny;

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2 zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrolą fluoroskopową. Średnica koszulki usuwającej 7 F, długość 100 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej - średnica 7F, długość 120 cm.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

**„Część nr 3**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zastawkę o 5 stopniach ustawień?

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

**„Część nr 3**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zastawkę wykonaną z polipropylenu i silikonu ?

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:**

**„Część nr 3**

**Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy 1,9 mm ?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5:**

**„Część nr 3**

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści łącznik o średnicy 1,8 mm ?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:**

**„Część nr 3**

**Pozycja 7**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenażu komorowego wg, poniższego opisu:**

Zestaw do drenażu komorowego EDM z komorą kroplową 120 ml z podziałką.

W załączeniu:

- zespół drenażowy; - cewnik komorowy EDM, impregnowany barem, 35 cm z trójgrańcem, średnica wewnętrzna 1,5 mm, zewnętrzna 2,8 mm, po 4 otwory w 4 rzędach, 3 markery co 5 cm od końca proksymalnego;
- kolec ze stali nierdzewnej; - łącznik Luer, czerwona nakrywka, kołnierz mocujący;
- torebka drenażowa EDM 700ml bez kranika, linka pleciona;
- skala taśmowa ciśnienia z podziałką, zawór jednokierunkowy- antyrefluksyjny”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7:**

**„Część nr 3**

**Pozycja 8**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenażu lędźwiowego wg, poniższego opisu:**

Zestaw do drenażu lędźwiowego EDM z komorą kroplową 120 ml z podziałką.

W załączeniu:

- zespół drenażowy; - cewnik lędźwiowy, o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80cm, średnica zewnętrzna 1,5 mm, po 3 otwory w 4 rzędach, 4 markery co 5 cm od końca proksymalnego;
- igła Tuochy o rozmiarze 14, długości 9 cm z końcówką Huber; - drut prowadzący z regulowanym ogranicznikiem
- element odprężający, występy mocujące (2sztuki); - łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem;
- tępo zakończona igła o rozmiarze 20; - torebka drenażowa EDM 700ml bez kranika, linka pleciona;
- skala taśmowa ciśnienia z podziałką, zawór jednokierunkowy- antyrefluksyjny”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8:**

**„Część nr 3**

**Pozycja 10**

Czy Zamawiający wymaga aby listwa wykonana była z materiału umożliwiającego sterylizację?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:**

**„Dotyczy części nr 20**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce), porowatość 70%. Substytut dostępny w opakowaniach 5ml, 10 ml, 15 ml.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10:**

**„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 części 4 złącznika nr 2 do siwz filtrów do żyły głównej dolnej z dostępu udowego lub szyjnego, wprowadzanego za pomocą współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 7F i długości 65cm. Filtr o średnicy 30mm i długości 49mm wykonany z afferromagnetycznego materiału z platynowymi znacznikami, posiadający haczyki do fiksacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 30mm. Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0.035”. W zestawie dylatator i kranik trójdrożny.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:**

**„Dotyczy pakietu 19:**

Czy w Pakiecie nr 19 Zamawiający dopuści system klatek wykonanych z PEEK w długościach 20 i 25 mm, w wysokościach 8-14mm z dużymi otworami na przeszczepy oraz dwoma znacznikami radiologicznymi – jeden poprzeczny i jeden pionowy, opcjonalnie klatki wykonane z PEEK w długościach 20,25 oraz 30 mm w wysokościach 8-16 mm?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.04.2017 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**