

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



DZZP.260.....2016.JR.

Słupsk, dnia 16.05.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa osprzętu medycznego oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” - nr sprawy 43/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie Państwu do postępowania 43/PN/2017 do części nr 1 mankietów spełniających dokładnie Państwa wymagania, lecz o wymiarach w zakresie:

- podpunkt 1: 6- 12 cm,
- podpunkt 2: 10-19 cm,
- podpunkt 3: 10-19 cm,
- podpunkt 4: 18-26 cm,
- podpunkt 5: 18-26 cm lub 20-28 cm ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie mankietów o powyższych rozmiarach.

Pytanie nr 2:

„Część 1

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 10-19 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 18-26 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 34-47 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 25-35 cm mankiet w opcji wydłużonej 53 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie mankietów o powyższych rozmiarach.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy Części 1 poz. 20-21

Prosimy o dopuszczenie złącza prostego, gdyż firma Mindray nie zaleca oraz nie produkuje złącz kątowych dla wymienionych aparatów.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy Części 1 poz. 26-27

Prosimy o dopuszczenie czujników w technologii LNCS, gdyż producent- firma Masimo, wycofała z produkcji czujniki typu LNOP.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza czujnik w technologii LNSC.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy Części 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści opaskę z otworami okrągłymi?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy Części 1 poz. 37

Prosimy o określenie, czy czujnik powinien być w technologii Masimo RED czy Masimo SET.”

Odp. Zamawiającego:

Czujnik powinien być w technologii Masimo SET

Pytanie nr 7:

„Dotyczy Części 1 poz. 38

Prosimy o określenie, czy czujnik powinien być w technologii Masimo RED czy Masimo SET.”

Odp. Zamawiającego:

czujnik powinien być w technologii Masimo RED

Pytanie nr 8:

„Dotyczy Części 1 poz. 2-3

Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 10-15 cm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie mankietów o powyższych rozmiarach.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.05.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak