



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 28.08.2017

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oprzyrządowania jednorazowego użytku do Pracowni Endoskopowej”**

**- nr sprawy 80/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości roboczej 1200 mm, długość szczoteczki 13 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

„Część nr 4

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości roboczej 1200 mm? Pozostałe parametry jak w specyfikacji.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

„Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostarczenia wymaganych dokumentów był liczony w dniach roboczych?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Proponowana zmiana zostanie dodana do umowy.***

**Pytanie nr 4:**

„Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1, podpunkt 2): Czy w związku z tym, że przedmiotem zamówienia są narzędzia endoskopowe, które nie są lekami ratującymi życie i są zamawiane przez Pracownię w trybie planowym, Zamawiający zrezygnuje z wymogu realizacji dostaw w trybie pilnym w terminie nie dłuższym niż 48h lub zmieni ten termin na 3 dni robocze?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający zmienia ww termin na 3 dni robocze. Proponowana zmiana zostanie dodana do umowy.***

**Pytanie nr 5:**

„Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin wymiany przedmiotu na wolny od wad był liczony w dniach roboczych?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w ustępie 5 był liczony w dniach roboczych?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w ustępie 6 był liczony w dniach roboczych?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

„Dotyczy załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-ilościowy), część nr 2, pozycja 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce istniejących parametrów: jednorazową protezę samorozprężalną wykonaną z nitinolu, na całej długości pokrywaną silikonem; kształt typu "diabolo": o średnicy protezy 12 mm lub 14 mm, średnicy kołnierzy 24 mm i długości roboczej protezy 20 lub 30 mm, do wyboru przez Zamawiającego. Na części od strony żołądka posiada łątko do reponowania. Posiada 12 złotych znaczników radiologicznych rozmieszczonych na kołnierzach i w części środkowej protezy; z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu, którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.**

W związku z odpowiedziami na pytania, zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 31.08.2017 roku do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 31.08.2017 roku o godz.10:30.

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.08.2017r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**