

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, fax 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 13.09.2017

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników, akcesoriów laboratoryjnych, szybkich testów diagnostycznych, próbek z jonami magnezu, igieł do próbek oraz końcówek do pipet i eppendorfów”
- nr sprawy 83/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„dot. Formularz ofertowy pkt 2 d

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów w Formularzu ofertowym z zapisami SIWZ część I pkt 3.3, poprzez dopisanie w Formularzu ofertowym: „dotyczy tylko wyrobów medycznych” i dopuszczenie złożenia oświadczenia dotyczącego oferowanych wyrobów niemedycznych (część 20 poz. 3-6).”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z pkt. 3.3 IDW oświadczenie w Formularzu oferty dotyczy tylko wyrobów medycznych.

Pytanie nr 2:

„dot. Wzór Umowy § 3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Wzoru Umowy poprzez dopisanie w § 3 ust. 3: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„dot. Część 20 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania próbki z jonami magnezu w systemie zamkniętym pobierania krwi aspiracyjno-próżniowym o wymiarach: wys. 66 mm śr. 11 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbki z jonami magnezu w systemie zamkniętym pobierania krwi aspiracyjno-próżniowym o wymiarach: wys. 66 mm śr. 11 mm.

Pytanie nr 4:

„dot. Część 20 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igły systemowej o wymiarach: 21 G x 25 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„dot. Część 20 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówki 1000 µl bezbarwnej czy w kolorze niebieskim?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie ma wymagań dotyczących koloru końcówki.

Pytanie nr 6:

„dot. Część 20 poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówki 200 µl bezbarwnej czy w kolorze żółtym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie ma wymagań dotyczących koloru końcówki.

Pytanie nr 7:

„część 11 poz. 21,22,26-35,48

- Jaką klasę czystości Zamawiający oczekuje? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?”

Odp. Zamawiającego: Sterile-R, patrz modyfikacja.

Pytanie nr 8:

„część 11 poz. 27,28,29,32,48

- Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera informacji na ten temat.”

Odp. Zamawiającego: Poz. 27,28,29,48 – klasa IIa, poz 32 dopuszcza kl I., patrz modyfikacja.

Pytanie nr 9:

„część 11 poz. 21,22

- Czy Zamawiający dopuszcza ezy pakowane po 10 szt lub po 20 szt?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ezy pakowane po 20 szt.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 1 dopuści jako j.m 0,75ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycjach 2-5 oraz 8 dopuści szczepy wzorcowe z 4 pasażu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający w części 6 pozycji 2 dopuści możliwość wstawienia dodatkowych wierszy w celu wyceny odpowiedniej ilości niezbędnych odczynników i elementów dodatkowych, niezbędnych dla użytkowania oferowanych produktów. Pozwoli to na przygotowanie kalkulacji z optymalną ilością niezbędnych produktów dodatkowych, co przełoży się na uniknięcia zawyżenia wartości pakietu i będzie miało tym samym pozytywny wpływ na racjonalizację potencjalnego wydatkowania środków publicznych w niniejszym zakresie?”

Odp. Zamawiającego: Nie, pozycja 2 jest zw. Pozycją 1 (ilość).

Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający w części 8 pozycji 2 dopuści możliwość wstawienia dodatkowych wierszy w celu wyceny odpowiedniej ilości niezbędnych odczynników i elementów dodatkowych, niezbędnych dla użytkowania oferowanych produktów. Pozwoli to na przygotowanie kalkulacji z optymalną ilością niezbędnych produktów dodatkowych, co przełoży się na uniknięcia zawyżenia wartości pakietu i będzie miało tym samym pozytywny wpływ na racjonalizację potencjalnego wydatkowania środków publicznych w niniejszym zakresie?”

Odp. Zamawiającego: Nie, pozycja 2 jest zw. Pozycją 1 (ilość).

Pytanie nr 14:

„Czy Zamawiający w części 8 pozycji 1 dopuści test z terminem ważności 5 miesięcy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15:

„Zamawiający w części 9 pozycji 1 dopuści test immunochromatograficzny?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16:

„Czy Zamawiający w części 18 dopuści test ureazowy w postaci płynnego medium?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

„(§8) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z §8 Wzoru Umowy Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.

Pytanie nr 18:

„(§8) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z §8 Wzoru Umowy Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.

Pytanie nr 19:

„(§7 ust. 2, 3, 4) Czy Zamawiający wykreśli zwrot „lub opóźnienia”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

„(§7 ust. 1-4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z §7 ust. 5 Wzoru Umowy - Wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1-4 powyżej oblicza się od wartości netto danego zamówienia.

Pytanie nr 21:

„(§7 ust.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości **niezrealizowanej** części umowy? Uzasadnienie:

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

„(§7) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

„Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?”

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?”

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

„Czy Zamawiający może określić, jeżeli przewiduje, maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.”

Odp. Zamawiającego: Tak. Zgodnie z Wzorem Umowy.

Pytanie nr 27:

„część 7

- Prosimy o wydzielenie pozycji 19-21 z pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości wykonawców, a w ślad za podwyższeniem konkurencyjności przyczyni się do obniżenia kosztów całego pakietu”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

„część nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 27 i 30 w kolumnie „j.m” nie popełnił omyłki: zestawy opisane przez Zamawiającego konfekcjonowane są przez producentów w opakowaniach liczących 100 oznaczeń.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza konfekcjonowanie w opakowaniach liczących 100 oznaczeń zaokrąglone do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 29:

„część nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 23 dopuszcza do zaoferowania odczynnika w opakowaniach 1 litowych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 30:

„część nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 25 wyrazi zgodę na zaproponowanie szybkiego zestawu do barwienia jak w opisie lecz w ilości 7 op. po 75 oznaczeń każde co w sumie daje 525 oznaczeń?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 31:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyszczególnienie w części nr 6 wszystkich odczynników wymaganych do wykonania i odczytu testów? Uzasadnienie: Każdy z odczynników dodatkowych posiada swój własny numer katalogowy i stanowi odrębny produkt”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32:

„Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części 6 licencji oprogramowania do odczytu testów? Oprogramowanie dostarczane jest w formie klucza kodów a Użytkownik korzysta z niego za pośrednictwem strony internetowej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33:

„Czy w części 6 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów przeznaczonych do odczytu w ciąg 24-48 godzin?”

Odp. Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 34:

„Czy w części 10 w pozycji 2 Zamawiający wymaga zaoferowania testu posiadającego zatwierdzony protokół dla zagęszczonej i niezagęszczonej próbki moczu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

„Czy w części 14 w pozycji 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 25 szt/opakowaniu?”

Odp. Zamawiającego: Tak. Zgodnie z pkt 2 c formularza ofertowego oferowany przedmiot zamówienia posiada minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia od dnia dostawy.

Pytanie nr 36:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie pozycji 2 części 14 w przypadku gdy test oferowany w pozycji 1 jest testem kompletnym i do jego wykonania potrzebne są jedynie wymazówki i standardowe pipety laboratoryjne?”

Odp. Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 37:

„Czy w częściach 16 i 17 nie nastąpiła pomyłka pisarska? Zamawiający wyspecyfikował te same podłoża ale w innym zapotrzebowaniu. Prosimy o sprostowanie.”

Odp. Zamawiającego: Jest to pomyłka zamawiającego. Prosimy o składanie ofert na te dwie części.

Pytanie nr 38:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 testu oznaczającego NORA, ROTA I ADENO wirusy łącznie oraz wydzieli do tego pakietu testy z pakietu 9 z pozycji 2?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza testy, ale nie dopuszcza wydzielenia.

Pytanie nr 39:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty katalogowe, ulotki zostały dołączone na płycie CD, bądź osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ - Zamawiający dopuszcza by karty katalogowe, opisy były na płycie CD. Zamawiający dopuszcza formę książkową z zaznaczeniem, której pozycji i części zamówienia dotyczą.

Pytanie nr 40:

„Dot. wzoru umowy:

§1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, proponowana zmiana zostanie dodana do wzoru umowy.

Pytanie nr 41:

„Dot. wzoru umowy:

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42:

„Dot. wzoru umowy:

§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43:

„Dot. wzoru umowy:

§5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44:

„Dot. wzoru umowy:

§5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45:

„Dot. wzoru umowy:

§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób:

„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości zamówienia a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

„Dot. wzoru umowy:

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości wadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47:

„Dot. wzoru umowy:

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości wadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w §5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:

„Dotyczy Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 2, podpunkt c na : "Oferowany przedmiot zamówienia posiada minimum 6 miesięczny okres przydatności do użycia od dnia dostawy"?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49:

„Dotyczy Załącznik nr 2, część nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktu „HER2 szkiełka kontrolne” z 2-miesięcznym terminem ważności. Jest to materiał biologiczny, w stosunku do którego nie jest możliwe uzyskanie dłuższego terminu ważności”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

„Dotyczy Załącznik nr 2, część nr 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby wydzierżawione aparaty do oznaczeń IHC zapewniały w pełni automatyczny proces, od deparafinizacji do podbarwienia tła, na pokładzie jednego urządzenia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

„Dotyczy Załącznik nr 2, część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w punkcie 30 w formularzu cenowym Wykonawca wycenił wymienione produkty indywidualnie?

Wymienione produkty mają inne numery katalogowe, są konfekcjonowane w opakowania o różnej ilości oznaczeń oraz obowiązują na nie różne stawki podatku vat.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający w pozycji 30 wymaga wyceny wskazanego w niej odczynnika. W pozycji 48 Zamawiający dopuszcza wycenę produktów indywidualnie.

Pytanie nr 52:

„Dotyczy Załącznik nr 2, część nr 3

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej w pozycji 48, wpisując ilość detekcji na 12 miesięcy?”

Odp. Zamawiającego: Tak. Wymagana ilość detekcji to 8000. Patrz modyfikacja.

Pytanie nr 53:

„Dotyczy Załącznik nr 2, część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jeden z oferowanych aparatów był nowy, rok produkcji 2016, i dostarczony do Zamawiającego w styczniu 2018 r., przy zapewnieniu do tego czasu ciągłości wykonywania barwień na sprzęcie używanym, który obecnie znajduje się u Zamawiającego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza,

Pytanie nr 54:

„Dot.: CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY

Par. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia określonego w ust. 5-8 zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55:

„Dot.: CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56:

„Dot.: CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY

Par. 7 ust. 1 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57:

„Dot.: CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY

Par. 7 ust. 2-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „lub opóźnienia”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

„Dot.: CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY

Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59:

„Dot.: CZĘŚĆ III - WZÓR UMOWY DZIERŻAWY

Par. 1 ust. 2.2 oraz par. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60:

„Dot.: CZĘŚĆ III - WZÓR UMOWY DZIERŻAWY

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61:

„Dot.: CZĘŚĆ III - WZÓR UMOWY DZIERŻAWY

Par. 6 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający doda zapisy o przetwarzaniu danych osobowych do wzoru umowy dzierżawy.

Pytanie nr 62:

„Dotyczy, części nr 5:

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować co rozumie pod pojęciem akcesoria do szczepów?”

Odp. Zamawiającego: Chodzi o wszystkie dodatkowe odczynniki jeśli są potrzebne do ożywienia szczepu.

Pytanie nr 63:

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z kartami katalogowymi / folderami zdjęć rysunków podłoży? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia zdjęć podłoży.

Pytanie nr 64:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu zawartego w Formularzu Ofertowym na : Oferowany przedmiot zamówienia posiada minimum ¾ okresu przydatności do użycia od dnia dostawy zgodnie z deklaracją producenta.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65:

„Dotyczy, części nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 19-21 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert; jednocześnie jest to asortyment, który jest wysoce specjalistyczny co wpływa na swobodną konkurencję.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66:

„Część nr 9

Poz. 1 – Czy Zamawiający ma na myśli test płytkowy?”

Odp. Zamawiającego: Tak. Patrz modyfikacja.

Pytanie nr 67:

„Część nr 9

Poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga testów o wysokim poziomie wykrywalności: toksyny A – nie gorsza niż 0.7 ng/ml, toksyna B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml, GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml, bez względu na to, czy wykrywalności zostały określone w buforze czy w kale?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68:

„Część nr 9

Poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga testu płytkowego/kasetkowego metodą immunoenzymatyczną z zastosowaniem substratu i koniugatu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

„Część nr 9

Poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnią w zestawie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

„Część nr 9

Poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga, by czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna testu wyznaczona była w oparciu o badania porównawcze z hodowlą bakteryjną (dot. GDH) i hodowlą tkankową (dot. toksyn)? Tylko odniesienie wyników badań do „złotego standardu” pozwala na zapewnienie porównywalności jednych testów z drugimi.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71:

„Część nr 9

Poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga, by parametry testu takie jak: czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna wyznaczone były w oparciu o badania porównawcze przeprowadzone na minimum 1 100 próbkach? Tylko badania przeprowadzone na dużej ilości próbek są wiarygodne (Mark H. Wilcox, „Clostridium difficile infection”, 2015).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72:

„Część nr 11

Poz. 9-16, 49 – Prosimy o wydzielenie tych pozycji z pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73:

„Część nr 11

Poz. 17, 18 – Czy Zamawiający zaakceptuje zlewki z uchem spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:

„Część nr 11

Poz. 19 – Czy Zamawiający zaakceptuje lejek z PP o średnicy 120 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75:

„Część nr 11

Poz. 26, 44, 45 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o pojemności 5 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76:

„Część nr 11

Poz. 30,31 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności 25 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77:

„Część nr 11

Poz. 33 – Czy Zamawiający zaakceptuje pipetki o długości 150 mm i pojemności całkowitej ok. 7 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78:

„Część nr 11

Poz. 35 – Czy Zamawiający zaakceptuje szalki o wysokości 16,2 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79:

„Część nr 11

Poz. 36 – Czy Zamawiający zaakceptuje statyw na 60 probówek o średnicy 16 mm i wysokości 70 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80:

„Część nr 11

Poz. 48 – Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówki o dł. 150 mm, z wacikiem o średnicy 1,5 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81:

„Pytanie dotyczące umowy;

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.””

Odp. Zamawiającego: Zamówienie należy realizować, sukcesywnie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie określa ilości dostaw.

Pytanie nr 82:

„Pytanie dotyczące umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy :

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83:

„Pytanie dotyczące załącznika nr 2, pakiet nr 8:

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści test oparty o minimum 12 cech biochemicznych, co pozwoli zaoferować test z większą ilością cech i pozwoli na dokładniejszą identyfikację??”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84:

„Pytanie dotyczące załącznika nr 2, pakiet nr 8:

Czy w pozycji nr 5 Zamawiający dopuści konfekcjonowanie po 80 fiolek w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania wyspecyfikowanego przez Zamawiającego w tabeli asortymentowo – cenowej do pełnych opakowań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85:

„Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 podłoża z witaminą K3?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86:

„Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 14 wymaga zaoferowania podłoża do izolacji i szybkiej identyfikacji *Streptococcus agalactiae* na jednosekcyjnej płytce Petriego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

„Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 20 płynnego podłoża AMIES w próbówce z wymazówką z flokowanego nylonu mini do pobierania materiału z cewki u mężczyzn w szerokim zakresie spełniającego kryteria standardu M40?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88:

„Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 24 wymaga zaoferowania Buforowanego roztworu 0,85% NaCl o pH 7 w próbkach szklanych płaskodennych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89:

„Dotyczy części nr 8

Czy Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia na wezwanie kolorowych ulotek obrazujących wzrost bakterii wraz z opisem ich morfologii?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90:

„Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający w pozycjach nr 1-18 oraz 22-24 wymaga zaoferowania podłoży pochodzących od jednego producenta?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91:

„Dotyczy części nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testów, których opakowanie zbiorcze mieści 50 sztuk i tym samym zaoferowanie 4 takich opakowań (tj. 200 oznaczeń)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92:

„Dotyczy części nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testów, których opakowanie zbiorcze mieści 50 sztuk i tym samym zaoferowanie 3 takich opakowań (tj. 150 oznaczeń)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93:

„Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby karty katalogowe/foldery, składane na wezwanie Zamawiającego, zawierały zdjęcia/rysunki produktów, jeżeli będą one zawierały opisy oferowanych produktów?”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 94:

„Dotyczy Część nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95:

„Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z §8 Wzoru Umowy Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.

Pytanie nr 96:

„Część 4: Czy Zamawiający wymaga testu, o czułości min. 92 % i swoistości min. 98 %?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97:

„Część 4: Czy Zamawiający wymaga testu, którego czułość i swoistość zostały określone względem metody real time PCR?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98:

„Część 4: Czy Zamawiający wymaga testu kompletnego ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami jak np. pipetki, próbówki i końcówki?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99:

„SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wyliczenie do 3 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 100:

„Projektu umowy:

Dotyczy paragrafu 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101:

„Projekt umowy:

Dotyczy paragrafu 3 ust. 2

Prosimy o wykreślenie zapisu: „...o terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, na co najmniej jeden dzień przed planowaną datą dostawy...”

Odp. Zamawiającego: W umowie nie ma takiego zapisu. Zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy o terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego przed planowaną datą dostawy.

Pytanie nr 102:

„Projekt umowy:

Dotyczy paragrafu 5 ust. 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „5 dni” na „5 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103:

„Projekt umowy:

Dotyczy paragrafu 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104:

„Projekt umowy:

Dotyczy paragrafu 7 ust. 2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105:

„Projekt umowy:

Dotyczy paragrafu 7 ust. 8

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 106:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 2,3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek typu Eppendorf?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 10, 11, 12

Czy Zamawiający poprzez określenie szkiełka o podwyższonej jakości, superior miał na myśli szkiełka nakrywkowe o doskonałej jakości, gładkiej powierzchni, gotowe do użycia i nadające się do stosowania w automatach; szkiełka o grubości 0,13-0,16 mm, wykonane z chemicznie odpornego, całkowicie bezbarwnego szkła borokrzemowego w I kl. odporności hydrolitycznej, przystosowane do mikroskopów fluorescencyjnych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lejki z PP o średnicy 180 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 21, 22

Czy Zamawiający wymaga ez pakowanych pojedynczo, ez pakowanych po 10 szt. czy ez pakowanych po 20 szt.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie określa konfekcjonowania produktu w tych pozycjach.

Pytanie nr 110:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 21, 22

Jeśli Zamawiający wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szt./ 10 szt., to czy wymaga opakowania nadającego się do wielokrotnego otwierania (ze struną)?”

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści ezy z tworzywa AS – pochodnej PS?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 23

Czy Zamawiający wymaga pipet typu Gilson, czy typu Eppendorf?”

Odp. Zamawiającego: Eppendorf. Patrz modyfikacja.

Pytanie nr 113:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 30

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki o wymiarach 30x80mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 30

Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga pojemników z łopatką, której odległość od dna pojemnika jest nie większa niż 1cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówki z główką z bawełny, pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116:

„Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 11, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści szkiełka o standardowej grubości 0,15mm +/- 0,02mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117:

Przedmiotu zamówienia:

Dotyczy części nr 12, pozycja 7

Czy Zamawiający poprzez określenie szkiełka o podwyższonej jakości, superior miał na myśli szkiełka podstawowe gotowe do użycia, doskonałej jakości i o gładkiej powierzchni, zgodne z normą DIN ISO 8037/, autoklaw owalne, wykonane ze szkła sodowo wapniowego ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wyliczenie do 3 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 119:

„Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Po podpisaniu umowy Wykonawcy zostaną udostępnione informacje na temat osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego. Wszelkie ustalenia na temat dostaw będą rozpatrywane przez te osoby.

Pytanie nr 120:

„Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.”

Odp. Zamawiającego: Nie. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany cyklicznie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Pytanie nr 121:

„Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122:

„Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 123:

„Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury”? Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyśle fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?”

Odp. Zamawiającego: Faktura ma być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z §6 wzory umowy na oryginale faktury Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia podlegający zapłacie zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 124:

„dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1,2,3 kasetki posiadające 35 okrągłych otworów.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 125:

„dotyczy części 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania pozycji nr 6 tj. uchwyt do strzykawek jednorazowych do biopsji cienkoigłowych (BAC).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 126:

„dotyczy części 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę w poz. 6 na uchwyt do strzykawek jednorazowych do biopsji cienkoigłowych 10 ml ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 127:

„dotyczy części 1

Czy zamawiający wymaga w poz. 4 torebek histopatologicznych wykonanych z wysokiej jakości nylonu, odpornego na odczynniki stosowane w procesie histopatologicznym ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128:

„dotyczy części 1

Czy zamawiający w poz. 4 dopuści torebki histopatologiczne w rozmiarze 31 x 43 mm pakowane po 1000 szt. ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 129:

„dotyczy części 1

Czy zamawiający dopuści w poz. 5 przykrywki metalowe: 34 okrągłe otwory dla lepszej infiltracji odczynników, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 130:

„dotyczy części 1

Czy zamawiający w poz. 1-3 wymaga kasetek histopatologicznych pakowanych po 500 szt. ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 131:

„dotyczy części 1

Czy zamawiający w poz. 2 wymaga kasetek histopatologicznych w kolorach morski, beżowy, brzoskwiniowy, różowy ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132:

„dotyczy części 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 na odwapniacz w opakowaniach 1L ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133:

„dotyczy części 2

... . W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopisanie w Części I, punkt 3 odpowiedniego zapisu o dopuszczenie produktów równoważnych lub dopisanie w formularzu przy nazwie produktu słowa „typu”, co usunie problem naruszenia Ustawy PZP.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopisuje słowo „typu” w części nr 2 przy nazwie produktów. Patrz modyfikacja.

Pytanie nr 134:

„dotyczy części 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 żyletki do skrawania w kriostacie o kącie 22 st. , wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej pakowane po 50 szt. w ilości 2 opakowań? Bardziej ostry kąt pozwala na szybsze uzyskanie precyzyjnych preparatów. Dł 80 mm, Wys. 8mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 135:

„dotyczy części 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 żyletki do skrawania w kriostacie wykonane ze stali nierdzewnej ? Żyłki w opakowaniach 50 szt. w ilości 2 opakowań, Dł 80 mm, Wys. 8mm, kat żyłki 35 st.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 136:

„dotyczy części 2

Czy Zamawiający w pozycji 5 wymaga szkiełek wykonanych ze super-białego szkła, sodowo – wapniowego, o obniżonej zawartości $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0,03\%$, o wymiarach 25 x 75 x 1 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 137:

„dotyczy części 2

Czy Zamawiający w poz. 6 miał na myśli substancję chroniącą zamrożone tkanki podczas cięcia w kriostacie? Jeśli nie prosimy o doprecyzowanie o jaki produkt chodzi Zamawiającemu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje żelu do przymrażania materiału tkankowego w kriostacie.

Pytanie nr 138:

„dotyczy części 2

Czy zamawiający w poz. 6 wyrazi zgodę na produkt pakowany po 120 ml ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139:

„dotyczy części 2

Czy Zamawiający w poz. 18 wyrazi zgodę na próbówki płaskodenne 5 ml z polipropylenu 16x50 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140:

„dotyczy części 2

Czy Zamawiający w poz. 18 wyrazi zgodę na próbówki płaskodenne 5 ml z PS 16x60mm, 1 op. =3600 szt. ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141:

„dotyczy części 2

... .W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie pozycji 13 z części 2.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 142:

„dotyczy części 2

... .W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert innym Wykonawcom, przez co Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- I. Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z odpowiedziami na pytania nr 7, 8, 52, 66, 112, 133 Zamawiający **informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:**
- Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 dla części nr 2,3,9,11 zgodnie z załącznikiem.

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.
Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.09.2017r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

.....