



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 13.10.2017 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb O/Neonatologicznego i O/Położniczo-Ginekologicznego - nr sprawy 89/PN/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie WIDEOLARYNGOSKOPU McGRATH® MAC wykorzystującego technikę laryngoskopii Macintosh DL oraz wideolaryngioskopii VL, z wyświetlaczem kolorowym 2,5", kamerą CMOS, wykonanego z trwałego materiału termoplastycznego o jakości medycznej ze wzmocnionym rdzeniem ze stopu strukturalnego, waga urządzenia 200 g, Wymiary urządzenia 180 mm x 68 mm x 110 mm, akumulator zapewniający 250 minut pracy i wyświetlany na ekranie minutowy licznik stanu naładowania potwierdzający żywotność baterii. Videolaryngoskop tworzący jałową całość z jednorazowymi łyżkami przystosowany do zanurzenia w całości; zarówno ekran, jak i rękojeść poddawana dezynfekcji wysokiego stopnia. Okres gwarancji min. 24 miesiące.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.10.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Tęszak