



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



DZZP.260.....2016.JR.

Słupsk, dnia 31.10.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu RTG z ramieniem C do operacji wewnątrznaczyniowych” - nr sprawy 103/PN/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy Część III – Opis przedmiotu zamówienia, Aparat RTG z ramieniem C do operacji wewnątrznaczyniowych, Ramię C pkt. 10, 11

Czy Zamawiający będzie wymagał zmotoryzowanych ruchów ramienia C tj. ruchu orbitalnego i ruchu wokół osi poziomej, tak jak wymaga zmotoryzowanego ruchu ramienia C w pionie w punkcie 13?

Jest to bardzo istotna funkcjonalność znacząco ułatwiająca wykonywanie zabiegów podczas długotrwałych procedur wewnątrznaczyniowych. Z tego względu prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w postępowaniu zmotoryzowanych ruchów ramienia C tj. ruchu orbitalnego (LAO/RAO) i wokół osi poziomej (CRAN/CAUD).”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2:

„Dot. część I pkt. 3 p.pkt. 2 SIWZ

Czy Zamawiającym wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantującym” na „zapewniającym”, tak by nie wprowadzać wątpliwości co do tego, że odpowiedzialność wykonawcy oparta jest na zasadzie winy?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Dot. par. 3 ust. 1 oraz par. 5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie określenia „bez uwag”? Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Dot. par. 3 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmian zapisu na poniższy:

„Zgłoszenie do całościowego odbioru zamówienia może nastąpić po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu towaru i przeszkoleniu personelu Zamawiającego. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady wówczas:

- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania*

przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w Protokole Odbioru a wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności, które nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- 2) *jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu Umowy po raz drugi.*
- 3) *jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.”?*

Powyższe ma na celu doprecyzowanie procedur odbiorowych, co umożliwi w przyszłości uniknąć ewentualnych sporów.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Dot. par. 4 ust. 4 wzoru umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego zapisu i uregulowanie procedury odbiorowej zgodnie z wcześniejszym pytaniem?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Dot. par. 4 ust. 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów, zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Dot. par. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słów „opóźnienia” i naliczanie kar wyłącznie za zwłokę? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie kar umownych do 10% wartości umowy netto?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Dot. testów odbiorczych

Czy Zamawiający wymaga sporządzenia jedynie testów odbiorczych aparatu, czy zarówno testów odbiorczych jak i specjalistycznych?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wymaga testów specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.11.2015 r.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy części II, Wzór Umowy §6 ust 1

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy części II, Wzór Umowy §6 ust 2, 3, 4

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy części II, Wzór Umowy §6 ust 2, 3, 4

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.10.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak