

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 24.11.2017

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa skanera płyt obrazowych wraz z oprogramowaniem, aparatu USG oraz łaźni wodnych - nr sprawy 113/PN/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. **Zadanie nr 1, punkt 6**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania Zamawiającego, ważący około 90 kg
Odp.: Tak.
2. **Zadanie nr 2, punkt 8**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego posiadający monitor wysokiej rozdzielności o przekątnej 17”
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. **Zadanie nr 3, punkt 13**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego posiadający regulację TGC z 8 strefami po za monitorem dotykowym.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. **Zadanie nr 4, punkt 14**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego, posiadający liczbę obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D maksymalnie 21 000 klatek
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. **Zadanie nr 5, punkt 16**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego posiadający wewnętrzny dysk twardy HDD o wielkości 1Tb.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. **Załącznik Nr 6, punkt 23**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego posiadający częstotliwość odświeżania obrazu 2D maksymalnie 1500 obrazów na sekundę.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Załącznik Nr 7, punkt 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego posiadający regulację wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) 0,5 mm – 20,0 mm z regulacją co 0,5 mm.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Załącznik Nr 8, punkt 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego nie posiadający funkcji automatycznego ustawiania bramki Color Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kierunku przepływu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Załącznik Nr 9, punkt 48

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego nie posiadający możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D i 4D z głowicy objętościowej (wolumetrycznej) typu microconvex.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Załącznik Nr 10, punkt 49

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego posiadający możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE bez możliwości wskazania skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Załącznik Nr 11, punkt 53

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat przewyższający w wielu punktach wymagania zamawiającego nie posiadający wsparcia serwisowego (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne.

Odp.: Tak.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.11.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak