



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 06.12.2017

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku”
- nr sprawy 108/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Część 15, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z filtrem 0,2 µm zamiast 0,22 µm. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Część 24, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki do insuliny 1 ml 40U z igłą wtopioną o rozmiarze 0,33 x 12mm zamiast 0,33 x 12,7mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że igła jest wtopiona do strzykawki.

Pytanie nr 3:

„Część nr 41.

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 4 i 5 Części nr 41 parametry zestawów zgodne z opisem.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy części nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wyspecyfikowane w tym pakiecie znaczniki rzeczywiście mają mieć średnicę 25 mm, czy być może wkradła się omyłka pisarska i faktycznie dotyczy to średnicy 2,5 mm?

Jeśli tak, to prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania znaczników o średnicy 2,4 mm oraz konfekcjonowanych po 30 szt. w opakowaniu. W tym wypadku po przeliczeniu, w formularzu cenowym w rubryce Liczba j.m. - wymaganą ilością będzie 12 szt.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy upoważnienia

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę

umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie §5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w powiązaniu z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy § 3 ust. 5, 6 i 7 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści w Części 43 poz. 1 opaski identyfikacyjne wykonane z PCV o dł. 24,5 cm, z zapięciem uniemożliwiającym zdjęcie opaski w kolorze białym, z kartką do wpisania danych z nadrukiem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający dopuści w Części 43 poz. 2 opaski identyfikacyjne wykonane z PCV o dł. 16,5 cm, z wkładaną karteczką z miejscem do wpisania danych o dł. 105mm, 130mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18 poz. 28 ostrza bez wygrawerowanej nazwy producenta co nie jest parametrem użytkowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający wydzieli z Części 18 poz. 21-28 i utworzy z nich osobną część co zwiększy konkurencyjność?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

„Część 15, ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przezroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przezroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samophluczającą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy części nr 16:

Czy Zamawiający wymaga, aby igły Hubera wyposażone były w skrzydełka, odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Dotyczy części nr 17:

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby system zapobiegający przypadkowemu zakłuciu aktywował się podczas wyciągania igły, któremu towarzyszy sygnalizacja dźwiękowa „klik”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Dotyczy części nr 17:

Czy Zamawiający wymaga, aby igły Hubera wyposażone były w skrzydełka, odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Część nr 26, poz. 2

Zamawiający opisał maskę, która nie jest kompatybilna z układem opisanym w poz. 1. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania maski pasującej do generatora opisanego w poz. 1 o rozmiarach: S, M, L, XL. Maską pasuje do aparatu nCPAP Infant Flow Advance i SiPAP Infant Flow.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Część nr 26, poz. 3

Zamawiający opisał czapczkę, która nie jest kompatybilna z układem opisanym w poz. 1. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania czapczki pasującej do generatora opisanego w poz. 1 o rozmiarach:

Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (16-18cm), nr 000
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (18-20cm), nr 00
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (20-22cm), nr 0
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (22-24cm), nr 1
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (24-26cm), nr 2
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (26-28cm), nr 3
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (28-30cm), nr 4
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (30-32cm), nr 5
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (33 -34cm), nr 6
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (34-36cm), nr 7
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (36-38cm), nr 8
Czapczka/mocowanie układu pacjenta, (38-40cm), nr 9

Czapczka pasuje do aparatu nCPAP Infant Flow Advance i SiPAP Infant Flow.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

„Pakiet 1, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści przyrząd do transferu leków cytostatycznych z fiolki wyposażony w zapowietrznik z filtrem hydrofobowym w zakresie 0,2 mm- 0-22mm wyposażony w aktywną strzykawkę luer-lock o płaskiej powierzchni do dezynfekcji ?”

Odp. Zamawiającego: W części nr 1 w poz. 1 nie ma takiego asortymentu. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w części nr 15.

Pytanie nr 20:

„Część 29

Czy Zamawiający w części nr 29 dopuści do udziału w postępowaniu przenośny jednorazowy system infuzyjny posiadający badania stabilności leków w urządzeniu, wykonany z elastomerów, z filtrem odpowietrzającym na przebiegu linii infuzyjnej, dren o przekroju gwiazdy, zapewniający stały przepływ przy ewentualnym skręceniu lub zagięciu drenu, dokładność dozowania $\pm 10\%$ wartości nominalnej, objętość nominalna 300 ml, maksymalna 360 ml, przepływ 5ml/godz. dla pozycji nr 1 oraz 10 ml/godz. dla poz. nr 2 ?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie złożenie atrakcyjnej oferty oraz zaoferowanie najwyższej jakości pomp elastomerowych włoskiej firmy SURGIKA .”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

„Dotyczy Części 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o większej skuteczności nawilżania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

„Dotyczy Części 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o objętości oddechowej 150-1500 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

„Dotyczy Części 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z mocno nawilżającej pianki o wydajności nawilżania 31 mg/l przy $V_t=50$ ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Dotyczy Części 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny spełniający wymogi klasy HEPA z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z mocno nawilżającej pianki o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 100 razy większej niż wymagana- 99,999999%, wydajności nawilżania 34,2 mg H₂O przy $V_t=500$ ml, objętości oddechowej 200-1500 ml, masie 40 g, sterylny?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Dotyczy Części 28 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z pianki do rurek tracheotomijnych, z uniwersalnym portem tlenowym o skuteczności nawilżania 27,4 mg H₂O/l, przeznaczony dla objętości oddechowych powyżej 25 ml, sterylny?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1 w pozycji nr 1 igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„Czy Zamawiający dopuści w Części 1 w pozycji nr 2 nić o długości 250 cm, pozostałe parametry bez zmian ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„Czy Zamawiający dopuści w Części 1 w pozycji nr 5 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, o długości 24 mm, pozostałe parametry bez zmian ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Czy w części nr. 15 punkt 1 zamawiający dopuści przyrząd do transferu leków bez zastawki?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30:

„Czy w części nr. 16 punkt 1 zamawiający dopuści igły o poniższych parametrach:

Grubość 20Ga długość 15mm(±1mm), 20mm(±1mm), 25mm(±1mm);”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31:

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 5 ust. 4 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części zamówienia.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:

„Część 15, poz. 1

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Części nr 15, poz. 1 przyrządu do transferu leków cytostatycznych z fiolki wyposażonego w zapowietrznik z filtrem hydrofobowym 0,2µm, wyposażonego w zastawkę aktywowaną strzykawką luer-lock o płaskiej powierzchni do dezynfekcji?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Część 28, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla niemowląt i dzieci ze skutecznością filtracji względem bakterii 99,999% oraz skutecznością filtracji względem wirusów 99,99%. Skuteczność nawilżania 28mg H₂O/l przy Vt 50 ml. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

„Część 28, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga aby filtr po stronie pacjenta posiadał złącze proste 22M nie powiększające przestrzeni martwej filtra?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

„Część 28, pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci pozwalała na równoczesne nawilżanie dopływającego tlenu ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

„Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 48 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

„Część 2, poz. 5, 7

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

„Część 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

„Część 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

„Część 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

„Część 36

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny jałowy, bezbarwny, pleciony, powlekany, wchłaniający, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 42 dni, o podtrzymywaniu węzła po 8-11 dniach 50%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43:

„Część 44

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

„Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał ma myśli Znaczniki chirurgiczne silikonowe niebieskie o śr. 2,5 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45:

„Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie znaczników chirurgicznych silikonowych niebieskich op. 2 x dł. 45 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

„Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu wyposażonego w filtr 0,2µm- czyli o wyższym poziomie filtracji niż opisywany ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

„Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje kolca który umożliwi maksymalne pobranie leku z fiołki tj. posiadający igłę biorczą ściętą do połowy swojej długości.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

„Pakiet 20

Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę dolną w rozmiarze 36 x 122 cm, tak jak dotychczas dostarczana. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

„Pakiet 20

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę dolną w rozmiarze 36,5 x 72 cm, tak jak dotychczas dostarczana. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

„Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn. Op – a’ 100 zestawów.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

„Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do toalety jamy ustnej którego każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn, bez konieczności używania dodatkowych kubeczków lub wylewania płynu bezpośrednio na szczoteczkę, tak jak obecnie z powodzeniem stosowane w państwa placówce?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

„Pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do insuliny 1ml U40 z igłą zamontowaną 0,3×13 mm, tak jak dotychczas dostarczana.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje igły wtopionej do strzykawki.

Pytanie nr 53:

„Pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych a’120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości, tak jak dotychczas dostarczana.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości.

Pytanie nr 54:

„Pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z wtopioną igłą U-40 0,3 x 8mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55:

„Pakiet 28

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość

oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56:

„Pakiet 28

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57:

„Pakiet 28

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 2 z pakietu 28 i utworzenie nowego pakietu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

„Pakiet 28

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59:

„Pakiet 28

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,999$ %, p/wirusowej $\geq 99,999$ %, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60:

„Pakiet 28

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach walidowanego w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61:

„Pakiet 28

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności filtracji względem bakterii min. 99,9999 %, wydajność nawilżania min. 30 mg H₂O/l przy VT=500 ml, waga 17-24 g, objętość oddechowa Vt 120-750 ml lub Vt 300-1000 ml w zależności od wyboru zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:

„Pakiet 28

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H₂O przy Vt 500ml, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml do Vt 1000 ml, biologicznie czysty.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63:

„Pakiet 28

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zmniejszenia obciążenia na rurce tracheotomijnej, waga wymiennika nie powinna przekraczać 6,0 g?”


Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64:

„Pakiet 29

Poz 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Przenośny jednorazowy system infuzyjny w kształcie wygodnego do napełniania i noszenia płaskiego dysku, posiadający badania stabilności leków w urządzeniu wykonany z elastomerów silikonowych, z filtrem powietrza/cząsteczek na przebiegu linii infuzyjnej dla ochrony pacjenta przed przetoczeniem krystalizatów, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym, o szybkości przepływu 5ml/godz. Dokładność dozowania \pm 10-15 % wartości nominalnej. Posiadająca filtr cząsteczkowy, łącznik typu Luer-Lock z korkiem hydrofobowym (odpowietrzenie linii do pacjenta nie wymaga zdejmowania korka), nie zawiera DEHP. Port napełniania umiejscowiony sztywno, pod zakrętką dodatkowo go zabezpieczającą, w centralnym miejscu. Objętość nominalna 240ml -300ml, objętość maksymalna do 300ml - 360ml. Utrzymujący prawie stałą prędkości przepływu przy zmniejszeniu objętości napełnienia do ok 10% wartości nominalnej (charakterystyka przepływu zgodnie z załączonym wykresem). Pakowany sterylnie. Zabezpieczony przed promieniowaniem UV (można stosować leki światłoczułe)”




Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65:

„Pakiet 29

Poz 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Przenośny jednorazowy system infuzyjny w kształcie wygodnego do napełniania i noszenia płaskiego dysku, posiadający badania stabilności leków w urządzeniu wykonany z elastomerów silikonowych, z filtrem powietrza/cząsteczek na przebiegu linii infuzyjnej dla ochrony pacjenta przed przetoczeniem krystalizatów, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym, o szybkości przepływu 10ml/godz. Dokładność dozowania $\pm 10-15\%$ wartości nominalnej. Posiadająca filtr cząsteczkowy, ogranicznik przepływu, łącznik typu Luer-Lock z korkiem hydrofobowym (odpowietrzenie linii do pacjenta nie wymaga zdejmowania korka), nie zawiera DEHP. Port napełniania umiejscowiony sztywno, pod zakrętką dodatkowo go zabezpieczającą, w centralnym miejscu. Objętość nominalna 240ml - 300ml, objętość maksymalna do 300ml - 360ml. Utrzymujący prawie stałą prędkości przepływu przy zmniejszeniu objętości napełnienia do ok 10% wartości nominalnej (charakterystyka przepływu zgodnie z załączonym wykresem). Pakowany sterylnie. Zabezpieczony przed promieniowaniem UV (można stosować leki światłoczułe)”



Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66:

„Pakiet 41

Poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii metodą bezpośredniej punkcji zawierający: dwuczęściową igłę punkcyjną dł. 29 cm; cewnik polieretanowy typu Pigtail CH9, opaskę zaciskową, kołnierz.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67:

„Pakiet 41

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie przewodnicy z nieruchomym rdzeniem, z 7 cm miękkim końcem donerkowym, zagiętej dł. 100 cm, śr. 0,035””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68:

„Pakiet 41

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 41 poz. 3. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69:

„Pakiet 41

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wymiennego do cystostomii, z przewodnicą 90 cm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

„Pakiet 28

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pediatrycznego filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,99 % , z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 277 cm² , poziom nawilżania 33 mg H₂O przy VT=50 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 5,3 cm², przestrzeń martwa: 12 ml, opory przepływu: 1,4 cm H₂O przy 20 l/min., objętość oddechowa V_t 50-250 ml, waga 13,5 g, filtr ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej V_t, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71:

„Dotyczy części nr 44

Czy Zamawiający w części nr 44 dopuści szew renomowanego niemieckiego producenta, firmy Serag-Wiessner, pleciony, syntetyczny, wykonany z poliestru powlekany silikonem.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72:

„Dotyczy części nr 44

Czy Zamawiający w części nr 44 poz. 1 dopuści igłę 36mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Brak w naszym asortymencie szwu USP:2 na igle 40mm uniemożliwia nam złożenie konkurencyjne oferty na pozostałe nici z tego pakietu”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73:

„Dotyczy części nr 44

Czy Zamawiający w części nr 44 poz. 2 dopuści szew o długości 75cm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:

„Część 18

Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75:

„Część 18

Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek płaskich o pojemności 200ml bez harmonijki? W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76:

„Część 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów zwijanych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77:

„Część 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów zwijanych wykonanych z poliuretanu, materiału który nie posiada pamięci kształtu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78:

„Część 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o dł. 80cm ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79:

„Część 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu w opakowaniu podwójnym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80:

„Część 18

Pozycja 3-9 Czy Zamawiający dopuści dren perforowany na długości 15cm (min 7 otworów)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81:

„Część 18

Pozycja 13-15 Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane z silikonu w rozmiarze 450x180 mm? Oczekiwane dreny nie są już produkowane.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82:

„Część 18

Pozycja 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu w rozmiarze CH27 ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83:

„Część 18

Pozycja 29-30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z trokarem o dł. 22 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84:

„Część 18

Pozycja 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z trokarem o dł. 24 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85:

„Część 18

Pozycja 32-34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z trokarem o dł. 37 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86:

„Część 20

Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 30x80cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

„Część 24

Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę do insuliny 1ml U40 z dołączaną igłą w rozmiarze 0,4x13mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje igły wtopionej w strzykawkę.

Pytanie nr 88:

„Część 46

Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o dł. 6,2mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89:

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28, poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra dla dzieci, wydajność nawilżania $V_t=500$, 24 mg/l H₂O, waga 13,5 g oraz dla niemowląt wydajność nawilżania $V_t=500$, 22 mg/l H₂O, pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90:

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28, poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o niższej wadze tj. 40g, pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.12.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak

.....