



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



DZZP.260.1410.2017.PF.

Słupsk, dnia 04.12.2017 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka
w Słupsku Sp. z o. o.
ul. Hubalczyków 1
76-200 Słupsk

Odwołujący

Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.,
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

sygn. akt KIO 2536/17

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODWOŁANIE

Na podstaw art. 186 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w związku z odwołaniem Wykonawcy **Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa** wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa jednorazowych zestawów do pozyskiwania komórek macierzystych, terapeutycznej wymiany osocza, poboru szpiku kostnego oraz roztworu ACD-A wraz z dzierżawą separatora komórkowego, nr sprawy - 101/PN/2017 Zamawiający postanawia:

1. uwzględnić odwołanie w całości.

W związku z uwzględnieniem odwołania Zamawiający zmienia treść udzielonych dnia 20 listopada 2017 odpowiedzi na pytania nr 14, nr 19, nr 21, nr 22, nr 23, nr 25 poprzez dopuszczenie zaproponowanych w treści pytań parametrów.

I tak:

Na pytanie nr 14 zamawiający udziela następujące odpowiedzi:

14. Dotyczy pkt. 12 – czy Zamawiający wymaga urządzenia zapewniającego: intuicyjną komunikacją pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy

o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury (m.in. instrukcja instalacji zestawu podawanej na wyświetlaczu), posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń, np. w sytuacjach alarmowych

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Na pytanie nr 19 zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

19. **Dotyczy pkt. 18** – czy Zamawiający wymaga urządzenia dającego możliwość wprowadzenia zmian parametrów procedury przez użytkownika na każdym etapie procedury, także w trakcie ostatniego cyklu procedury (np. procedura poboru komórek macierzystych)

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Na pytanie nr 21 zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

21. Czy Zamawiający wymaga automatycznego optycznego systemu kontroli separacji wyposażonego w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący, interpretujący i automatycznie regulujący stan separacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Na pytanie nr 22 zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

22. Czy Zamawiający wymaga zestawu drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasety zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Na pytanie nr 23 zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

23. **Pkt. 14 Warunków ogólnych** Czy Zamawiający wymaga pełnej elastyczności w przypadku poboru komórek jednojądrowych mając do dyspozycji dwa protokoły do poboru komórek jednojądrowych w tym:

- a) system dwustopniowej separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej wykorzystujących zjawisko eliutacji, oraz
b) ciągłego poboru komórek jednojądrowych z kożuszka leukocytno-płytkowego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Na pytanie nr 25 zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

24. **pozycji nr 2-5 Formularz Asortymentowo-ilościowy**

Czy Zamawiający wymaga zestawów jednorazowe oraz ACDA wyposażonych w bezpieczny łącznik antykoagulantu zwiększające bezpieczeństwo dawcy/pacjenta w trakcie procedur aferezy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

z poważaniem:

WICEPREZES
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Anetta Barań-Feszak