



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 08.01.2018 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku”  
- nr sprawy 120/PN/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Część 5 – pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody prostokątnej dedykowanej do badań wysiłkowych i badań Holtera z nacięciem i otworkiem do mocowania kabla pacjenta. Rozmiar 55x41mm. Elektroda posiada zaokrąglone brzegi. Pozostałe parametry zgodnie z opisem.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 2:**

„Część 5 – pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody noworodkowej okrągłej o średnicy 25 mm lub okrągłej o średnicy 30 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 3:**

„Część 5 – pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody Ø 37x41mm lub elektrody prostokątnej z zaokrąglonymi brzegami o rozmiarze 36mm x 28mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 4:**

„Część 5 – pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o rozmiarze 51mm x 36mm lub elektrody o rozmiarze 50mm x 36mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

„części 5 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji Elektrody do prób wysiłkowych, Holter, ergonomiczne, owalne, o rozmiarze około 57x34 mm z podłożem piankowym i stałym żelazem, sensory.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

„części 5 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji Elektroda EKG, Holter, monitoring dla dzieci z hydrożelem, o rozmiarach Ø 35mm x 43mm do długotrwałego użytku, złącze zatrzaskowe”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„części 5 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji Elektroda żelowa do krótkotrwałego lub doraźnego użytku, pokryta bardzo mocnym łagodnym dla skóry klejem, żel, podłoże piankowe wodoodporne i zmywalne, najwyższej jakości sensory Ag/AgCl, rozmiar 34xx57mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

„SIWZ Część I pkt 7.3 Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie §5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w powiązaniu z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.***

**Pytanie nr 9:**

„Pakiet 5 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do prób wysiłkowych, Holter, prostokątnej o wymiarach 55 x 40 mm.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

„Pakiet 5 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod okrągłych o średnicy 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

„Pakiet 5 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod okrągłych o średnicy 55 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 12:**

„Pakiet 5 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej, prostokątnej o wymiarach 22,5 x 46 mm. Pozostałe parametry bez zmian”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„Pakiet 5 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej o średnicy 25,7 mm w kształcie „kwiatka”. Pozostałe parametry bez zmian.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 14:**

„Pakiet 5 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o rozm. 30 mm okrągłych, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 15:**

„Pakiet 5 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej o rozmiarach 42 x 36 mm z „języczkiem””

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 16:**

„Pakiet 5 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej kwadratowej o zaokrąglonych brzegach o wymiarze 36 x 40 mm. Pozostałe parametry bez zmian”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 17:**

„Pakiet 5 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o średnicy 30 mm, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 18:**

„Pakiet 5 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o podłożu z pianki o rozmiarze 35 x 50 mm, z bardzo mocnym , łagodnym dla skóry klejem, reszta parametrów bez zmian.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 19:**

„Pakiet 5 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o podłożu z pianki o rozmiarze 44x30mm , reszta parametrów bez zmian”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 20:**

„Pakiet 23 poz. 1 Prosimy o informację do jakiego modelu defibrylatora Zamawiający oczekuje ww elektrody.”

*Odp. Zamawiającego: typu BENE HEART D3, D6*

**Pytanie nr 21:**

„Projekt umowy - §1 ust. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy Wykonawca składający ofertę na asortyment zawarty w części nr 9 i 23 – ma obowiązek przeprowadzić szkolenie dla Personelu Zamawiającego zgodnie z par. 1 ust. 2 Projektu umowy? W projekcie umowy podano wyłącznie informację : „jeśli jest wymagane”.”

*Odp. Zamawiającego: TAK, jeżeli jest wymagane przez producenta.*

**Pytanie nr 22:**

**„Projekt umowy - §1 ust.1**

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 1 ust.1 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.*

*Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.”*

***Odp. Zamawiającego: Podane ilości są na podstawie średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym. Zamawiający nie jest w stanie określić zużycia.***

***Zamówienie należy realizować cyklicznie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego***

**Pytanie nr 23:**

**„Projekt umowy - §7 ust.2**

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 7 ust. 2 odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 24:**

„**Projekt umowy - §7 ust.3** Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto opóźnionej wadliwej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 7 ust. 3 odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziła do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 25:**

„**Dotyczy SIWZ** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie §5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w powiązaniu z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.***

**Pytanie nr 26:**

„**Pakiet 26, pozycja 1** Zgodnie z wytycznymi **Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, zaleca się stosowanie materiałów o właściwościach antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r.)

Czy Zamawiający dopuści równoważny w działaniu(odsysanie) ale dodatkowo o **właściwościach antybakteryjnych system do odsysania**, charakteryzujący się następującymi cechami użytkowymi: wkłady jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy, posiadające w pokrywie dwa króćce(pacjenta i próżni);króciec pacjenta jest gładki, rozszerzający się, a więc kompatybilny z drenami o różnej średnicy; nie jest obrotowy co wynika z faktu, że obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta, przy wymianie wkładów należy odłączyć dren próżni od wkładu ale nie od źródła ssania. Oferent ujmie w cenie wkładów koszt doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe. Zgoda zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i kanistrów(co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi) który spełnia **zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 27:**

„**Pakiet 26, pozycja 4** Czy zamawiający dopuści łącznik prosty do wkładów(łącznik kątowy nie jest konieczny), kompatybilny z oferowanym systemem?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 28:**

„**Dotyczy części nr 36** W związku z tym, że zapis w SIWZ w formie „**i/lub**” pozwala interpretować jako dowolność ilości klipsów w magazynku, bardzo prosimy o jednoznaczne potwierdzenie tego.

Jeśli natomiast Zamawiający oczekuje klipsów konfekcjonowanych po 4 sztuki i po 6 sztuk w magazynku, to bardzo prosimy o określenie ilości klipsów dla poszczególnych opcji.

Jest to niezbędne do wypełnienia formularza cenowego, gdzie należy podać numery katalogowe produktów.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza klipsy pakowane po 4 sztuki jak i po 6 sztuk w magazynku. Należy wycenić odpowiednią ilość sztuk..***

**Pytanie nr 29:**

„**Dotyczy części nr 36** Bardzo prosimy o potwierdzenie, czy na pewno mają to być klipsy o rozmiarze M; L; XL; czy być może ML; L; XL;”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli klipsy w rozmiarach ML; L; XL.***

**Pytanie nr 30:**

„**Dotyczy części nr 47** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z dotychczasowego pakietu poz. nr 3 i 4 do oddzielnego zadania, tworząc tym samym odrębny pakiet dla klipsów tytanowych o rozmiarze MIKRO.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 31:**

„**Dotyczy upoważnienia** W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.***

**Pytanie nr 32:**

„**Dotyczy SIWZ** Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

*Odp. Zamawiającego: Zgodnie §5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w powiązaniu z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

**Pytanie nr 33:**

„Dotyczy § 3 ust. 5, 6 i 7 wzoru umowy Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 34:**

„Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 35:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 1).”

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 36:**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4, 5:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia.**
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części zamówienia.**
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części zamówienia.**

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu lub uzupełnieniu banku. dotyczy część nr 35, nr 45, nr 49, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie utworzonego banku.**

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 37:**

**„Dotyczy części nr 9** Czy Zamawiający dopuści port różniący się względem SIWZ:

- komora portu w kształcie okręgu z prostopadłym ułożeniem kaniuli wyjściowej
- 2 objętości komory: 0,5ml (port standardowy), 0,3ml (port niskoprofilowy)
- cewnik poliuretanowy z oznaczoną długością co 5 cm
- rozmiar przewodnika 6Fr i 8,5Fr dla portów standardowych i 6Fr dla portów niskoprofilowych
- długość cewnika 76 cm
- zestaw wprowadzający zawiera igłę z drenem wyposażoną w odpinane skrzydełka
- zestaw edukacyjny dla pacjenta bez opaski”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 38:**

**„Dotyczy części nr 9** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie portów bez dodatkowego obłożenia do implantacji portów?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 39:**

**„dot. formularz asortymentowo-ilościowy – Załącznik nr 2 – Część nr 11**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 w/w pakietu, zestawów w 100% kompatybilnych ze strzykawką automatyczną Optistar o następującym składzie:

2 x strzykawka jednorazowa o pojemności 60ml

1 x dren z łącznikiem typu „Y” o długości 250cm z zastawką antyzwrotną

2 x złącze szybkiego napełniania typu „J”

2 x ostrza typu spike do przebijania butelek z środkiem cieniującym.

Z limitem ciśnienia do 375 PSI

W/w zestawy wkładów są już od lat stosowane przez jednostki służby zdrowia na terenie Polski w tym również przez Zamawiającego.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40:**

**„dot. formularz asortymentowo-ilościowy – Załącznik nr 2 – Część nr 13**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 w/w pakietu, zestawów w 100% kompatybilnych ze strzykawką automatyczną Optivantage DH o następującym składzie:

2 x wkład jednorazowy o pojemności 200ml

1 x dren z łącznikiem typu „Y” o długości 150cm z zastawką antyzwrotną

2 x złącze szybkiego napełniania typu „J”

2 x ostrza typu spike do przebijania butelek z środkiem cieniującym.

Z limitem ciśnienia do 375 PSI

W/w zestawy wkładów są już od lat stosowane przez jednostki służby zdrowia na terenie Polski. M. in przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Szpital Wojewódzki w Opolu, SPSK Grucy w Otwocku, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy oraz wielu innych szpitalach.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie nr 41:**

**„dot. formularz asortymentowo-ilościowy – Załącznik nr 2 – Część nr 25** Prosimy o dopuszczenie w części nr 25 zestawów wkładów w 100% kompatybilnych ze wstrzykiwaczem kontrastu Angiomat ILLUMENA składającego się z:

1 x wkład do kontrastu o pojemności 150ml,

1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”

1 x złącza niskiego ciśnienia o dł. 150cm.

**Parametry i kompatybilność poświadczona przez producenta wkładów.**

Oraz prosimy o wykreślenie uwagi „Strzykawka na gwarancji - wymaga się produktów zalecanych i certyfikowanych przez producenta urządzenia.”

Uzasadnienie:

Zalecenia producenta wstrzykiwacza kontrastu nie mogą zakłócać prowadzenia postępowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający tym samym wykluczył z niniejszego postępowania wykonawców, którzy oferują sprzęt generyczny, pełnowartościowe i w 100% kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu zamienniki oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zapisy tego typu bezprawnie wykluczają możliwość innych firm oferujących sprzęt generyczny w postępowaniu przetargowym, umożliwiając równocześnie przystąpienie do przetargu wyłącznie konkretnemu podmiotowi (firmie produkującej wstrzykiwacze lub innemu podmiotowi upoważnionemu), co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i ma znamiona praktyk monopolistycznych oraz co będzie niewątpliwie miało wpływ na zaproponowaną przez wspomnianą firmę cenę jednostkową przedmiotu zamówienia.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 42:**

**„Dotyczy Części nr 37** Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy, jednowłókienkowy o stałej średnicy bez katalogowego opisu o kontrolowanym rozciąganiu i plastycznym odkształceniu węzła?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 43:**

**„Dotyczy Części nr 38** Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Część 38.a (poz. 1-2), Część 38.b (poz. 3)?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 44:**

**„Dotyczy Części nr 38** Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szwy ze szpatułką?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 45:**

**„Dotyczy Części nr 38, poz. 3** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładny opis w/w pozycji, ponieważ opis „podwójna w tym jedna z pętlą o krzywiznie ¼ koła” może wprowadzić w błąd.”

***Odp. Zamawiającego: Nić o grubości 10/0; igła podwójna; dł. Igły 15 mm; kształt igły ¼ obwodu koła.***

**Pytanie nr 46:**

**„Dotyczy Części nr 39** Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu włchlaniałną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną

polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 21 dniach od wszczęcia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Uzasadnienie:** Wnioskowany szew posiada dokładnie to samo przeznaczenie. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

W swojej ofercie szwy powlekane glikonatem posiada tylko jeden dystrybutor działający na polskim rynku – Aesculap Chifa Sp. z o.o. Brak zgody na dopuszczenie wnioskowanego materiału spowoduje naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez wskazanie wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie zamówienia.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 47:**

„Dotyczy Części nr 39, poz. 21, 23, 25 Zwracamy się z zapytaniem, co oznacza opis „o.tnąca”?”

**Odp. Zamawiającego: Igła posiada okrągły trzon, część tnąca stanowi końcówkę igły.**

**Pytanie nr 48:**

„Dotyczy Części nr 39, poz. 21, 23, 25 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igły odwrotnie tnące?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 49:**

„Dotyczy Części nr 46 Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szwy poliesterowe o grubości 5?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 50:**

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w części 9 poz. 1:

- port naczyniowy kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej
- obudowa w kształcie delty wykonana z polisulfonu z komorą tytanową z kompletem akcesoriów do wprowadzenia
- komora o objętości 0,5ml port standardowy i komora o objętości 0,25ml port niskoprofilowy
- cewnik silikonowy z oznaczeniem długości cewnika co 1 cm i opisem co 5 cm
- dla portów standardowych cewniki silikonowe 6,5F, 8,5F i 10F, dla portów niskoprofilowych 6,5F i 8,5F
- skład zestawu wprowadzającego: strzykawka 10ml, igła wprowadzająca, prowadnica, poszerzadło z rozrywaną koszulką, tunelizator, 2 łączniki z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika, 2 igły do nakłucia i przepłukania komory portu 22G, 1 igła 20G x 20mm ze skrzydełkami, łącznik Luer do przepłukania cewnika wstępnie połączony z cewnikiem”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 51:**

„Czy Zamawiający wymaga w części 9 poz. 1 dostarczenia z każdym portem zestawu do implantacji portów w składzie:

- obłożenie 75x90cm z paskiem samoprzylepnym 3 szt.
- miska przezroczysta 250ml 1 szt.
- gazik rozmiar śliwki 3 szt.
- kompres z nitką RTG 7,5x7,5cm 20szt.
- kompres z nitką RTG 10x10cm 5 szt.
- opatrunek 9x10cm 1 szt.
- kleszczyki anatomiczne zagięte 12,5cm 1 szt
- hak do rany typ Senn, 16 cm 1 szt
- pęseta chirurgiczna 14,5 cm 1 szt
- kleszczyki do gazików proste 1 szt
- nożyczki preparacyjne Metzenbaum, 18cm wygięte 1 szt
- igłotrzymacz Mayo-Hegar, 12 cm 1 szt
- skalpel bezpieczny nr 11 1 szt
- strzykawka 20 ml Luer 1 szt
- igła 0,80 x 40 mm, 21G 1 szt
- igła 1,20 x 40 mm, 18G 1 szt
- osłona na głowicę USG wraz z sterylnym żelem 1 szt
- fartuch rozmiar XL 1 szt.
- rękawiczki operacyjne rozmiar 7,5 1 para
- chusta 150 x 100 cm 1 szt.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga.***

**Pytanie nr 52:**

„Prosimy o dopuszczenie w części nr 39 nici wchłanialnej, plecionej, syntetycznej z kwasu poliglikolowego, powleczonej ε-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o podtrzymaniu ok 65% po dwóch tygodniach, oraz ponad 40% po trzech tygodniach.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 53:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w części nr 39 poz. 6, 8, 26, 27 nici o długości 75 cm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 54:**

„Prosimy o dopuszczenie w części nr 39 poz. 5 podwiązek 5 x 70 cm, z odpowiednim przeliczeniem saszetek.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 55:**

„Czy Zamawiający zgodzi się w części 39 poz. 16 na zaoferowanie igły 70 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 56:**

„Czy Zamawiający dopuści w części nr 39 poz. 21 igłę tnącą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 57:**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w części nr 39, poz.22 nici o długości 90 cm, , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 58:**

„Czy Zamawiający dopuści w części nr 39, poz. 23, 29 igłę 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 59:**

„Czy Zamawiający dopuści w części nr 39 poz. 25 igłę okrągłą, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 60:**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania z części nr 39, poz. 33 szwu 1x75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 61:**

„Czy Zamawiający w części nr 37 poz. 1 dopuści szew monofilamentowy, poliamidowy, powlekany silikonem, renomowanego producenta firmy Serag-Wiessner? Szew ten z powodzeniem używany może być m.in. jako szew kapciuchowy do kapciuchownicy wielorazowego użytku. Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 62:**

„Zamawiający w części nr 37 umieścił wymóg pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia. Czy w ramach pełnej identyfikacji szew ma posiadać, zgodnie z przyjętą doktryną, informacje o sposobie sterylizacji oraz terminie ważności nici umieszczone na zewnętrznej części opakowania sterylizacyjnego oraz ma posiadać nazwę handlową, numer katalogowy, informacje o grubości i długości nitki, długości i krzywiznie igły dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga.***

**Pytanie nr 63:**

„Zamawiający w części nr 37 poz. 10 i 11 wymaga igieł odwrótnie tnących kosmetycznych. Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku igieł kosmetycznych mają to być igły typu ethalloy /surgalloy, które wpływają na znaczne zmniejszenie traumatyzacji naczyń przy przechodzeniu przez nie igłą.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga.***

**Pytanie nr 64:**

„Zamawiający w części nr 37 poz. 10 i 11 wymaga igieł odwrótnie tnących kosmetycznych. W pozycjach tych opisane zostały na nici o grubości USP: 6/0. W przypadku tak cienkich szwów istotne jest aby łoża powstała po przejściu igły była jak najmniejsza, co znacznie poprawia hemostazę zespolenia. Czy w pozycjach tych Zamawiający wymaga zaoferowania igieł o ulepszonej geometrii (igły tanto / prime), których udoskonalony przekrój zapewni powyższe? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga.***

**Pytanie nr 65:**

„Zamawiający w części 37 umieścił wymóg pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia. Prosimy o doprecyzowanie, czy poprzez wymóg ten należy rozumieć taki sposób pakowania, w którym pełna identyfikacja szwu (nazwa handlowa, nr katalogowy, grubość i długość nitki; długość i krzywizna igły) możliwa jest na każdym etapie otwarcia opakowania sterylizacyjnego, a dodatkowo zewnętrzna część opakowania sterylizacyjnego zawiera również informację o sposobie sterylizacji i terminie jej ważności? Taki sposób oznakowania produktu eliminuje ryzyko użycia niewłaściwej nici podczas procedury.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga.***

**Pytanie nr 66:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 dopuści szew renomowanego niemieckiego producenta – firmy Serag Wissner, syntetyczny, pleciony, wchłaniający, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem o czasie wchłaniania 60-90dni. Czas podtrzymywania tkankowego 60-70% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach i 25-45% początkowej zdolności podtrzymywania po 21 dniach. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z kodem matrycowym i z karbowanymi listkami ułatwiającymi otwarcie saszetki?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 67:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 3 dopuści szew o długości 90cm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 68:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 4 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 27mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 69:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 4 dopuści igłę okrągłą 36mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 70:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 6 dopuści szew o długości 90cm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 71:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 10 i 12 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Dla krzywizny 5/8 koła rekomendujemy stosowanie igieł wzmocnionych aby zmniejszyć ryzyko ich wygięcia.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 72:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 10 i 12 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Dla krzywizny 5/8 koła rekomendujemy stosowanie igieł wzmocnionych aby zmniejszyć ryzyko ich wygięcia.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 73:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 11 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną poprzez zastosowanie stali typu Ethalloy/Surgalloy. Jest to igła wykonana z najmocniejszego stopu

stali (stal serii 300) dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania pogrubiania igły w celu jej wzmocnienia. Rozwiązanie to gwarantuje lepszą hemostazę przy niepogorszonej wytrzymałości samej igły.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 74:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 19 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 75:**

„Czy Zamawiający w części nr 8 poz. 19 dopuści szew o długości 70cm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 76:**

„Dotyczy Pakiet 41 poz. 3: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie klipsów tytanowych o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,7mm po zamknięciu, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 77:**

„Dotyczy Pakiet 39: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie materiału szewnego wykonanego z Poliglaktyny 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1) pokrytego mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia,  
Po:

- 75% po 14 dniach
- 50% po 21 dniach (6/0 i większe)
- 40% po 21 dniach (7/0 i mniejsze)
- 25% po 28 dniach (6/0 i większe)?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 78:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 1: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o rozmiarze 0, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 79:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 6: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-rozwarstwiającej, rozmiar 0, o długości nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 80:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 8: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-rozwarstwiającej, długości nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 81:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 11: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o rozmiarze 16, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 82:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 13: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągła, wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 83:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 15: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o rozmiarze 36, okrągła, wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 84:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 16: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości 70 mm, okrągła, wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 85:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz.: 9,12,24,31: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 86:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 20: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o rozmiarze 0, okrągło-rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 87:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 21: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o rozmiarze 0, krzywiźnie 1/2 koła, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 88:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 22: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-rozwarstwiającej o długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 89:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 25: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły 17 mm o krzywiźnie 1/2 koła, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 90:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 26: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej, długości nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 91:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 27: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-rozwarstwiającej o długości nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 92:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 28: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-tnącej o krzywiznie koła 1/2 i rozmiarze 2/0, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 93:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 29: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągła wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 94:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 30: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły konwencjonalnie tnącej kosmetycznej II generacji, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 95:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 32: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o rozmiarze 0, rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 96:**

„Dotyczy Pakiet 39, poz. 33: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-rozwarstwiającej o długości szwu 8 x 45 m, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 97:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 1: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o długości 2 x 70mm, o długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 98:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 2: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o długości 31 mm i długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 99:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 7: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o długości 2x20mm i długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 100:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 9: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o długości 2x13mm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 101:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 10: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o długości 11mm i długości nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***



**Pytanie nr 102:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 11: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie długości nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 103:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 12: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o długości 2x9,3mm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 104:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 13: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o długości 2x6,5mm, rozmiarze 7/0 i długości nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 105:**

„Dotyczy Pakiet nr 37 poz. 14: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej-rozwarstwiającej ze wzmocnieniem, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 106:**

„Dotyczy Pakiet nr 8 poz.: 3,4,7: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągła wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 107:**

„Dotyczy Pakiet nr 8 poz. 6: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły w rozmiarze 0, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 108:**

„Dotyczy Pakiet nr 8 poz. 8: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej-rozwarstwiającej ze wzmocnieniem, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 109:**

„Dotyczy Pakiet 8, poz.: 13, 14, 16, 18, 20, 21: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 110:**

„Dotyczy Pakiet 8, poz.: 15, 17: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło-rozwarstwiającej o długości nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 111:**

„Dotyczy Pakiet 8, poz. 19: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie odwrotnie tnącej kosmetycznej II generacji dwuwklęsłej, pozostałe parametry bez zmian?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 112:**

„W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o wydzielenie do odrębnego zadania poz. 5 i 6 z Części nr 3. Nie dotyczą one inkubatora Atom.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.01.2018 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak