



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 15.02.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa klatek międzytrzonowych wsuwanych do stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego typu PLIF, klatek międzytrzonowych szyjnych oraz substytutów kostnych” - nr sprawy 21/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„dotyczy zadania nr 1 Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści system klatek wykonanych z PEEK w długościach 20 i 25 mm, w wysokościach 8-14mm z dużymi otworami na przeszczepy oraz dwoma znacznikami radiologicznymi – jeden poprzeczny i jeden pionowy, opcjonalnie klatki wykonane z PEEK w długościach 20, 25 oraz 30 mm w wysokościach 8-16 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„dotyczy zadania nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści wypełnienie w formie pasty w strzykawce o pojemności 5cc? Taka forma podania jest wygodniejsza do implantacji.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy części nr 2 Czy Zamawiający mógłby sprecyzować poszczególne ilości zamawianego substytutu kostnego 5 g oraz 10g?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający zużywa w ciągu roku 80% substytutu 5g i 20% substytutu 10g.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.02.2018 roku.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak