

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605  
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 06.03.2018 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników niezbędnych do wykonania około 27 790 oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą 2 automatycznych analizatorów immunochemicznych przez okres 4 miesięcy” - nr sprawy 31/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

## **Dot. Część II - Wzór umowy**

### **Pytanie nr 1:**

„Par.1 ust. 2 lit d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga przeszkolenia 4 osób.***

### **Pytanie nr 2:**

„Par. 2 ust 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 3:**

„Par 3 ust. 5-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych? Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 4:**

„Par. 5 ust. 4-6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

„Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Par. 12 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia netto dot. niezrealizowanej części umowy.? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

„Par. 12 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

„Par. 12 ust. 2-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "lub opóźnienia"?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

„Par. 12 ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 11:**

„Par. 12 ust. 7-8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

## **Dot. Część IV - wzór umowy dzierżawy**

### **Pytanie nr 12:**

„Par. 1 ust. 2, Par 3 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 13:**

„Par 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga przeszkolenia 4 osób.***

### **Pytanie nr 14:**

„Par 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 15:**

„Par. 3 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "kalendarzowe" na "robocze"?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 16:**

„Dotyczy Część I siwz, ust 3 opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 i część III opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o ujednoczenie zapisów we wskazanych punktach i wyrażenie zgody by oferowany przedmiot zamówienia tj., dzierżawione analizatory nie były fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2010r, ale po pełnym przeglądzie technicznym i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający w CZĘŚCI NR I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ust 3. Opis przedmiotu zamówienia wykreśla zwrot „fabrycznie nowy”. Zamawiający wymaga zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA analizatorów nie starszych niż z 2010r, ale po pełnym przeglądzie technicznym i gotowych do użycia zgodnie z przeznaczeniem.***

### **Pytanie nr 17:**

„Dotyczy Część III opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o wyrażenie zgody by dla kilku kontroli wartości i zakresy były wprowadzane manualnie.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę.***

### **Pytanie nr 18:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby możliwość zaprogramowania automatycznego powtarzania oznaczeń realizowana była poprzez zewnętrzne oprogramowanie / LSI?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę.***

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi na pytania, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **12.03.2018** roku do godz. **10:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **12.03.2018** roku o godz. **10:30**.  
W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 14.1 i 15.1 IDW.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.03.2018 r.**

Z-CIA KIEROWNIKA  
DZIAŁU ZAKUPÓW I  
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
Jarosław Rzeźkowiecki