



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 13.03.2018 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa angiografu” - nr sprawy 20/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Prosimy o potwierdzenie kiedy nastąpi spłata pierwszej raty z przewidzianych 36 rat.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zgodnie z §5 ust. 2 pkt b spłata rat odbywać się będzie na koniec miesiąca.**

**Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy Zamawiający opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak**

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4:**

„Wykonawca prosi o udostępnienie raportów z badania biegłego oraz danych finansowych (bilans i rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych) za lata 2013-2016. Wykonawca prosi aby rachunek zysków i strat zaprezentowany był w wariantcie porównawczym lub zostały dodatkowo przedstawione koszty rodzajowe.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Raporty z badania biegłego oraz dane finansowe (tj. bilans, rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych) za lata 2013 – 2016 dostępne w siedzibie zamawiającego.**

**Pytanie nr 5:**

„Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2016 oraz 31/12/2017?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Struktura należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 oraz 31.12.2017 r. – do wglądu w siedzibie zamawiającego.**

**Pytanie nr 6:**

„Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/Leasingów i innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień 31.12.2016 oraz ostatni dostępny okres, zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne.”

***Odp. Zamawiającego:***

Zestawienie kredytów według stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz 28.02.2018 r. – do wglądu w siedzibie zamawiającego

**Pytanie nr 7:**

„Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych wg stanu na ostatni zakończony rok oraz bieżący okres (kwartał)”

***Odp. Zamawiającego:***

Liczba łóżek w roku 2017 to: 662, pacjenci hospitalizowani wg stanu na ostatni zakończony rok: 65 666 (2017, razem z SOR) oraz bieżący okres 10 215 (w okresie styczeń – luty 2018)

**Pytanie nr 8:**

„Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki.”

***Odp. Zamawiającego:***

Kontrakt stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki – 11/000013/SOK/17/18 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, kwota: 3 588 501,88 zł, okres obowiązywania umowy: 01.07.2017 – 30.06.2022

**Pytanie nr 9:**

„Na jaki okres zawarte są obecnie trwające umowy/kontrakty z NFZ?”

***Odp. Zamawiającego:***

Obecnie trwające umowy/kontrakty zawarte z NFZ:

- 11/000013/PSZ/17/18, od 01.10.2017r. do 30.06.2021r.,
- 11/000013/REH/17/18, od 01.10.2017r. do 30.09.2022r.,
- 11/000013/SOK/17/18, od 01.07.2017r. do 30.06.2022r.,
- 11/000013/SPO/17/18, od 01.07.2017r. do 30.06.2022r.,
- 11/000013/PRO/17/18, od 01.07.2017r. do 30.06.2022r.,
- 11/000013/STM/17/18, od 01.07.2017r. do 30.06.2022r.,
- 11/000013/SZP-Z/18, od 01.01.2018r. do 30.06.2021r.,
- 11/000013/SZP-Z/17/18, od 01.07.2017r. do 30.06.2021r.,

**Pytanie nr 10:**

„Czy kontrakt/kontrakty zawarte z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona?”

***Odp. Zamawiającego:***

Kontrakt 11/000013/SOK/17/18 proponowany jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona.

**Pytanie nr 11:**

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy w postaci weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z porozumieniem wekslowym?”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Nie**

**Pytanie nr 12:**

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności w postaci zastawu rejestrowego na sprzęcie będącym przedmiotem umowy pożyczki?”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Tak**

**Pytanie nr 13:**

„Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia( NFZ) na kwotę nie mniejszą niż wysokość kontraktu (wskazanego w SIWZ) w skali roku i utrzymywania niniejszego zabezpieczenia do czasu?”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie na kontrakcie z NFZ na kwotę kontraktu wskazaną w SIWZ.**

**Pytanie nr 14:**

„Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci przedłożenia oryginału oświadczenia o poddaniu się egzekucji?”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Nie**

**Pytanie nr 15:**

„Czy Zamawiający wyrażą zgodę aby w przypadku, gdy Oferentem nie jest bank, Zamawiający przedstawił zabezpieczenie umowy w postaci oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. 22.”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Nie**

**Pytanie nr 16:**

„Czy istnieje możliwość poręczenia przez organ założycielski Szpitala?”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Nie**

**Pytanie nr 17:**

„Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Nie**

**Pytanie nr 18:**

„Czy zamawiający posiada plan naprawczy (program restrukturyzacyjny)? Jeśli tak, to prosimy o jego udostępnienie.”

***Odp. Zamawiającego:***  
**Powyższe dane dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

**Pytanie nr 19:**

„W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Poziom nadwykonań w ramach umowy świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:**

– w roku 2017:

- umowa 11/000013/SOK/11/17 (I-VI 2017), kontrakt: 3 711 835,78 zł, nadwykonania kwota uznana: 188 678,34 zł, kwota nieuznana 0 zł,
- umowa 11/000013/SOK/17 (VII-XII 2017), kontrakt: 3 572 837,54 zł, nadwykonania kwota uznana: 279 788,51 zł, kwota nieuznana 0 zł,

– w roku 2016:

- umowa 11/000013/SOK/11/16 (I-XII 2016), kontrakt: 7 331 077,20 zł, nadwykonania kwota uznana: 226 950,00zł, kwota nieuznana 0 zł.

**Pytanie nr 20:**

„Czy Zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy?”

***Odp. Zamawiającego:***

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. nie posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym.

Szpital posiada zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 15.11.2017 r. oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 23.11.2017 r.

**Pytanie nr 21:**

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie przed uruchomieniem pożyczki wszystkich wymaganych prawem zgód na zaciągnięcie pożyczki oraz na ustanowienie zabezpieczeń?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak**

**Pytanie nr 22:**

„Czy zamawiający zatrudnia i ewentualnie ilu lekarzy na kontraktach? Jaka była wartość usług zapłaconych z tego tytułu w roku 2016 oraz w 2017?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający zatrudnia lekarzy na kontraktach – wartość usług do wglądu w siedzibie zamawiającego.**

**Pytanie nr 23:**

„Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość zapłacił szpital w latach 2013-2016?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Powyższe nie dotyczy wyjaśnień SIWZ.**

**Pytanie nr 24:**

**„Dotyczy cz. III SIWZ, pkt. 50.:**

Zamawiający wymaga, aby oferowany system wyposażony był w filtry półprzepuszczalne klinowe. Prosimy o potwierdzenie, że system wyposażony w kolimator kardiologiczny z jednym takim filtrem spełni wymóg Zamawiającego.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza system wyposażony w kolimator kardiologiczny z jednym takim filtrem spełni wymóg Zamawiającego.**

**Pytanie nr 25:**

**„Dotyczy cz. III SIWZ, pkt. 66.:**

Zamawiający wymaga dostawy zawieszenia na min. 4 monitory i wymienia 5 monitorów, które mają na nim zostać zainstalowane. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym dane systemowe (w tym angulacja ramienia C, FOV, informacje o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) i obraz referencyjny będą wyświetlane na jednym monitorze, wymienionym w pkt. 67.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Pytanie nr 26:**

**„Dotyczy cz. III SIWZ, pkt. 122.:**

Zamawiający wymaga systemu zasilania awaryjnego (UPS) do podtrzymania zasilania przez min. 10 minut. Czy Zamawiający zechce zmienić treść tego parametru na następującą:

*UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiokardiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie, min. 40 kVA, wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu?*

Wyjaśniamy, że UPS rezerwujący zasilanie dla całego systemu (zapewniający również wyzwalanie akwizycji) jest bardzo kosztownym (również w eksploatacji) urządzeniem. Biorąc pod uwagę zakładany awaryjny charakter wymaganego systemu zasilania, wydaje nam się, że proponowane rozwiązanie mogłoby lepiej sprostać oczekiwaniom funkcjonalnym i finansowym Zamawiającego.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Pytanie nr 27:**

**„Dotyczy cz. III SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (łącznie z lampą rentgenowską, poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru.”?*”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 28:**

**„Dotyczy cz. III SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Zapewnienie dostępności części zamiennych dla oferowanego angiografu min. 10 lat”?*”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 29:**

**„Dotyczy cz. III SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 9:**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „*Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy, niezależnie od rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia (naprawa, wymiana itp.).*”?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 30:**

**„Dotyczy cz. I SIWZ, pkt. 7 ppkt. 6.3) oraz cz. III SIWZ, pkt. 8 Uwaga, tiret drugie**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami cz. I SIWZ dokumenty wymienione w cz. III SIWZ, pkt. 8 Uwaga, tiret drugie winny być złożone jedynie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na etapie wezwania w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający zmienia treść pkt. 8 tiret drugi w części III SIWZ.**

**„Zaoficerowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych, materiałach informacyjnych do złożenia, których wykonawca zostanie wezwany zgodnie z pkt.7 ppkt 6.3 IDW.”**

**Pytanie nr 31:**

„Wykonawca w istocie ZABEZPIECZA drogę transportową przed ewentualnym uszkodzeniem jednak jej zapewnienie (w szczególności przepustowość, wymiary i nośności stropów) leży zwykle po stronie Zamawiającego zgodnie z wytycznymi producenta aparatu. Prosimy zatem o potwierdzenie, że to Zamawiający zapewni drogę transportową oraz modyfikację w zapisach wzoru umowy tj: §2 p. 4.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zgodnie z §2 pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia drogi transportowej urządzenia w budynku – zgodnie z zaleceniami zamawiającego.**

**Pytanie nr 32:**

„Prosimy o potwierdzenie, że wymagane przez Zamawiającego w p. 29. OPZ „4 gniazda z napięciem sieciowym” mogą być zainstalowane w postaci kasy gniazd przy stole.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Tak**

**Pytanie nr 33:**

„Czy zamawiający wymaga wykonania innych prac adaptacyjnych niż niezbędne do instalacji nowego aparatu np. malowanie ścian, wymiana wykładzin w zakresie większym niż jedynie uzupełnienie odkrytych kanałów kablowych?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga prac adaptacyjnych niezbędnych do instalacji nowego aparatu.**

**Pytanie nr 34:**

„Prosimy o potwierdzenie, że kolor wykładziny, którą zostaną uzupełnione brakujące fragmenty po otwarciu istniejących kanałów będzie mógł być dobrany z istniejących wzorników w przypadku, kiedy nie będzie możliwy zakup wykładziny w kolorze obecnie położonej.”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Tak.**

**Pytanie nr 35:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §1 ust. 4**

Czy Zamawiający potwierdza, że w chwili podpisania protokołu odbioru tego aparatu własność przechodzi na Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia umownego. Czy Zamawiający potwierdza, że aparat ten nie jest obciążony prawami osób trzecich.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Tak, zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 36:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §2 ust. 4**

Czy Zamawiający potwierdza, że w chwili podpisania protokołu odbioru tego aparatu własność przechodzi na Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia umownego. Czy Zamawiający potwierdza, że aparat ten nie jest obciążony prawami osób trzecich.”

**Odp. Zamawiającego:**

**j.w. §2 ust. 4 nie dotyczy aparaty, który należy zdemontować i odebrać.**

**Pytanie nr 37:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §1 ust. 4**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania postanowienia, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu, montażu lub instalacji przedmiotu zamówienia w budynku odpowiedzialność ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu cywilnego. Szkody powstałe podczas transportu stwierdzone zostaną protokołem. ”?*”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 38:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §3 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Odbiór całościowy potwierdzony zostanie w pisemnym protokole odbioru. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie miał wady, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. ”?*

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę. powyższy zapis zostanie dodany do umowy.**

**Pytanie nr 39:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §3**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania procedur odbiorowych, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego przeznaczeniem,*

*Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy. ”?”*

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 40:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §4 ust. 4**

Wnosimy o wykreślenie w/w zapisu z projektu umowy.

Procedury odbiorowe uregulowane zostały w paragrafie poprzednim. Okres gwarancji zaczyna się od odbioru a zatem brak uzasadnieni dla regulowania procedur odbiorowych w ramach instytucji gwarancji jakości.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 41:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §4 ust. 5**

Wnosimy o wykreślenie w/w zapisu z projektu umowy.

Prawo co do zasady nie przewiduje w polskim systemie prawnym „milczącego” uznawania roszczeń.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 42:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §4 ust. 6**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „*Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego. ”?”*

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 43:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §4 ust. 7**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania postępowania, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „*W przypadku nieuznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania ekspertyzy, w celu ustalenia zasadności zarzutów reklamacji. Koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna, pod warunkiem, że strony uprzednio uzgodniły osobę eksperta i koszty ekspertyzy. Wyniki ekspertyzy – z zastrzeżeniem w zdaniu pierwszym - wiążą Wykonawcę, skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu o brakach lub wadach w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu ekspertyzy. ”?”*

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie nr 44:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §4 ust. 8**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków rękojmi, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?*

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 45:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia.”?*

Prosimy o zmniejszenie kary tak, by odpowiadała ona praktyce stosowane zarówno w zamówieniach publicznych, jak i prywatnych. Tym bardziej, że Zamawiający zastrzegł jednocześnie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne, więc jego interesy w tym zakresie są w pełni chronione.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 46:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §6 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.”?*

Prosimy o zmniejszenie kary tak, by odpowiadała ona praktyce stosowane zarówno w zamówieniach publicznych, jak i prywatnych. Tym bardziej, że Zamawiający zastrzegł jednocześnie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne, więc jego interesy w tym zakresie są w pełni chronione.

Zwłoka również jest opóźnieniem. Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 47:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §6 ust. 4**

Wnosimy o wykreślenie w/w zapisu z projektu umowy.

Kara z ust.3 reguluje już tą okoliczność.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Kary z ust. 3 dotyczą innej sytuacji.**

**Pytanie nr 48:**

**„Dotyczy cz. II SIWZ, wzór umowy, §6 ust. 9**

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania tego postanowienia w taki sposób, by był on zgodny z zasadami odpowiedzialności w polskim systemie prawnym, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Za nienależyte wykonanie umowy strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1.*

*pkt. 1) umowy, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi podpisanie protokołu odbioru lub w niekompletnym stanie.”?”*

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 49:**

**„Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt. 2 ppkt. g.**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zapewniam wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji”?**

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 50:**

**„Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić w ofercie koszty finansowe co pozwoli na zastosowanie stawki Vat ZW?”**

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku wydzielenia w formularzu kosztów finansowych proszę o naniesienie stosownych zmian w formularzu cenowym.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.03.2018 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**