



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 03.04.2018

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”
- nr sprawy 27/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do infuzji Cytostatyków z gr. TAXOLI zgodnego z opisem SIWZ o dł. 206 cm lub 144 cm. Pozwoli to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej liczby dostawców i bardzo dobrego sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza długość 206cm.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy: 27/PN/2018, Część 23, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy: 27/PN/2018, Część 23, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z Części nr 23 i stworzy osobny pakiet?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z Części nr 23 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Pytanie nr 1 do części nr 4

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach technicznych:

Polipropylenowa taśma w koszulce do operacyjnego leczenia wysiłowego nietrzymania moczu u kobiet Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Brzegi taśmy zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jezdnorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. Zestaw posiada kod do wklejenia do dokumentacji medycznej.”

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwichnięciu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 do osobnego pakietu?”

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„część 23

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 1000 ml z przeliczeniem zamawianej ilości (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na⁺ 1352 – Citrate³⁻ 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„część 23

Czy Zamawiający w pozycji 8, 11 dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„część 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8, 10 i 11 do osobnego pakietu?”

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„CZEŚĆ NR 6

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do znieczulenia podpajęczynówkowego zgodnego z SIWZ, jednakże w którego składzie, w zamian za wymaganą igłę 21G x 1 ½ jest igła 22G x 1 ¼?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„CZEŚĆ NR 19

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS? Pozostałe parametry ubrań bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Część nr 5.

Czy Zamawiający w pozycji 2 Części nr 5 dopuści zaoferowanie spirali o długości roboczej 115 cm (+/- 5 cm), pozostałe parametry zgodne z opisem.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Część nr 17

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 7, 8, 9 i 10 Części nr 17 i zaoferowanie w pozycji 9 i 10 zestawów z popychaczami standardowymi, blokowanymi zaciskiem, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

„Część 7, poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opasek gipsowych z czasem wiązania 4-6 minut oraz czasem chłonności wody 3-4 sekundy spełniających pozostałe wymogi SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Część 10, poz. 2,3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe zwiększy konkurencyjność postępowania i przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej ceny. ”

Odp. Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

„Część 10, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha barierowego, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMMMS bez zawartości lateksu, celulozy polietylenu, przepuszczający powietrze na całej powierzchni i bez dodatkowych wzmocnień, rozmiary od M-XXL (długość fartucha 120-160 cm, szerokość fartucha 163-180 cm, długość rękawa 65-90 cm – wszystkie wymiary z tolerancją +/- 2cm). W zestawie 2 ręczniczki 30x40 cm, zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm i pakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

„Część 10, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha barierowego, krój typu reglan, wykonany z włókniny SMMMS bez zawartości lateksu, celulozy polietylenu, przepuszczający powietrze na całej powierzchni i z dodatkowymi wzmocnieniami, rozmiary od M-XXL (długość fartucha 120-160 cm - z tolerancją +/- 2 cm, szerokość fartucha 163-180 cm z tolerancją +/- 2 cm, długość rękawa 65-90 cm z tolerancją +/- 1,5cm). W zestawie 2 ręczniczki 30x40 cm, zawinięty w serwetę z włókniny 60 x 60 cm i pakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„Część 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ubrania chirurgicznego z bluzą posiadającą wycięcie w kształcie litery V, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

„Pakiet 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego z 1 szt. igły 1,2x40mm? Pozostałe zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

„Pakiet 6:

Czy Zamawiający oczekuje opakowania typu twarde blister które zabezpieczą materiał na czas transportu i umożliwią wykorzystanie go jako nerki oraz pojemnika na płyn do dezynfekcji dzięki czemu unika się dobierania kolejnych elementów?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

„Pakiet 7 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie chłonności wody 5 s?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

„Pakiet 7 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie a2 sztuki?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

„Pakiet 7 poz. 1-2:

Czy Zamawiający oczekuje opaski nawiniętej na plastikową rolkę z otworami? Takie rozwiązanie umożliwia pełne, przez wszystkie jej warstwy namakanie opaski. Przy namaczaniu woda przenika przez zewnętrzne warstwy a dzięki otworom w rolce również przez wewnętrzne warstwy opaski dzięki czemu są równomiernie namoczone i prawidłowo przygotowane do usztywniania.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający poddaje opaskę sterylizacji, np. do zabiegów artroskopii? Czy zatem Zamawiający oczekuje opaski przeznaczonej do sterylizacji i potwierdzenia tego w karcie danych technicznych?”

Odp. Zamawiającego: Opaski z pozycji 2 mogą być sterylizowane.

Pytanie nr 26:

„Pakiet 8, poz. 3-7

Rejestracja opatrunków w klasie IIa Reg. 7 umożliwia ich inwazyjne stosowanie. Skoro Zamawiający opisuje, że pozycje od nr 3 do nr 7 będą wprowadzane w części lub całości do organizmu ludzkiego przez otwory ciała lub jego powierzchnie, czy oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby wyroby z pozycji 3-7 zarejestrowane były w kl. II a Reg. 7?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowym wyroby z poz. od nr 3 do nr 7 będą wprowadzane w części lub całości do organizmu ludzkiego przez otwory ciała lub jego powierzchnie, a co za tym idzie muszą być zarejestrowane jako wyrób medyczny w odpowiedniej klasie.

Pytanie nr 27:

„Pakiet 8, poz. 3-7

Czy zgodnie z ostatnią częścią Farmakopei, dotyczącą wyrobów medycznych nieaktywnych tj. cz. VI, Zamawiający oczekuje, aby masa powierzchniowa gazy 13 nitkowej wynosiła 17g/m² a gazy 17 nitkowej 23 g/m²?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„Pakiet 11:

Na rynku nie występują już podkłady z warstwą chłonną z kilkunastu warstw papieru. Obecnie produkowane są podkłady w warstwą chłonną z pulpy celulozowej. Czy Zamawiający dopuści podkłady z warstwą z rozdrobnionej pulpy celulozowej?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Pakiet 11:

Najważniejszym parametrem podkładu jest jego chłonność. Najczęściej występujące na rynku szpitalnym podkłady w rozm. 40x60 mają chłonność 850 ml. Czy Zamawiający oczekuje podkładu o chłonności min. 850 ml, potwierdzone kartą danych technicznych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Pakiet 13:

Opaski bardzo często wykorzystywane są po sterylizacji do zabiegów na bloku operacyjnym. Czy Zamawiający będzie przeznaczał opaski do sterylizacji? Czy Zamawiający oczekuje załączania do oferty karty danych technicznych opasek, potwierdzającą ich przydatność do sterylizacji?”

Odp. Zamawiającego: Opaski z części nr 13 mogą być sterylizowane.

Pytanie nr 31:

„Pakiet 13:

Czy Zamawiający oczekuje, aby opaska była wykonana w 100% z wiskozy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Pakiet 19:

Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS , SMMS i SMMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby

wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

„Pakiet 19:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodni z wszytą z tyłu gumką, a z przodu z zamocowanymi tasienkami?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Zapytania dot. umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 35:

„Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

„Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:

„Zapytania dot. umowy:

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 3 pkt 5) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38:

„Część 9 poz. 1: Czy zamawiający dopuści maski o długości troków min. 38 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39:

„Część 9 poz. 2: Czy zamawiający dopuści maski na gumkę o długości 16 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40:

„Część 10 poz. 2: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85 cm (+/- 4 cm)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

„Część 10 poz. 3: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. długość fartucha 130 cm, szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85 cm (+/- 4 cm)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

„Część 10 poz. 4: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. długość fartucha 130 cm, szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85 cm (+/- 4 cm)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

„Część 12 poz. 1: Czy zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o szerokości 2,4-2,9 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44:

„Część 12 poz. 2: Czy zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o szerokości 3,8-4,6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45:

„Część 12 poz. 3: Czy zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o szerokości 6,5-7,5 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

„Część 12 poz. 4: Czy zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o szerokości 8,6-9,6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47:

„Część 14: Czy zamawiający dopuści opatrunek żelowy o składzie: woda (ok. 70%), glikol propylenowy (<20%), roztwór soli sodowej karboksymetylocelulozy (sodium CMC) (<10%), roztwór buforowy cytrynianu sodu (<1%)? Produkt amorficzny nie zawiera ftalanów di-(2-etyloheksylowych) w ilości większej niż 0,1%.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:

„Część 7

Pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie chłonności wody do 8-10 sekund, spełniające pozostałe wymagania w SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49:

„Część 9

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maski o długości troków 40 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

„Część 9

Pozycja 1-2 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie masek pakowanych a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

„Część 9

Pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52:

„Część 9

Pozycja 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka na gumce?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53:

„Część 9

Pozycja 5-6

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie czepków pakowanych a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

„Część 19

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ubranie, którego bluza ma wycięcie w literę „V” , ubranie z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, pozostałe wymagania zgodne z siwz?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55:

„Część 20

Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za kopertę a'3 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56:

„Część 24

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami ze stali nierdzewnej, niepowlekane, o szerokości 5,9mm i wysokości 3,9mm, w opakowaniu zbiorczym a'5 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

„Część 24

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do usuwania zszywek pakowany pojedynczo, z wyceną za 1 szt.?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58:

„Część nr 1, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści zestaw do infuzji w zakresie 159-180 cm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59:

„Część 9, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną, zawiązywana na troki jed. Użytku trójwarstwowa, związywana na troki o dł. Min. 43 cm, spełniająca normę PN EN 14683 typu IIR (skuteczność filtracji bakterii > 99%, ciśnienie różnicowe 32,78 mm Pa/ cm2?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60:

„Część 9, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną na gumkę jed. Użytku trójwarstwowa, związywana na troki o dł. Min. 43 cm, spełniająca normę PN EN 14683 typu IIR (skuteczność filtracji bakterii > 99%, ciśnienie różnicowe 32,78 mm Pa/ cm2?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61:

„Część 9, pozycja 3- Czy zamawiający wymaga maski z osłoną z wysoką skuteczności filtracji bakteryjnej?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62:

„Dot. Pakiet 24

Czy Zamawiający w pakiecie 24 dopuści: Stapler skórny zawierający 35 zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek, zszywki szerokie: szerokość grzbietu 7,2 mm, wysokość 4,9mm, grubość 0,60 mm, zszywki zwykłe: szerokość: 5,9mm, wysokość 3,9mm, grubość 0,50mm, z wysoko biokompatybilnej stali chirurgicznej. Mechanizm właściwie pozycjonujący zszywki przed aplikacją, zszywki o zwiększonej ostrości."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63:

„Część nr 8

Poz.3-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. blister x 25 szt., z przeliczeniem?’

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64:

„Część nr 9

Poz.1,2

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?’

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65:

„Część nr 9

Poz.1,2

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?’

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66:

„Część nr 9

Poz.1,2

Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?’

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67:

„Część nr 9

Poz.1,2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?’

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68:

„Część nr 9

Poz.3

Czy zamawiający dopuści maskę włókninową związaną na troki z ochroną na oczy, miękka pianka przeciw parowaniu okularów, pakowana po 25 szt., 100 szt. w kartonie zbiorczym, w kolorze fioletowym?’

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie określa koloru.

Pytanie nr 69:

Część nr 9

Poz.3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt., 100 szt. w kartonie zbiorczym,?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

„Część nr 9

Poz.4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, głębokość ok.13 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71:

„Część nr 9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72:

„Część nr 9

Poz.5

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73:

„Część nr 9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74:

„Część nr 9

Poz.6

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75:

Część nr 9

Poz.6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76:

„Część nr 12

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie zawierające 1 mb w stanie spoczynku?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77:

„Część nr 13

Poz.1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą, która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, wyrób jednorazowego użytku, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78:

„Część nr 13

Poz.1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, pozostałe wymagania bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79:

„dotyczy: Część numer 32 Lp.1 i Lp. 2

Ze względu na to iż Zamawiający podał konkretne parametry techniczne, mogące sugerować opis konkretnego Wykonawcy, zwracamy się z zapytaniem: Czy Zamawiający umożliwi stworzenie warunków konkurencyjności cenowo-jakościowej i dopuści systemy o funkcjonalności równoważnej do opisanego produktu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80:

„Pytanie dot. Projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81:

„Pytanie dot. Projektu umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu § 8 ust. 1 projektu umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82:

„Pytanie dot. Projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 8 ust. 3 pkt 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W takim przypadku zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83:

„Pytanie dot. Projektu umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 3 pkt 5 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w

przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4, 5:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85:

„Czy zamawiający dopuści w Części nr 4, poz. 1:

30 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez wypustki środkowej, oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku spiralnych, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, nie połączone z taśmami, do implantacji przez otwory zasłonięte ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86:

„dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 10 poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający troki wykonane z włókniny oraz pakowany w opakowanie typu folia-folia, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

„dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 10 poz. 2 :

Czy Zamawiający dopuści sterylne barierowe fartuchy chirurgiczne o kroju klasycznym, wykonane z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m². Rozmiar 1: długość 127cm / szerokość 67cm (obwód fartucha 150cm) / dł. rękawa 88cm. Rozmiar 2: długość 152cm / szerokość 75cm (obwód fartucha 166cm) / dł. rękawa 93cm. Opakowanie

folia-papier, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowany z dwoma celulozowymi ręcznikami.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88:

„dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 10 poz. 3 :

Czy Zamawiający dopuści sterylny barierowy fartuch chirurgiczny o kroju klasycznym, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego. Rozmiar 1: długość 127cm / szerokość 67cm (obwód fartucha 150cm) / dł. rękawa 88cm. Rozmiar 2: długość 127cm / szerokość 74cm (obwód fartucha 167cm) / dł. rękawa 93cm. Opakowanie folia-papier, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowany z dwoma celulozowymi ręcznikami.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89:

„dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 10 poz. 4 :

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny o kroju klasycznym, przeznaczony typowo do długich zabiegów endoskopowych, wykonany ze wzmocnionej włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m². Rozmiar 1: długość 127cm / szerokość 67cm (obwód fartucha 150cm) / dł. rękawa 88cm. Rozmiar 2: długość 127cm / szerokość 74cm (obwód fartucha 167cm) / dł. rękawa 93cm. Opakowanie folia-papier, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowany z dwoma celulozowymi ręcznikami.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90:

„Pakiet 1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy „zestaw do infuzji o niskiej absorpcji” oznacza materiał, którego wewnętrzna warstwa drenu będzie uniemożliwiała kontakt toczonoego leku z PCV i poliuretanem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga linii bez zawartości PCV.

Pytanie nr 91:

„Część 7, pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opasek gipsowych pakowanych a’2 sztuki.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92:

„Część 7, pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opasek gipsowych o czasie chłonności wody ≤ 5 sekund.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93:

„Część 7, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o opasek pakowanych a’12 rolek.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94:

„Część 9, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski zawiązywanej na troki o długości min. 35 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95:

„Część 9, pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski o ciśnieniu różnicowym 2.52 mmH₂O/cm².”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96:

„Część 9, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m².”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97:

„Część 9, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m² w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98:

„Część 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów ubrań wykonanych z nieprzeziernego materiału typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², bluza z wycięciem w literkę V.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostępności rozmiarów.

Pytanie nr 99:

„Część 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niewzmocnionych pasków do zamykania brzegów rany.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.04.2018 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak