



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 12.04.2018

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów do sterylizacji”  
- nr sprawy 40/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części nr 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1 w pozycji 1 kompresy w opakowaniu jednostkowym papierowym, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 3:**

„Dotyczy Część nr 9: Czy Zamawiający dopuści rękawy z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny z koloru różowego na żółty?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 4:**

„Dotyczy Część nr 9, pozycja nr 3: Czy w miejsce rękawa o szerokości 35cm Zamawiający dopuści rękaw o wymiarze 40cm lub 30cm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

„Dotyczy wzoru umowy §7 ust.1: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 350mm lub 400mm zamiast 380mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 60mm?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o zielonym kolorze laminatu foliowego? Wymóg koloru niebieskiego folii nie ma merytorycznego uzasadnienia. Norma nie określa koloru folii tylko mówi o tym, że musi być zabarwiona w celu określenia jakości wykonanego zgrzewu.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, z symbolem metody sterylizacji nadrukowanym tuż obok danego wskaźnika?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania 7,3 kN/m oraz w kierunku poprzecznym 4 kN/m, natomiast na mokro odpowiednio 2,4 i 1,3 kN/m, o wytrzymałości na przedarcie wzdłużne 700 mN i poprzeczne 750 mN? Proponowane wartości są wyższe niż Zamawiający wymaga, dlatego są parametrami lepszymi od opisanych.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 11:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające symbol otwierania od strony folii?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 12:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji zgodnych z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”, tj. znak CE umieszczony jest jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 14:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 15:**

„Część Nr 6:

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1i2?”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 16:**

„Czy Zamawiający wydzielili do osobnej Części produkt z Części 1 poz. 7 i dopuści:

Gazik włókninowy niejałowy z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, 9-warstwowy, rozmiar rozłożonego 12cm x 12,5cm, a złożonego 4x4,5cm, niestrzępiący się, każdy gazik pakowany osobno w saszetce papierowo-foliowej, opakowanie zbiorcze to 100 szt, gazików pakowanych oddzielnie w kartoniku?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„Czy Zamawiający wydzielili do osobnej Części produkt z Części 1 poz. 8 i dopuści:

Gazik włókninowy niejałowy z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, 9-warstwowy, rozmiar rozłożonego 12cm x 12,5cm, a złożonego 4x4,5cm, niestrzępiący się, każdy gazik pakowany osobno w saszetce papierowo-foliowej, opakowanie zbiorcze to 100 szt, gazików pakowanych oddzielnie w kartoniku?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 18:**

„Czy Zamawiający wydzielili do osobnej Części produkt z Części 1 poz. 9 i dopuści:

Gazik włókninowy niejałowy z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, 9-warstwowy, rozmiar rozłożonego 12cm x 12,5cm, a złożonego 4x4,5cm, niestrzępiący się, każdy gazik pakowany

osobno w saszetce papierowo-foliowej, opakowanie zbiorcze to 100 szt, gazików pakowanych oddzielnie w kartoniku?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 19:**

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 12 poz. 2 i dopuści: Podkład włókninowy (serweta), niesterylny 34 cm x 40 cm; gramatura 70g/m2?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 20:**

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 12 poz. 3 i dopuści: Podkład włókninowy (serweta), niesterylny 68 cm x 80 cm; gramatura 70g/m2?”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 21:**

„Pakiet 1, poz. 1-4, 7-9

Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji: 1,2,3,4,7,8,9 i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli nam złożyć korzystną cenowo ofertę dla Zamawiającego.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 22:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?”

**Odp. Zamawiającego: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.**

**Pytanie nr 23:**

„Część nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wskaźniki klasy I znajdujące się na linii zgrzewu fabrycznego przebarwiały się w identyczny sposób jak etykiety na wskaźnikach chemicznych i biologicznych do sterylizacji plazmowej, z koloru różowego na niebieski? Personel będzie miał jasność i gwarancję poprawności odczytu przeprowadzonego procesu sterylizacji.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.04.2018 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak