



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.05.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kardiologicznego i neurochirurgicznego sprzętu jednorazowego użytku” - nr sprawy 50/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy w zadaniu 1 Zamawiający dopuści stent kobaltowo-chromowy kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów, o średnicy 5-9 mm i dł. 20-80 mm, spełniający pozostałe kryteria specyfikacji?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w części nr 1 stentu na balonie o następujących parametrach:

Stentgraft stalowy, pokryty PTFE, wycinany laserowo, pokryty obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, zamontowany fabrycznie na balonie, średnice od 5,6,7,8,9,10 mm z możliwością doprężenia oraz kłoszowania stentu w celu lepszej akomodacji do anatomii naczynia. 2 złote markery dla dobrej widoczności w RTG.

Długość stentów: 16,22,38,59mm

Długości systemów wprowadzających: 80 i 120 cm

Do przewodnika .035”

Stentgraft posiada niski profil przejścia, kompatybilny z koszulką: 6FR dla rozmiarów 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 7 FR dla pozostałych rozmiarów. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8FR dla 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 9FR dla 7 mm pozostałych rozmiarów. Ciśnienie nominalne 8ATM. Średnie ciśnienie rozrywające 12 ATM.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika CZĘŚĆ IV Wzór Umowy Depozytu do SIWZ (dotyczący części nr 1, nr 2, nr 3 i nr 6) poprzez dodanie do par. 7 ust. 5 o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia od dnia dostawy.

Pytanie nr 4:

„Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz. 1078 z późn. zm.), zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmniejszenie kary za opóźnienie lub zwłokę w uzupełnieniu banku, o której mowa w §7 ust. 6 do 1% wartości niedostarczonej partii za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.05.2018 r.


KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak