

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 78-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 12.06.2018 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa narzędzi laparoskopowych, ciśnieniomierzy, pulsoksymetrów, termometrów, stetoskopów oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” - nr sprawy 54/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

## **Pytanie nr 1:**

„Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie Państwu do postępowania 54/PN/2018 do części nr 3:

1. mankietów spełniających dokładnie Państwa wymagania, lecz o wymiarach w zakresie:  
podpunkt 1: 6- 12 cm,  
podpunkt 2: 10-19 cm,  
podpunkt 3: 10-19 cm,  
podpunkt 4: 18-26 cm,  
podpunkt 5: 18-26 cm lub 20-28 cm;

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

2. mankietów spełniających dokładnie Państwa wymagania, lecz o długości drenu:  
podpunkt 1-8: **50 cm;**

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

3. kabli spełniających dokładnie Państwa wymagania, lecz o długości kabla:  
podpunkt 24: **3,0 m;”**

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

## **Pytanie nr 2:**

„dotyczy części nr 2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu i dopuszczenie pulsoksymetru napalcowego amerykańskiej firmy Masimo z pomiarem tętna w zakresie 25-240 uderzeń na minutę.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 3:**

„dotyczy części nr 3 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 26, 33, 36, 37 do odrębnego pakietu. Jako długoletniemu dystrybutorowi produktów firmy Masimo pozwoli nam to na zaoferowanie Państwu korzystnej oferty cenowej.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 4:**

„**Cześć 2 poz.2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowej pozycji 2 A w związku z tym, iż aparat RR elektroniczny (automatyczny ciśnieniomierz posiada stawkę vat 8%, a zasilacz wymagany do w/w aparatu posiada stawkę vat 23%) i w związku z powyższym nie można uznać tego za jedną pozycję asortymentową z uwagi na różne stawki VAT”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.***

**Pytanie nr 5:**

„Dotyczy Części 3 poz. 2-3 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 10-15 cm.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

„Dotyczy Części 3 poz. 6 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 37-35 cm.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

„Dotyczy Części 3 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie mankietów NIBP o wymiarach 34-43 cm.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 8:**

„Dotyczy Części 3 poz. 35 Czy Zamawiający dopuści opaskę z otworami okrągłymi?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

„Dotyczy Części 3 poz. 36-37 Prosimy o określenie, czy czujnik powinien być w technologii Masimo RED czy Masimo SET.”

***Odp. Zamawiającego: Czujnik powinien być w technologii Masimo RED.***

**Pytanie nr 10:**

„Prosimy Zamawiającego o upewnienie się czy w części 4 wymaga kabli pacjenta do rejestratora DMS300-3A ze złączem HDMI czy VGA”

***Odp. Zamawiającego: Kabel ze złączem HDMI***

**Pytanie nr 11:**

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ile odprowadzeń mają mieć kable pacjenta w części 4. Do rejestratora DMS300-3A można podłączyć kable 5 i 7-odprowadzeniowe.”

***Odp. Zamawiającego: Ilość odprowadzeni 7.***

**Pytanie nr 12:**

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy §2 ust. 2 wzoru umowy, który określa, że Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia dotyczy akcesoriów typu kable czy głowice. Jeśli tak prosimy o odstąpienie od tego wymogu i dopuszczenie wysyłki sprzętu. Wysyłka sprzętu obniży koszty oferty cenowej, a szkolenie nie jest potrzebne, ponieważ Zamawiający zna sprzęt, a obsługa akcesoriów jest prosta.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

***Zgodnie z § 1. Ust. 2 „Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, w zakresie: obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia wg poniższych wymagań: (jeżeli wymagane)”***

**Pytanie nr 13:**

„Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymaganej gwarancji dla kabli pacjenta (część 4) do 6 m-cy. Gwarancja 12 m-cy jest gwarancją dłuższą niż wystawia producent sprzętu. Jej zwiększenie spowoduje podwyższenie kosztów.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w Części nr 4 – 6 miesięczny okres gwarancji.***

**Pytanie nr 14:**

„Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy do 8 dni roboczych.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę.,***

**Pytanie nr 15:**

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach jednego pakietu dostawa akcesoriów będzie odbywać się jednorazowo czy w transzach (2, 3 czy więcej). Prosimy o odpowiedź, ponieważ będzie to pomocne w oszacowaniu kwoty jaką należy zaoferować w postępowaniu przetargowym. Pytanie dotyczy części 4 i 9.”

***Odp. Zamawiającego: Dostawa akcesoriów będzie odbywać się jednorazowo cyklicznie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.***

**Pytanie nr 16:**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kart katalogowych produktów bez ujętego numeru katalogowego, gdyż numer katalogowy wpisywany jest do formularza cenowego, a więc Zamawiający będzie o nim poinformowany.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowania kart katalogowych produktów bez ujętego numeru katalogowego z zaznaczeniem, której pozycji i części zamówienia dotyczą.***

**Pytanie nr 17:**

„Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej określonej w §7 ust. 1 wzoru umowy na 3% wartości umowy w razie odstąpienia od umowy.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 18:**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia jako dokumentów dopuszczających tylko jednego dokumentu na dany sprzęt medyczny np. tylko certyfikatu lub deklaracji lub dowód zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

***Zamawiający wymaga tylko złożenia oświadczenia zwartego w Formularzu Ofertowym.***

**Pytanie nr 19:**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia dokumentów dopuszczających na sprzęt medyczny, którego część stanowią wyszczególnione w postępowaniu przetargowym akcesoria np. jeśli w postępowaniu zostały wyszczególnione głowice do KTG, wykonawca przedstawiłby dokumenty dopuszczające na aparat KTG, którego częścią są głowice.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.06.2018 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak