

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 21.06.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatów do EKG, do Kriochirurgii oraz myjki do obuwia operacyjnego” - nr sprawy 63/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„dotyczy części nr 1 aparat EKG, pkt 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z kolorowym ekranem dotykowym wielkości 4,3”?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„dotyczy części nr 1 aparat EKG, pkt 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z papierem termicznym o szerokości 100mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„dotyczy części nr 1 aparat EKG, pkt 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez dźwiękowej sygnalizacji pobudzeń?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„dotyczy części nr 1 aparat EKG, pkt 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG bez możliwości przesyłania danych na inny aparat?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„dotyczy części nr 1 aparat EKG, pkt 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dopuszczenie na zasadzie równoważnej aparatu EKG z jednym portem USB”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

**„Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia Część 3 - Myjka do obuwia operacyjnego
Punkt 4 tabeli**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w min. dwie pompy detergentu, bez możliwości określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bezpieczniejsze dla użytkownika i ułatwiające obsługę myjni.

Możliwość samodzielnego ingerowania i definiowania ustawień przez użytkowników prowadzić może do rozregulowania i błędów, a co za tym idzie obniżenia wydajności pracy urządzenia. Programy i ich fazy oraz dozowanie detergentów skonfigurowane są przez producenta oraz serwis. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo oraz ekonomiczne i ergonomiczne użytkowanie myjni.

Zgodnie z wymogiem pkt. 14 oferowane przez nas urządzenie posiada programy, które mogą zostać dowolnie skonfigurowane dla potrzeb użytkownika podczas procedury instalacji, a także w czasie późniejszym na Państwa życzenie nieodpłatnie przez serwis naszej firmy.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

**„Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia Część 3 - Myjka do obuwia operacyjnego
Punkt 10 tabeli**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wymóg: „Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do WC.””

Odp. Zamawiającego:

Powinno być „Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do min 93°C”

Pytanie nr 8:

„Prosimy o wyjaśnienie wymagania Zamawiającego “Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do WC” Czy chodziło o regulację temperatury do 95 stopni ?”

Odp. Zamawiającego:

Powinno być „Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do min 93°C”

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający wymaga , aby urządzenie posiadało drzwi otwierane automatycznie po zakończonym procesie, bez żadnych dodatkowych kosztów?

Uzasadnienie: Funkcja automatycznego otwierania drzwi przy zastosowaniu suszenia konwekcyjnego pozwala na swobodne odparowanie załadunku po zakończeniu cyklu bez potrzeby monitorowania przez użytkownika.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10:

„Zadanie 2

GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY poz.4

Czy zamawiający odstąpi od wymogu przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji?

Producent wymaga pierwszego przeglądu po 3 latach eksploatacji.”

Odp. Zamawiającego:

Tak

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.06.2018 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak