

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605  
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 27.06.2018

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przeglądy techniczne oraz naprawy pogwarancyjne sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”**

**- nr sprawy 60/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

„W pakiecie 18C Zamawiający wymaga autoryzacji producenta aparatury.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofertę firmy, która nie posiada autoryzacji za to dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, jak również posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i przeglądów technicznych aparatów wymienionych w tym pakiecie?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18C do udziału w postępowaniu ofertę firmy, która nie posiada autoryzacji za to dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym jak również posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu napraw i przeglądów technicznych aparatów wymienionych w tym pakiecie.***

### **Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający może wydzielić pozycje 14 Sterylizator HS6613 oraz pozycję 15 Myjnia-Dezynfektor Decomat z pakietu 12B i utworzyć nowy pakiet?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 3:**

„Niniejszym działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.; dalej: ustawa pzp) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej siwz, czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji wyłączy z:

z pakietu 3 3 pozycję: 3B – Stół operacyjny ALPHAMAQUET 1150 jako oddzielny pakiet.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3a urządzeń z pozycji 18-26 i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis łóżek i wózków Hill Rom dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4b urządzeń z pozycji 46-47 i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis wag łóżkowych Hill Rom dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

„Dotyczy: pakietu nr 14A

Czy zamawiający wyrazi zgodę na Wyodrębnienie z pakietu pozycji: 3(Endoskopowy litotryptor pneumatyczno-ultradźwiękowy Swiss LithoClast Master), 4(Litotryptor LithoClast), 5(Aparat do urodynamiki Solar Blue) oraz 5 (Aparat do urodynamiki UD1010 Alpha) i utworzy z nich oddzielny pakiet?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Dot. Część III do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – naprawy pkt 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od żądania, aby na fakturze znajdowały się w oddzielnych pozycjach ceny roboczogodziny oraz koszty dojazdów. Cena roboczogodziny oraz koszt dojazdu są wartością stałą, podaną w formularzu cenowym oferty. Dlatego prosimy o dopuszczenie, aby na fakturze była wyszczególniona cena części i materiałów oraz usługa serwisu, a do faktury był dołączony dokument ze szczegółowym kosztem roboczogodziny i dojazdu (np.: formularz cenowy z oferty).”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

„Dotyczy pakietu nr 11A

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 11A oferty na naprawy pogwarancyjne sprzętu i aparatury medycznej, a pozostawienie jedynie przeglądu technicznego.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

„dotyczy Pakietu 16G

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Medumat, firmy Weinmann Medical Technology GmbH+ Co.KG , podczas przeglądów wyżej wymienionego sprzętu należy po każdym 2 latach użytkowania wymieniać zestawy przeglądowe zależne od roku produkcji respiratora.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie ze wskazaniem producenta zestawy zostały wymienione podczas przeglądu?

Wymiana zestawów przeglądowych jest niezbędnym warunkiem, aby urządzenia zostały dopuszczone do dalszej Eksploatacji.”

***Odp. Zamawiającego: Należy postępować zgodnie z zaleceniem producenta.***

**Pytanie nr 10:**

„dotyczy Pakietu 16G

Zwracamy się z prośbą o podanie numerów seryjnych Urządzeń.”

***Odp. Zamawiającego: Wykaz numerów seryjnych jest zbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej.***

**Pytanie nr 11:**

„dot. pakietu 16G

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę Urządzeń do siedziby Wykonawcy?”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 12:**

„dotyczy Pakietu 12B poz. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie osobnego pakietu dla poz. 9 – sterylizator STING-11 i utworzenie nowego?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 13:**

„Dotyczy pakietu 4B:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr: 3, 8, 10 – 17, 48, 49, 50, 53 – 60, celem umożliwienia złożenia oferty przez większą ilość wykonawców, a tym samym na uzyskanie korzystniejszych cen, co powinno być w interesie Zamawiającego?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 14:**

„dotyczy pakietów 1D, 2C

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na potrzeby przygotowania oferty przetargowej numerów katalogowych oraz numerów seryjnych asortymentu wyszczególnionego w załączniku Formularz asortymentowo-ilościowy.”

***Odp. Zamawiającego: Wykaz numerów seryjnych jest zbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej.***

**Pytanie nr 15:**

„dotyczy zapisów SIWZ

Uprzejmie prosimy o zmianę kryteriów ocen oferty dodając jako kryterium autoryzację producenta.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 16:**

„dotyczy pakietu 2C:

Będąc autoryzowanym producentem aparatów USG VIVID, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę aby z Pakietu 2C wyłączyć pozycje 15, 16, 17 tj. aparaty USG VIVID, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 17:**

„dotyczy pakietów 1D, 2C:

Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o

wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta?"

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 18:**

„dotyczy pakietów 1D, 2C:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca był zamieszczony w wykazie podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i posiadał aktualne uprawnienia wynikające ze statusu autoryzowanego serwisu w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego? Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych dlatego, że każdy podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 19:**

„dotyczy pakietów 1D, 2C:

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych? ”

**Odp. Zamawiającego: Tak dla pakietu 1D i 2C. Nowe części nie powodujące zmiany parametrów pracy urządzenia oraz nie powodujące utraty znaku CE.**

**Pytanie nr 20:**

„dotyczy pakietów 1D, 2C:

Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na uwadze odpowiedzialność Zamawiającego związane z możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej?"

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 21:**

„dotyczy pakietu 1D:

W jakie moduły gazowe wyposażone są kardiomonitory?"

**Odp. Zamawiającego: Moduł gazowy E-CA10, moduł hemodynamiczny E-PSMP**

**Pytanie nr 22:**

„dotyczy pakietu 1D:

Czy aparaty do znieczulenia posiadają dodatkowe monitory, które należy wziąć pod uwagę przy wycenie ofert?"

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 23:**

„dotyczy pakietu 1D:

Czy inkubatory są zamknięte czy otwarte?”

**Odp. Zamawiającego: Zamknięte.**

**Pytanie nr 24:**

„dotyczy pakietu 1D:

Czy inkubatory wyposażone są w dodatkowy resuscytator, który należy wziąć pod uwagę przy wycenie ofert?”

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 25:**

„dotyczy pakietu 1D, 2C:

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej oraz aktualnej fabrycznej dokumentacji, w tym: aktualnych instrukcji serwisowych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych, nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)?”

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 26:**

„dotyczy pakietu 1D:

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu aparatu do znieczulania AESPIRE zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przegląduowego, liczonego od daty instalacji, przeglądu zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji
Uszczelki gniazd parowników komplet	✓	✓
Zawór grzybkowy wentylatora		✓
Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego		✓
Akumulator aparatu do znieczulania		✓

”

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 27:**

„dotyczy pakietu 1D:

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu aparatu do znieczulania AESTIVA zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przegląduowego, liczonego od daty instalacji, przeglądu zgodnie z poniższą tabelą ?

Opis części	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji
-------------	--	--

Uszczelki gniazd parowników komplet	✓	✓
Filtr wlotu gazu	✓	✓
Zestaw uszczelek przepływomierzy		✓
Zawór grzybkowy wentylatora		✓
Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego		✓
Akumulator aparatu do znieczulania		✓

”

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 28:**

„dotyczy pakietu 1D:

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu Inkubatorów zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądownego, licznego od daty instalacji, przeglądu zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części	co 12 miesięcy od daty instalacji	co 24 miesiące od daty instalacji
Czujnik tlenowy O2	✓	✓
Filter cylinder servo2	✓	✓
Akumulator inkubatora		✓
Silnik wentylatora		

”

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 29:**

„dotyczy wzór umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić zapis o wyłączenie systemu EOF w przypadku braku dostępności części do naprawy.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 30:**

„dotyczy pakietu 1D, 2C:

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający wymaga certyfikatów ukończenia szkolenia serwisowego u wytwórcy na każdy rodzaj ( typ oraz model) urządzenia będący przedmiotem zamówienia przetargowego?”

**Odp. Zamawiającego: Nie.**

**Pytanie nr 31:**

„dotyczy pakietu 1D, 2C:

Czy Zamawiający wymaga wymiany części przeglądowych na części oryginalne i fabrycznie nowe?”

**Odp. Zamawiającego: Tak.**

**Pytanie nr 32:**

„Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 2 formularz asortymentowo- ilościowy pakiet nr 2C pozycja 23 Aparat USG SSA-580A firmy Toshiba:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 2C pozycji 23 „Aparat USG SSA-580A Toshiba”. Umożliwi nam to złożenie ważnej oferty oraz pozwoli również złożyć ważną ofertę większej liczbie Wykonawców.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 33:**

„Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 2 formularz asortymentowo- ilościowy pakiet nr 2C pozycja 23 Aparat USG SSA-580A firmy Toshiba:

Czy Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia, będzie wymagał, aby zamówienie było realizowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i/lub przez osoby posiadające szkolenia producenta do wykonywania przeglądów technicznych? (dla nowo utworzonego pakietu „Aparat USG SSA-580A” Toshiba).”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 34:**

„Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 2 formularz asortymentowo- ilościowy pakiet nr 2C pozycja 23 Aparat USG SSA-580A firmy Toshiba, Opis Przedmiotu zamówienia - Przeglądy:

Pragniemy zwrócić uwagę, iż głowice nie są materiałem eksploatacyjnym ani częścią zużywalną i podlegają naprawie, na podstawie osobnego zlecenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał ich wymiany jako materiału eksploatacyjnego ani części zużywalnej.”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 35:**

„Dotyczy zapisów SIWZ, CZĘŚĆ III – Opis Przedmiotu Zamówienia - Przeglądy:

Zamawiający w opisie wymaga:

„aktualizacji oprogramowania”

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienia czy chodzi o modyfikacje bezpłatne od producenta czy może chodzi o upgrade.”

***Odp. Zamawiającego: Modyfikacje bezpłatne.***

**Pytanie nr 36:**

„Dotyczy zapisów SIWZ, CZĘŚĆ II- wzór umowy § 8 ust. 5 i 6:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do wysokości 2 500,00 zł netto od czynności wymienionych w/w paragrafie.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 37:**

„Dot. Pakietu 3D: Część III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – NAPRAWY”; Część III „WZÓR UMOWY” par. 1 pkt 11, par. 7 pkt. 2,3.

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów umowy dotyczących czasów przewidywanych na przeprowadzenie naprawy, podjęcie diagnostyki? Umowa, którą Zamawiającym proponuje jest umową, w której wynagrodzenie określone jest jedynie za przeglądy, a nie za gotowość serwisu do świadczenia usług. Po wprowadzeniu sugerowanych zmian, zagwarantujemy Państwu wykonywanie przeglądów w określonym harmonogramem czasie, zapewnienie stałej stawki roboczogodziny i dojazdu oraz dostęp do oryginalnych części producenta.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 38:**

„Załącznik nr 2 Formularza asortymentowo-ilościowy. Pakiet 1F prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania autoryzacji.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu autoryzacji w pakiecie 1F.***

**Pytanie nr 39:**

„Załącznik nr 2 Formularza asortymentowo-ilościowy. Prosimy o wydzielenie z załącznika nr 2, pakietu Nr 1F pozycji 20 oraz 21 i 22 do osobnego pakietu”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 40:**

„Załącznik nr 2 Formularza asortymentowo-ilościowy. Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 2, pakietu Nr 1F pozycji 19 i 20, ponieważ ujęto je w Pakiecie 1A pozycja 1 i 2.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla pozycję 19 i 20 z pakietu 1F.***

**Pytanie nr 41:**

„Załącznik nr 2 Formularza asortymentowo-ilościowy. Prosimy o wydzielenie z załącznika nr 2, pakietu Nr 1B pozycji 2 do osobnego pakietu”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 42:**

„Załącznik nr 2 Formularza asortymentowo-ilościowy. Prosimy o wydzielenie z załącznika nr 2, pakietu Nr 1D pozycji od numeru 5 do numeru 9 i 11 do osobnego pakietu”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 43:**

„Załącznik nr 2 Formularza asortymentowo-ilościowy. Prosimy o wydzielenie z załącznika nr 2, pakietu Nr 15C pozycji 2 do osobnego pakietu”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 44:**

„Załącznik nr 2 Formularza asortymentowo-ilościowy. Pakiet 5C czy Zamawiający wymaga przeglądu sprzętu, który został wycofany z eksploatacji - orzeczenie techniczne nr 11/2017 z 12.04.2017r.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla pakiet 5C.***



**Pytanie nr 45:**

„Załącznik nr 2 Formularza asortymentowo-ilościowy. Pakiet 5G czy Zamawiający wymaga przeglądu sprzętu, który został wycofany z eksploatacji - orzeczenie techniczne nr 10/2017 z 12.04.2017r.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśla pakiet 5G.***

**Pytanie nr 46:**

„Dotyczy Pakietu nr 1 F

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyłączenie urządzeń z poz. 16, 18 i 19 do odrębnego pakietu Postępowania. Wyrażenie zgody na powyższe wpłynęłoby na zwiększenie konkurencyjności oraz wykonanie usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia, przez autoryzowany serwis gwarancyjny producenta sprzętu.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 47:**

„Dot. SIWZ

Prosimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Prośbę motywujemy faktem, iż dla aparatów starszych (np. niż 10 lat) wytwórca może już nie zasilac serwisu w części zamienne (a jednocześnie brak zamienników), co nie jest zależne od Wykonawcy i powoduje ograniczenie możliwości wykonania naprawy i diagnostyki usterek i awarii.

***Odp. Zamawiającego: W takim przypadku Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta lub innej odpowiedzialnej jednostki, że produkcja danego aparatu została zakończona więcej niż 10 lat przed naprawą.***

**Pytanie nr 48:**

„Dot. SIWZ

Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na czas naprawy aparatu zastępczego o funkcjonalności i parametrach co najmniej takich samych jak aparat naprawiany, Zamawiający odstąpi z datą dostarczenia od naliczania stosownych kar umownych. Nie zwalnia to Wykonawcę od zapłaty kar umownych naliczonych do czasu dostarczenia aparatu zastępczego.”

***Odp. Zamawiającego: W takim przypadku Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.***

**Pytanie nr 49:**

„Dotyczy zapisów SIWZ, część I, punkt 13, podpunkt 1. 5): Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego i zaakceptowanego wzoru umowy? Akceptacja wzoru umowy jest na Formularzu Ofertowym.””

***Odp. Zamawiającego: Nie. Akceptacja wzoru umowy jest w Formularzu Ofertowym pkt g.***

**Pytanie nr 50:**

„Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do maksymalnie 0,3 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki lub opóźnienia? Mając na uwadze, że jest to kara od wartości umowy, jej wartość jest znacząca.””

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 51:**

„Dotyczy pakietu nr 7a Formularza asortymentowo ilościowego  
Prosimy o wyłączenie z pakietu 7a pozycji nr 5. Pompa infuzyjna Perfusor Secura - ten typ pompy został wycofany całkowicie z obsługi serwisowej, obejmującej przeglądy techniczne oraz naprawy”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 52:**

„Dotyczy pakietu nr 7a Formularza asortymentowo ilościowego  
Prosimy o podanie numerów seryjnych wszystkich pomp infuzyjnych, które zgodnie z formularzem ofertowym podlegają usłudze przeglądu technicznego. Numery seryjne urządzeń BRAUN zawierają ważne informacje o parametrach technicznych pomp infuzyjnych jak np. wersje oprogramowania”

***Odp. Zamawiającego: Wykaz numerów seryjnych jest zbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej.***

**Pytanie nr 53:**

„Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład pozycji nr 1, 9, 10, 11, 12 wraz z podaniem ich nazw, numerów katalogowych oraz numerów seryjnych.

W załączeniu przesyłamy wykaz urządzeń, prosimy o weryfikację i potwierdzenie, które z urządzeń mają podlegać sporządzeniu oferty cenowej w formularzu (Prosimy o ujęcie urządzeń w formularzu)”

***Odp. Zamawiającego: Podane w w/w pozycjach urządzenia mają kompletne wyposażenie, wystarczy podanie typu.***

**Pytanie nr 54:**

„Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną modyfikację formularza do pozycji 7 i 8

Jako autoryzowany serwis firmy B.BRAUN Melsungen AG Niemcy informujemy, że zgodnie z zaleceniami producenta dla niżej wymienionych urządzeń przeglądy okresowe powinny być wykonywane w następujących okresach:

Stacja dokująca MRI – przegląd co 12 m-cy

Stacja dokująca typ 8713140 przeglądy co 24 m-ce

Ponadto informujemy, że w ramach przeglądu technicznego stacji MRI konieczna jest wymiana akumulatora”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający W tych pozycjach nie wymaga wykonania przeglądu, jedynie napraw.***

**Pytanie nr 55:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK (Pakiet 1A pozycja 5, 6, 7, 8 SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Physio-Control.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 56:**

„Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (LUCAS 2) zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 57:**

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK oraz LUCAS 2 w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK oraz LUCAS 2? Informacja ta pozwoli oszacować liczbę dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.”

***Odp. Zamawiającego: LIFEPAK – maj, kwiecień, lipiec, październik; LUCAS - grudzień***

**Pytanie nr 58:**

„Producent urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (LUCAS) podczas każdego przeglądu zaleca użycia smaru dedykowanego przez producenta. Czy Zamawiający wymaga użycia wyżej wskazanego smaru? Dot. Pakietu 1C.”

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 59:**

„Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania do defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (LUCAS 2)?”

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.06.2018 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
**Piotr Feszak**

.....