



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 29.06.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników mikrobiologicznych, pojemników na odpady medyczne, pojemników histopatologicznych oraz ubrań operacyjnych, koszy na odpady, papieru toaletowego, ręczników jednorazowych, smoczków, butelek, papierów rejestracyjnych, żeli do USG, środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni i aparatów dializacyjnych.” - nr sprawy 62/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„**Pytanie 1 pakiet 8** Czy Zamawiający jest w stanie określić częstotliwość dostaw ręczników i papierów? Czy towar będzie zamawiany raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał czy częściej/rzadziej? Informacja ta jest niezbędna do oszacowania kosztów transportu.”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający składa zamówienia sukcesywnie, zgodnie z potrzebami, dotychczas Zamawiający składał zamówienia raz w miesiącu.*

Pytanie nr 2:

„**Dotyczy części nr 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 8-miesięcznym terminem ważności?”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza w części nr 1 – 8 miesięczny termin ważności testów.*

Pytanie nr 3:

„**Dotyczy części nr 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie testu zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań)?”

Odp. Zamawiającego: *Nie, test powinien zawierać nystatynę i itrakonazol.*

Pytanie nr 4:

„**Dotyczy części nr 1** Czy Zamawiający pod pojęciem wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania testu rozumie pipety, końcówki do pipet, Standard McFarlanda 0,5?”

Odp. Zamawiającego: *TAK.*

Pytanie nr 5:

„**Dotyczy umowy** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 5% wartości umowy na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 6:

„Część nr 6: Czy Zamawiający dopuści odzież o zawartość 69% bawełny, pozostałe zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Część nr 6: Odzież stosowana na bloku bezwzględnie powinna spełniać normę 13795 w pełnym zakresie. Czy Zamawiający oczekuje zatem, aby odzież spełniała wszystkie wymogi tej normy, mające wpływ na bezpieczeństwo użytkownika?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„część nr 3, poz. 2 i 3 W związku z postanowieniem § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z dnia 5.10.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), którego dyspozycja mówi o zbieraniu odpadów medycznych do pojemników w kolorze innym niż czerwony albo żółty, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do zaofiarowania pojemników w kolorze niebieskim.

Pojemniki niebieskie są używane w większości przypadków przez placówki służby zdrowia, do gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne i o ostrych końcach/krawędziach.

Natomiast pojemniki/wiaderka białe są stosowane w przemyśle spożywczym i mogą nie spełniać wymogu wskazanego Rozporządzenia, dotyczącego wytrzymałości, odporności na działanie wilgoci i środków chemicznych.

W razie odmowy, żądamy przedstawienia merytorycznego uzasadnienia, ze wskazaniem argumentów, w tym medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12:

„część nr 3, poz. 3 Prosimy o zwiększenie tolerancji wymiarów opisanego pojemnika na odpady medyczne na +/- 30 mm.

Pojemniki na odpady nie są wyrobami medycznymi, pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury i ich efektywność, pełnią wyłącznie rolę pomocniczą, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia. Zmiana tolerancji oczekiwanych wymiarów o 1 cm pozwoli wykonawcom na złożenie konkurencyjnego oferty a dla Zamawiającego w żaden sposób nie ograniczy użyteczności pojemnika, pozostając bez widocznego wpływu na objętość a co za tym idzie, na zmianę ilości gromadzonych w jednym pojemniku odpadów.

W razie odmowy, żądamy przedstawienia merytorycznego uzasadnienia, ze wskazaniem argumentów, w tym medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 12 poz. 3 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający dopuszcza w Części nr 12 poz. 3 zaproponowany produkt z odpowiednim przeliczeniem do wymaganych ilości.

lub

Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie

odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Czy Zamawiający w Części 13 dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 1 minuty (13727, 13624, 14476)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 1 minuty (13727, 13624, 14476)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

lub

Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

lub

Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

„(§ 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

„(§ 8) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

„(§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

„(§ 7 ust. 2-4) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

„(Rozdział 7 ust. 5 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?”

Odp. Zamawiającego: Tak, zgodnie pkt. 7.5.3) a) SIWZ.

Pytanie nr 21:

„(Rozdział 7 ust. 5 pkt 3) W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?”

Odp. Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 22:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 1 dopuści wielkość opakowania 25 testów z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 2 dopuści wielkość opakowania 30 testów z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 2 dopuści czułość 99,3%, swoistość 99,5%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 3 dopuści czułość dla Rota/Adeno/Norowirusów >99% oraz specyficzność dla Rota >98%, dla Adeno i Norowirusów >99%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 4 dopuści test z kontrolą wewnętrzną, bez statywu o czułości 96,5%, swoistości 95,6% w konfekcji 10 sztuk w opak. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 5 dopuści test z kontrolą wewnętrzną o czułości 91,5%, swoistości 96,1% dla wymazów z szyjki macicy oraz czułości 89,2% i swoistości 96,5% dla wymazu z cewki moczowej u mężczyzn?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 6 dopuści test z kontrolą wewnętrzną o czułości $1,5 \times 10^5$ CFU/MI?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 7 dopuści test z kontrolą wewnętrzną w konfekcji 25 testów w opak. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 8 dopuści wielkość opak. 10 testów z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 9 dopuści wielkość opak. 10 testów z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 12 dopuści wielkość opak. 100 testów z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

„Czy Zamawiający w części 5 pozycji 13 dopuści aglutynacyjny niekrętkowy test szkiełkowy do jakościowego i półilościowego wykrywania reagin osoczowych w ludzkiej surowicy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34:

„Część nr 4 Poz. 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o wymiarach: $\varnothing 38 \times 65$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

„Część nr 4 Poz. 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o wymiarach: $\varnothing 25 \times 90$ mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

„Część nr 7 Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza na odpady Curver o pojemności 110 litrów o wymiarach dł. 580, szer. 520, wys. 880?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37:

„Część nr 8 Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Ręcznik maxi biały 2 warstwowy około 100m, gramatura $2 \times 18g \pm 3\%$, waga ok. 700g., szerokość 19 cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38:

„Czy Zamawiający dopuści w Części 6 ubrania operacyjnej typu UNISEX, czyli o jednakowym kroju dla kobiet i mężczyzn?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39:

„Zamawiający dla odzieży z Części 6 wymaga zgodności z normą 13795 lub zgodności z normą CEN/TS 14237:2015. Norma CEN/TS 14237:2015 dotyczy tak zwanej zwykłej bielizny i pościeli szpitalnej, jak na przykład piżam czy pościeli. Dla bielizny operacyjnej, a zatem i odzieży z Części 6, jedyną odpowiednią normą jest przywołana przez Zamawiającego norma PN-EN 13795.

Czy Zamawiający wymaga zatem aby odzież z Części 6 była bezwzględnie zgodna z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 40:

„Czy Zamawiający dopuści oznakowanie ubrań operacyjnych z Części 6 nadrukiem zamiast haftu?”

Proponowana metoda oznakowania asortymentu jest bardzo trwała i estetyczna. Haft na ubraniach natomiast znacznie podraża koszt oraz wydłuża czas realizacji zamówień.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oznakowanie ubrań operacyjnych w Części 6 nadrukiem. Nadruk musi być trwały i odporny na wielokrotne pranie – min. 100 prań.

Pytanie nr 41:

„Zamawiający w Części 6 opisał odzież operacyjną o gramaturze od 120 g/m² do 185 g/m². Z naszego doświadczenia wynika, iż tak duży zakres gramatur nie jest dobrym rozwiązaniem. Im jest niższa gramatura tkaniny tym wyższa jest przepuszczalność powietrza a co za tym idzie większy jest komfort użytkowania.

Ponadto niska gramatura ubrań znacznie obniża koszty prania.

Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort oraz ekonomikę użytkowania, wymaga w Części 6 ubrań operacyjnych o maksymalnej gramaturze 120g/m²? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

„Zamawiający wymaga w Części 6 wyrobów opisanych szeregiem różnych parametrów. Aby mieć pewność, że oferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi, Zamawiający powinien wymagać załączenia do oferty dokumentów je potwierdzających.

Czy Zamawiający wymaga dla asortymentu z Części 6 załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów wystawionych przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki badawcze, potwierdzających wymagane parametry, tj.:

- gramaturę,
- skład,
- zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie?

Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający jest w stanie zweryfikować zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi w SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43:

„Zamawiający w Części 6 wymaga odzieży bawełniano-poliestrowej. Na rynku polskim są różne tkaniny będące mieszanką bawełny i poliestru o różnym poziomie „oddychalności”. Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że im większy jest poziom przepuszczalności powietrza tkaniny, tym większy jest odczuwalny komfort jej użytkowania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby odzież z Części 6 posiadała przepuszczalność powietrza na poziomie co najmniej $55 \text{ cm}^3/\text{cm}^2 \cdot \text{s}$, co będzie potwierdzone w karcie technicznej tkaniny załączonej do oferty lub na wezwanie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 44:

„dotyczące umowy; W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45:

„dotyczące umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do umowy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok

KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

„Proszę o określenie ilości zapotrzebowania w części 12 załącznika nr 2 do SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 26.06.2018 r.

Pytanie nr 47:

„Czy Zamawiający w części 12 w pozycji 1 dopuści preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni działający na B, F (C.albicans), Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Vaccinia, wirus grypy, Rota, Adeno) w czasie do 1 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:

„Czy Zamawiający w części 12 w pozycji 1 dopuści preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni działający na B, F (C.albicans), Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Vaccinia, wirus grypy, Rota, Noro) w czasie do 1 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49:

„Czy Zamawiający w części 12 w pozycji 2 dopuści preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni działający na B, F (C.albicans), Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Vaccinia, wirus grypy, Rota, Adeno) w czasie do 1 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50:

„Czy Zamawiający w części 12 w pozycji 2 dopuści preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni działający na B, F (C.albicans), Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Vaccinia, wirus grypy, Rota, Noro) w czasie do 1 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51:

„Czy Zamawiający w części 12 w pozycji 3 dopuści chusteczki bezalkoholowe działające na B, F (C. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex) w czasie do 10 min w wysokim obciążeniu organicznym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

„Czy Zamawiający w części 12 w pozycji 4 dopuści preparat bezalkoholowy do delikatnych powierzchni działający na B, F (C. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex) w czasie do 10 min w wysokim obciążeniu organicznym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53:

„Czy Zamawiający w części 12 pozycji 5 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, powierzchni i wyposażenia działający na B, F (C. albicans), Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Adeno, Polio) w czasie 15 min?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

„Czy Zamawiający w części 12 pozycji 5 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, powierzchni i wyposażenia działający na B, F (C. albicans), Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex) w czasie 15 min?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55:

„Czy Zamawiający w części 13 w pozycji 1 i 2 dopuści chusteczki alkoholowe działające na B, F (C. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Adeno) w czasie do 1 min w wysokim obciążeniu organicznym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56:

„Czy Zamawiający w części 16 pozycji 1 dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, działający na B, F (C. albicans), Tbc (M.avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Adeno, Polio) w czasie 15 min.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

„Czy Zamawiający w części 19 pozycji 1 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi, działający na B, F (C. albicans), Tbc (M.avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Adeno, Polio) w czasie 15 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58:

„W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?”

Odp. Zamawiającego: Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 59:

„Część 11 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający w składzie: aldehyd gluterowy, inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. Spektrum: B, F, TBC(m. tuberculosis), V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia), jaja glisty. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, poliureta, kauczuk, polipropylen, poliwęglan, miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie 10 ml/1L, ph ok. 3,6 / 20 °C / koncentrat. Wyrób medyczny, opakowanie 5L.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60:

„Część 12 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję

materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans), TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia o adeno – 2 minuty, polyoma SV 40 – 15 minut, polio 30 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 10L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61:

„**Część 12 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans), TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia o adeno – 2 minuty, polyoma SV 40 – 15 minut, polio 30 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62:

„**Część 12 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Chusteczki na bazie QAV. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta. Możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc. Wyrób medyczny, opakowanie typu box zawiera 200 szt. chusteczek.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63:

„**Część 12 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) V(BVDV, HIV, HBV, HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta. Możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc. Wyrób medyczny, opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64:

„**Część 12 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentratu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B, F(c. albicans), V(vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV,

HCV), TBC,-15 minut . Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65:

„Część 13 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F, TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota, adeno) do 2 minut, Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm. Wyrób medyczny opakowanie typu tuba, chusteczki pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66:

„Część 13 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F, TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota, adeno) do 2 minut, Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm. Wyrób medyczny opakowanie typu wkład, chusteczki pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67:

„Część 16 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu, przeznaczonego do manualnego przygotowywania narzędzi i endoskopów, opartego na bazie kompleksu trój-enzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych. Spektrum: B - EN 14561, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia), F - EN 13624 – 15 minut. Wyrób medyczny przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2, stężenie 0,5 % (5 ml/l), Opakowanie 5L.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68:

„Część 4 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pojemniki z PP o poj. napełniania 50 ml i całkowitej 60 ml śr. górnej 39 mm i wysokości 64 mm z przykrywką? Ze względu na bardzo niewielką różnicę wymiarów i tą samą pojemność w razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uargumentowanie stanowiska.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

„Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym

/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający składa zamówienia sukcesywnie, zgodnie z potrzebami, dotychczas Zamawiający składał zamówienia raz w miesiącu.

Pytanie nr 70:

„Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71:

„Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72:

„Część 4 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pojemniki z PP o pojemności napełnienia 30ml i maksymalnej pojemności 35ml o śr. górnej 39 mm i wysokości 46 mm z przykrywką?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73:

„Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:

„Dotyczy wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną

relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75:

„Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76:

„Część 4 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 pojemnik o poj. napełniania 100 ml i całkowitej 120 ml wykonany z PP? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77:

„Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy: „W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78:

„Część 4 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 pojemniki o pojemności 200 ml o śr. górnej 61 mm i wysokości 80 mm z przykrywką?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79:

„Część 4 Ze względu na to, że PP jest bardziej trwałym, znacznie mniej podatnym na pękanie i odporniejszym na odczynniki chemiczne materiałem niż PS, co ma istotne znaczenie w przypadku pojemników do transportu materiału tkankowego w formalinie prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 i 4 pojemników wykonanych z PP zamiast z PS. ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80:

„Część 4 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 pojemnik z PP o poj. 366ml, szczelnie zamykany na wcisk, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81:

„Część 4 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 pojemnik z PP o poj. 520ml, szczelnie zamykany na wcisk, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82:

„Część 4 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 pojemnik o poj. 1200ml, szczelnie zamykany na wcisk, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83:

„Część 4 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 pojemnik o poj. 2300ml, szczelnie zamykany na wcisk, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84:

„Część 4 Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki na próbki biologiczne posiadały etykietę naklejaną lub wtapianą techniką IML, na której będzie znajdował się nr katalogowy pozwalający na identyfikację pojemnika z wycinkiem, co ma istotne znaczenie w procesie transportu. Ze względu na to, że pojemniki na próbki biologiczne są klasyfikowane, jako wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. powinny być na nich umieszczone informacje potrzebne m. in. do ich identyfikacji i bezpiecznego użytkowania.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 85:

„Prosimy o wyłączenie z Części 17 poz. 2 do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ofert większej ilości wykonawcom i przyczyni się do konkurencji cenowej.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86:

„Dotyczy Części nr 13 Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, wykazujące działanie wobec B, Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Noro) w wymaganym 1-minutowym czasie działania oraz Polio w czasie 5 min.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

„Dotyczy Części nr 12 Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści preparat o spectrum działania: bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) w czasie 30 sekund oraz bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus, A H1N1) w czasie 5 minut?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88:

„Części nr 12 Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści chusteczki zawierające w składzie etanol 1% i alkohol izopropylowy 0,1% o delikatnym, przyjemnym zapachu limonkowym, które wykazują spectrum działania wobec: bakterie, prątki, grzyby, wirusy - 1 minuta (HBV, HCV, Adeno, Noro, Rota (15 min), Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1), pakowane po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89:

„Części nr 12 Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, działający na B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, Vaccinia) – 5 min., Tbc – 15 min.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90:

„Dotyczy Części nr 16 Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia usuwania biofilmu udokumentowane odpowiednim badaniem, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91:

„Dotyczy Części nr 16 Z uwagi na możliwość wielogodzinnego moczenia oprzyrządowania w roztworze roboczym czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia braku korozyjności preparatu odpowiednim badaniem elektrochemicznym indukcji korozji wżerowej, które zostało wykonane przez niezależne laboratorium?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92:

„Dotyczy Części nr 19 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie QAV i enzymów, działający w spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) – 15 min., Tbc – 60min., spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93:

„Pakiet 16 poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy działanie grzybobójcze preparatu wymaganego przez Zamawiającego odnosić się powinno do poziomu *Aspergillus niger* i *Candida albicans*?”

Odp. Zamawiającego: Działanie grzybobójcze preparatu powinno odnosić się do poziomu *Aspergillus niger* i *Candida albicans*.

Pytanie nr 94:

„Pakiet 16 poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga działania prątkobójczego tj. wobec *Mycobacterium Avium* i *Mycobacterium Terrae* ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.06.2018 roku.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak

