



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 03.07.2018

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”
- nr sprawy 55/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Pakiet 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów z wkładem z pulpy celulozowej z dodatkiem superabsorbentu, dla uzyskania suchszej powierzchni podkładu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Pakiet Nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 55x15x10 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Część nr 18, poz. 4

Proszę Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Część nr 18, poz. 5, 6

Proszę Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Część nr 18, poz. 5, 6

Proszę o dopuszczenie opatrunku z wkładem chłonnym wykonanym z paroprzepuszczalnego poliestru i włókna wiskozowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Część nr 18, poz. 5, 6

Proszę o dopuszczenie opatrunku z przecięciem papieru wzdłuż dłuższego boku. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Część 20, pozycja 1-2: Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne pakowane po 250 sztuk z przeliczeniem ilości?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Część 31, pozycja 1: Czy Zamawiający ma na myśli 170 kompletów elektrod do defibrylatora Bene Heart (każdy komplet zawiera dwie elektrody połączone kablem)?”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy: Część nr 16

Czy Zamawiający dopuści igły do podawania botoksu o grubości 23 G?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy: Część nr 16

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje igły do podawania botoksu do cystoskopów sztywnych z pięciostopniową regulacją głębokości wkucia – 0-2-3-4-5mm?”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 11:

„Część nr 23

Czy Zamawiający w pozycji 2 Części nr 23 dopuści zaferowanie spirali o długości roboczej 115 cm (+/- 5 cm), pozostałe parametry zgodne z opisem.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Pytanie

Pakiet 18, poz. 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania przylepców pakowanych w kartoniki po 12 sztuk.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Pytanie

Pakiet 18, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania przylepca na rolce.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Pytanie

Pakiet 18, poz. 5, 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunków samoprzylepny z wkładem chłonnym wiskozowym zakończonym siatką polietylenową”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Część nr 18, pozycja 1 – 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych w kartoniku po 12 sztuk? Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Część nr 18, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców nawiniętych na rolce?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Część nr 18, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków pakowanych a'100 sztuk wraz z podaniem ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Część nr 18, pozycja 5 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne, 20% poliester) ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

„Część nr 18, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku posiadającego przecięcie papieru wzdłuż dłuższego boku?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

„1. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust.2-4 wzoru umowy w sposób następujący:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, łącznie jednak nie więcej niż 10% wartości umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, łącznie jednak nie więcej niż 10% wartości umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, łącznie jednak nie więcej niż 10% wartości umowy.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

„Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1 pkt. 2)

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy “w trybie pilnym” z 48 godz na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

„Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6, 7,8

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust. 6, 7, 8 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

„Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 29 poz. 1 Klipsów tytanowych o wymiarach przed zamknięciem 3,0 mm i 3,6 mm po zamknięciu”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 29 poz. 2 Klipsów tytanowych o wymiarach przed zamknięciem 4,8mm i 5,6mm po zamknięciu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 29 poz. 3 Klipsów tytanowych o wymiarach przed zamknięciem 7,8mm i 9,0mm po zamknięciu”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 29 poz. 4 Klipsów tytanowych o wymiarach przed zamknięciem 10,7mm i 12,3mm po zamknięciu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuści:

W pakiecie 9 w pozycji 1 szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu)? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30:

„Pakiet 18 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a 22 szt.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Pakiet 18 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a 12 szt.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Pakiet 18 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a 16 szt.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

„Pakiet 18 poz .4:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez dodatkowej poduszeczki, ale z dodatkowym wkładem chłonnym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

„Pakiet 18 poz .5:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek na ranę z wkładem chłonnym wiskozowo-poliestrowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

„Pakiet 18 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek samoprzylepny na ranę z wkładem chłonnym z włókniny wiskozowo-polipropylenowo-polietylenowej pokrytej mikroperforowaną folią polietylenową zapobiegającą przywieraniu do rany, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

„Pakiet 24:

Na rynku nie występują podkłady chłonne, w których warstwą chłonną jest papier. Czy Zamawiający dopuści podkłady z warstwą chłonną z pulpy celulozowej?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

„Pakiet 24:

Czy Zamawiający mógłby określić chłonność minimalną podkładu? Chłonność wiąże się z grubością wkładu chłonnego i wpływa znacząco na cenę.”

Odp. Zamawiającego: Minimalna chłonność 800 ml.

Pytanie nr 38:

„Zapytania dot. umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 39:

„Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40:

„Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41:

„Zapytania dot. umowy:

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 3 pkt 5) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42:

„Pakiet 24:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów o minimalnej chłonności 850 ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

„Czy zamawiający dopuści w Części nr 22, poz. 1:

30 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez wypustki środkującej,
oraz

2 szt. igieł wielorazowego użytku spiralnych, prawa i lewa, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, nie połączone z taśmami, do implantacji przez otwory zasłonięte ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44:

„Czy zamawiający dopuści w Części nr 22, poz. 2:

2 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez wypustki środkującej,
Oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, bez ruchomego elementu wypychającego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45:

„W przypadku wyrażenia zgody na jedną pozycję w Części nr 22, prosimy o wydzielenie jej i utworzenie osobnej części.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46:

„Dot. części 9: Czy Zamawiający dopuści nic o okresie wchłaniania 182-238 dni pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

„Dot. części 28 poz.3: Czy Zamawiający dopuści nici o długości 10cm i igłę szpatełkową podwójną, pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:

„Część 18, pozycja 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w kartonik a'12 sztuk”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

„Część 18, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

„Część 18, pozycja 5-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku samoprzylepnego:

- wykonanego z materiału zewnętrznego – 100% włókniny PET Spunlace
- o włókninie chłonnej wykonanej z włókien w 75% z włókien wiskozowych i w 25% z włókien PET (pokrytej nieprzylepną siateczką z PE)
- z silikonową osłonką

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.07.2018 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak

.....