

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 13.07.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stabilizacji neurochirurgicznych, materiałów zespalających oraz stymulatorów rdzeniowych p/bólowych” - nr sprawy 59/PN/2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. dotyczy części nr 40:

Czy Zamawiający wymaga, aby stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy posiadał jednocześnie funkcje toniczną oraz BURST (stymulacja o częstotliwości 40HZ, składająca się ze stałej sekwencji impulsów o częstotliwości 500Hz, w stałych interwałach) z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych? Stymulacja typu BURST pozwala u większości pacjentów na stymulację bez parestezji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. dotyczy części nr 40:

Czy Zamawiający wymaga, aby stymulator rdzenia 16 kontaktowy dawał możliwość wykonania badania rezonansem magnetycznym do 1,5 Tesli całego ciała przy założeniu elektrody pomiędzy Th7 a Th12?

Możliwość zlecenia badania MRI pacjentowi jest niezmiernie istotne dla lekarza w procesie podejmowania decyzji terapeutycznych dotyczących późniejszego leczenia pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. dotyczy części nr 40:

Czy Zamawiający dopuszcza łączniki o długości 30 i 60 cm oraz przejściówki o długości 10-60 cm?

Odp.: Tak.

4. Dotyczy części nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce), porowatość 70% w postaci granulek o wielkości 2-4mm, w opakowaniach o wielkości 30ml, 15ml, 5 ml i 5ml (w zamian 3 ml)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Dotyczy części nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny,

osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce) w postaci bloczków o wielkości 20x10x10mm oraz 20x5x5 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dotyczy części nr 34 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający substytut kostny o objętości 1 ml, 2.5ml, 5ml w postaci pasty w sterylnej, jednorazowej gotowej do użycia strzykawkę typu Luer?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 34 dopuści substytut kostny w strzykawkach o pojemnościach 1 cc, 2,5cc i 5 cc? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak.

8. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.**
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.**
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia.**

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.07.2018r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak