



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 06.08.2018 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - nr sprawy 67/PN/2018.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Upzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 14, 19 oraz 20 z Części 22 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Wydzielenie tychże pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu bezpieczne nakłuwacze jednorazowego użytku czy igły insulinowe faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 2:**

Zadanie 11 poz 7

W związku ze sprzedażą części portflio produktowego (grupa Patient Care) przez firmę Medtronic do firmy Cardinal Health zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zadania 11 poz 7.

Wyłączenie to umożliwi złożenie niezależnym firmom atrakcyjnych cenowo ofert dla Zamawiającego.”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający w Części 25 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Extra-Spike Plus 5µm KabiPac - Przyrząd do aspiracji z butelek typu KabiPack/ fiolek przystosowany do strzykawek typu luer/ luer lock z samozatraskową zatyczką zamykającą, kompatybilny z butelkami?”

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

„Dotyczy § 7 ustęp 1 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Części 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód bez powłoki antibakteryjnej ale wykonany z rur gładkich w środku, co w równym stopniu zapobiega zaleganiu bakterii w obwodzie oddechowym?”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Części 30 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane w całości z silikonu, bez oznaczenia kolorystycznego, w rozmiarach 4 i 5?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„Dotyczy Części 30 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne profilowane bez zawartości PCV, z mankietem kodowanym kolorystycznie, w rozmiarach 4 i 5?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Części 30 poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z PCV?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Części 30 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, kompatybilną z MRI, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczone na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10:**

**CZEŚĆ NR 12**

Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunków do ran wymagających aktywnego oczyszczania, aktywowanych roztworem Ringera, które mogą pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Prośbę motywujemy tym, iż wymagane przez Państwa opatrunki 24 – godzinne, zostały wycofane z produkcji

Czy w zamian za opatrunek o średnicy 5,5 cm, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku o ww. właściwościach w rozmiarze 7,5 x 7,5cm?"

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 11:**

**część nr 31, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, dla noworodków o wymiarach 181x76mm i powierzchni całkowitej 37cm<sup>2</sup>. Pakowane po 50szt.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 12:**

**część nr 31, poz. 2, 3, 4**

Czy zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 13:**

**Część nr 10 poz. 1,2,3,4**

Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze : 52,36 g/m<sup>2</sup> ?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 14:**

**Dot. Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy, część nr 20**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z części nr 20 - pozycji nr 3 do osobnego pakietu celem. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 15:**

**„Dotyczy Część nr 24 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty włókninowe, antypoślizgowe, włóknina polipropylenowa 40g/m<sup>2</sup> (niebieska) + warstwa antypoślizgowa (biała)

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 16:**

**„Dotyczy Część nr 24 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku w rolce 0,5m\*50m wykonane z celulozy 2x17g/m<sup>2</sup>, perforacja co 38cm, celulozowe, 2-warstwowe o gramaturze 2x17g/m<sup>2</sup>, kolor biały?

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 17:**

**Dotyczy Część nr 24 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku w rolce 0,5m\*50m podfoliowane, wykonane z papieru (pulpa celulozowa) gramatura min 27g/m<sup>2</sup>, perforacja co 50cm, laminowane folią, kolor biały, zielony?

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

**„Dotyczy Część nr 24 poz. 11**

Czy Zamawiający ma na myśli majtki typu figi z otworem, czy spodenki typu bokserki z otworem?”

***Odp.: Typ bokserki z otworem.***

**Pytanie nr 19:**

**Dotyczy Część nr 24 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy gruby zakładany na szyję, wiązany z tyłu 800mmx1400mm x 0,04mm?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 20:**

**Dotyczy Część nr 24 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze białym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

**Dotyczy Część nr 24 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

**Pytanie Dostawy**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w przypadku zamówienia dużej ilości towaru ma możliwość odbioru towaru na paletach?

***Odp.: Tak.***

***Zamawiający informuje iż zgodnie z zapisami paragrafu nr 1 ust 1 wzoru umowy przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do pomieszczeń Apteki Szpitalnej .....***

**Pytanie nr 23:**

**Pytanie do Umowy**

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

***Odp. Zamawiającego: Tak [apteka@szpital.slupsk.pl](mailto:apteka@szpital.slupsk.pl)***

**Pytanie nr 24:**

**Część nr 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek do leczenia przepuklin o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>?  
Pozostałe zgodne z SIWZ.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 25:**

**Część nr 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek do leczenia przepuklin o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?  
Pozostałe zgodne z SIWZ.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 26:**

**Dot. wzoru umowy:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 27:**

**Dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy po wyrażeniu „48 godziny” dodane zostało wyrażenie „przypadające w dni robocze”?

Dostawy w dni wolne od pracy, np. w niedzielę, wymagałyby zorganizowania dla Zamawiającego specjalnej obsługi logistycznej, co niekorzystnie wpłynęłoby na cenę oferty.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 28:**

**Dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 29:**

**Dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niestuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.”

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 30:**

**Dot. wzoru umowy:**

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 3 pkt 4) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 31:**

**„Dotyczy Pakietu nr 31:**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktów najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkownika; Oferowane przez nas elektrody SĄ WOLNE OD LATEKSU i są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ.

Prosimy o akceptację zbliżonych wymiarów:

<p>POZ.1. Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona po obwodzie, pow.33cm<sup>2</sup>, wymiary 88x74mm, podłoże wykonane z wodo-odpornej elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej, hydrożel w części przewodzącej, dla dzieci do 5kg; opakowanie 100szt</p>
<p>POZ.2. Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona po obwodzie o pow.72cm<sup>2</sup>, wymiary: 148mm x90mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej, hydrożel w części przewodzącej, dla dzieci powyżej 5kg-do 15kg; opakowanie 100szt</p>
<p>POZ.3. Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona po obwodzie o powierzchni 107cm<sup>2</sup>, wymiary 164 x117mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej, hydrożel w części przewodzącej, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg; opakowanie 100szt</p>
<p>POZ.4. Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona po obwodzie o powierzchni 107cm<sup>2</sup>, wymiary 164 x117mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej, hydrożel w części przewodzącej, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg; opakowanie 100szt</p>

ORAZ KABLAMI O DŁUGOŚCI 5 METRÓW;

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 32:**

**Dot. Pakietu nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 33:**

**Dot. Pakietu nr 7 poz.12**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub dopuszczenie szwu śródkórnego niezawierającego klipsów.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 34:**

**Dot. Pakietu nr 7 poz.15**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub dopuszczenie szwu z igłą okrągłą 4mm 3/8 koła i nitką w rozmiarze 10/0 o długości 15cm.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 35:**

**Dot. Pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 36:**

**Dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nieresorbowalną siatkę do leczenia przepuklin, monofilamentowa, polipropylenowa; gramatura: 55g/m2?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 37:**

**Część 21 Pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy Sengstakena w rozmiarze CH20?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 38:**

**Część 21 Pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z nie odrębnego zadania?

Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*



**Pytanie nr 39:**

**Część 22 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z pojedynczą skalą pomiarową, pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka, tłok podcięty na ok. 50% swojej długości?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 40:**

**Część 22 Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5ml z pojedynczą skalą pomiarową, pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka, tłok podcięty na ok. 50% swojej długości?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 41:**

**Część 22 Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml z pojedynczą skalą pomiarową, pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka, tłok podcięty na ok. 50% swojej długości?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 42:**

**Część 22 Pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml z pojedynczą skalą pomiarową, pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka, tłok podcięty na ok. 50% swojej długości?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 43:**

**Część 22 Pozycja 18** Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 44:**

**Część 22 Pozycja 19** Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniach a'100szt. z przeliczeniem?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 45:**

**Część 22 Pozycja 8-14, 21** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 46:**

**Część 24 Pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w rozmiarze 41x15cm I gramaturze materiału PE + PP 58g/m2, ochraniacze na stawce VAT 23%, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 47:**

**Część 24 Pozycja 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie wykonanych z włókniny polipropylenowej w kolorze niebieskim, o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, z warstwą antypoślizgową na spodzie wykonaną z dwutlenku tytanu, lateksu i rozcieńczalnika, rozmiar 38x17cm?



***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 48:**

**Część 24 Pozycja 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 49:**

**Część 24 Pozycja 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek z włókniny polipropylenowej 45g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry jak w SIWZ?

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 50:**

**Część 24 Pozycja 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach:

- Szerokość 50cm, dł. 50m
- 2 x Warstwa celulozy 2x17g/m<sup>2</sup>
- Kolor biały
- Perforacja 37,5cm?

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 51:**

**Część 24 Pozycja 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o paramerach:

- W rolce 0,5x50m,
- Podfoliowane,
- Warstwa celulozy 23g/m<sup>2</sup> + folia PE 10g/m<sup>2</sup>,
- Perforacja co 38cm,
- Kolor biały, niebieski?

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 52:**

**Część 24 Pozycja 15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego grubego w rozmiarze ok. 810mmx1130mm i grubości 0,045mm?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

**Pytanie nr 53:**

**Część 24 Pozycja 16** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z miękkiej włókniny SMS w kolorze niebieskim, pozostałe parametry jak w SIWZ?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 54:**

**Część 24 Pozycja 16** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z włókniny polipropylenowej w rozmiarze uniwersalnym, w kolorze granatowym, pozostałe parametry jak w SIWZ?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 55:**

**Część 29 Pozycja 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zaciskacza o dł. 52mm i szerokości ok. 10mm? Oczekiwane przez zamawiającego zaciskacze nie są aktualnie produkowane.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 56:**

**Część 29 Pozycja 8, 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w rozmiarze 4? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 57:**

**Część 29 Pozycja 13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stazy z klamrą 1 stopniową w opakowaniu typu kartonik?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 58:**

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w części 9 poz 1 na: ekstrakcyjny worek laparoskopowy do ewakuacji zresekowanego materiału biologicznego (narząd cały, wycinek), nieprzepuszczalny i nieprzeziąkliwy, odporny na rozdarcie, o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu

29,5cm. Pojemność worka 220 ml, wymiary worka 6,5cm (różnica tylko 1 mm) x 15cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć ją zamykając bezpiecznie worek z zawartością i w bezpieczny sposób całość ewakuować na zewnątrz ciała pacjenta?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 59:**

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w części 9 poz 2 na: ekstrakcyjny worek laparoskopowy do ewakuacji zresekowanego materiału biologicznego (narząd cały, wycinek), nieprzepuszczalny i nieprześląkliwy, odporny na rozdarcie, poliuretanowy, ze zintegrowanym workiem, dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 12mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500 ml, wymiary worka 13cm x 23cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć ją zamykając bezpiecznie worek z zawartością i w bezpieczny sposób całość ewakuować na zewnątrz ciała pacjenta?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 60:**

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w części 10 poz. 1, 2, 3, 4 na: nieresorbowalną siatkę do leczenia przepuklin, monofilamentowa, polipropylenowa; gramatura 55 g/m<sup>2</sup>?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 61:**

**Pakiet 1, poz. 3**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie pakietu z przyrządem do przetoczeń płynów infuzyjnych. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 62:**

**Pakiet 1, poz. 3**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z:

igłą biorczą dwukanałową z osłonką  
komorą kropłową min **62mm** – w cz. przezroczystej **55 mm**  
przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką  
elastyczna komora kropłowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm  
precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem dla odłączonego drenu  
łącznik luer lock z osłonką  
długość przyrządu min. **1600 mm** (dł. samego drenu **1500 mm**)  
opakowanie jednostkowe typu blister-pack

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 63:**

**Pakiet 1, poz. 3**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z:  
igłą biorczą dwukanałową z osłonką  
komorą kropłową min **62mm** – w cz. przezroczystej **55 mm**  
przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką  
elastyczna komora kropłowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm  
precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem dla odłączonego drenu  
łącznik luer lock z osłonką  
długość przyrządu min. **1900 mm** (dł. samego drenu **1800 mm**)  
opakowanie jednostkowe typu blister-pack

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 64:**

**Pakiet 22, poz. 1-4**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu podwójnej skali pomiarowej na strzykawkach dwuczęściowych, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienie. Skala nie jest nawet dwustronna, co można by było zrozumieć jako wymóg. Opisane strzykawki pasują jedynie do strzykawek produkowanych przez Margomed, a opis uniemożliwia złożenie oferty innej firmie niż firma Bialmed.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 65:**

**Pakiet 22, poz. 19**

Proszę o doprecyzowanie rozmiarów wymaganych nakłuwaczy, aby wykonawca mógł przygotować asortyment do realizacji zamówień dla zamawiającego. Jak można przygotować się do rzetelnego wykonania zamówienia, jeśli Zamawiający nie opisuje jakiego asortymentu dokładnie wymaga. I bardzo proszę o niepisanie cała dostępna rozmiarówka, bo różni producenci nakłuwaczy mają różniące się od siebie rozmiary i głębokości nakłucia.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 66:**

**Pakiet 22, poz. 21**

Proszę o dopuszczenie igły z nasadką w kolorze różowym z dokładnym i wyraźnym opisem, że igła jest przeznaczona do pobrań. Parametry igły spełniają wymagania SIWZ.

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 67:**

**Pakiet 22, poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z pojedynczą skalą, bez rozszerzenia, celem możliwości złożenia korzystnej oferty.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 68:**

**Pakiet 22, poz. 1-4** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zapewnienia gładkości przesuwu tłoka, jego stabilności oraz zapewnieniu pewnego chwytu zwężenie tłoka strzykawki ma być nie większe niż 25%-30% całej długości tłoka?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – tłok wypełniony na całej długości, bez przewężeń, przylegający na każdym odcinku do cylindra.***

**Pytanie nr 69:**

**Pakiet 22 poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki trójdrożne mają charakteryzować się jak najmniejszą objętością wypełnienia wynoszącą max. 0,22ml?

***Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.***

**Pytanie nr 70:**

**Pakiet 22 poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby w opakowaniu z kranikiem znajdował się czerwony i niebieski znacznik pozwalający na oznaczenie linii tętnicznej lub żyłnej?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 71:**

**Pakiet 22 poz. 17** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się w pełni przezroczystą nakrętkę Luer-Lock umożliwiającą pełną wizualizację toru przepływu płynu z dwoma stopniami swobody (osiowo i promieniście), w celu łatwego podłączenia do wkłucia?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 72:**

**Pakiet 22 poz. 18**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma być wyposażony w

dodatkowy bezigłowy port do iniekcji, który umożliwi dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej, co zwiększa skuteczność prowadzonej terapii zwłaszcza, gdy trzeba działać szybko i w sytuacji zagrożenia życia, co ma miejsce w karetkach pogotowia ratunkowego i środkach transportu sanitarnego.

*Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.*

**Pytanie nr 73:**

**Pakiet 22 poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępej igły do pobierania leków, ściętej pod kątem 45 stopni z otworem ułożonym centralnie, o dł. 40 mm lub 25 mm firmy Becton Dickinson.

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 74:**

**Pakiet 22 poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy igły mają posiadać czerwoną nasadkę w celu prawidłowej identyfikacji oraz odróżnienia ich od igieł iniekcyjnych?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.*

**Pytanie nr 75:**

**Pakiet 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bez wewnętrznej zastawki.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 76:**

**Pakiet 25**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma być na całej swojej długości wbudowany w część chwytłą przyrządu, co umożliwi efektywną filtrację powietrza.

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 77:**

**Pakiet 25**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wielkość porów w membranie filtra ma wynosić 0,2 mikrona ?

*Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 78:**

**Pakiet 26 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kompatybilny z pozycją 5 dren o średnicy 35 CH spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

*Odp.: Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie nr 79:**

Dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia”

***Odp.: Zamawiający dopuszcza w części nr 16 termin realizacji do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.***

**Pytanie nr 80:**

**Dotyczy Części nr 9 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania ekstrakcyjnego worka laparoskopowego o pojemności 200 ml. do trokara 10 mm, posiadającego nitinolową obręcz z pamięcią kształtu otwarcia. Zastosowane rozwiązanie nie wymaga stosowania dodatkowego pierścienia do zrywania worka, ponieważ worek uwalnia się samoczynnie po wysunięciu z tulei, natomiast po umieszczeniu w nim materiału biologicznego, jego zamknięcie oraz ewakuacja na zewnątrz ciała odbywa się za pomocą linki, stanowiącej integralną część worka.

Wymiary worka 5,5cm x 16,5cm

Długość trzonka wprowadzającego wynosi 22,5 cm

Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 81:**

**Dotyczy Części nr 9 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania ekstrakcyjnego worka laparoskopowego o pojemności 1500 ml. do trokara 10 mm, posiadającego nitinolową obręcz z pamięcią kształtu otwarcia. Zastosowane rozwiązanie nie wymaga stosowania dodatkowego pierścienia do zrywania worka, ponieważ worek uwalnia się i otwiera samoczynnie po wysunięciu z tulei, natomiast po umieszczeniu w nim materiału biologicznego, jego zamknięcie oraz ewakuacja na zewnątrz ciała odbywa się za pomocą linki, stanowiącej integralną część worka.

Wymiary worka 14,5cm x 21,0cm

Długość trzonka wprowadzającego wynosi 22,5 cm

Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 82:**

**Dotyczy Części nr 20 poz. 3**

W związku z tym, że Zamawiający w SIWZ określił tylko rozmiary średnic dla wyspecyfikowanych automatycznych pistoletów biopsyjnych, bardzo prosimy o podanie również wymaganych długości. Standardowo pistolety te posiadają następujące długości: 8cm; 10cm; 12cm; 16cm; 18cm; 20cm; 25cm; 30cm.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***



**Pytanie nr 83:**

**Dotyczy SIWZ**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

***Odp.: Tak.***

**Pytanie nr 84:**

**Dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

***Odp.: Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.***

**Pytanie nr 85:**

**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1 pkt. 2)**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy "w trybie pilnym" z 48 godz. na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw" siły wyższe" wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 86:**

**Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1**

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 87:**

Dotyczy części nr 16 poz 1,4

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie kanek Yankauer z pozycji nr 1 i 4 posiadających długość 24 cm.

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 88:**

Czy w Części nr 8 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 5/0 o dł. 50cm z jedną igłą o dł. 13mm odwrotnie tnącą?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 89:**

Czy w Części nr 8 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 6/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm 3/8koła?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 90**

Czy w Części nr 8 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 7/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm typu szpatułka z mikroostrzem?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 91**

Czy w Części nr 8 poz. 4 Zamawiający dopuści nić 8/0 z dwoma igłami, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 92**

Czy w Części nr 8 poz. 5 Zamawiający dopuści nić 8/0 z z dwoma igłami typu szpatułka z mikroostrzem?

***Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.08.2018 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
**Piotr Feszak**