

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 10.10.2018 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medyczne stanowiącego wyposażenie Banku Komórek i Tkanek” - nr sprawy 86/PN/2018**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Dot. Część nr 5 - Opis parametru pkt 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w akumulator o parametrach 24V/1700mAh. Większa pojemność akumulatora przekłada się bezpośrednio na wydajność urządzenia, poprzez możliwość wykonania większej ilości zgrzewów.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

„Dot. Część nr 5 - Opis parametru pkt 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w sygnalizację świetlną i dźwiękową na korpusie urządzenia. Wymaganie sygnalizacji świetlnej jedynie na głowicy zgrzewającej, sugeruje tylko jednego dostawcę na rynku polskim.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

„Dot. Część nr 9 - Opis parametru pkt 11

Zamawiający wymaga, aby aparat wyposażony był w system kontrolny monitorujący szczelność pojemników oraz temperaturę medium rozmrażającego. Prosimy o wykreślenie systemu kontrolującego co do szczelności pojemników ponieważ nieszczelność pojemników nie ma wpływu na proces rozmrażania. A dopuszczona metoda rozmrażania powinna zapobiegać kontaminacji pojemnika przez bakterie. Pojemnik, który miał mikro pęknięcia jest pojemnikiem dalej używanym, pod warunkiem iż zostało zabezpieczone środowisko zewnętrzne. Czy zamawiający pod pojęciem „system kontrolny monitorujący temperaturę medium rozmrażającego” miał na myśli system kontrolny monitorujący temperaturę medium rozmrażanego a nie środowiska zewnętrznego otaczającego pojemnik z osoczem? Nadmieniamy, iż mierzenie temperatury środowiska nie jest miarodajnym miernikiem temperatury panującej wewnątrz konserwantów (pojemników z osoczem). Zatem prosimy o dopuszczenie innego rozwiązania technologicznego, w którym czujniki nadzorują temperaturę na powierzchni pojemnika (rozmrażanego preparatu).”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4:**

„Dot. Część nr 9 - Opis parametru pkt 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wymiarach (s x g x w) 320 mm x 493 mm x 325 mm.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5:**

„Dot. Część nr 9 - Opis parametru pkt 10 i 15

Aparaty do kontrolowanego rozmrażania osocza są urządzeniami jednokierunkowymi bez dodatkowych elementów komputerowych. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie wymogu wyposażenia aparatu w skaner kodów kreskowych, byłaby tylko pustą (nie zapisywaną) daną bez tworzenia bazy danych. Ewentualna ewidencja rozmrażanych pojemników z osoczem (zapis monitoringu temperatury i zachowania urządzenia) może odbywać się poprzez połączenie do systemu komputerowego – jako dodatkowa funkcja. W takim przypadku można byłoby zrezygnować z drukarki na rzecz interfejsu.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6:**

„Dot. Część nr 9 - Opis parametru pkt 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wskazującego temperaturę podgrzewanego preparatu, a nie otoczenia. Poprzez właściwy rozkład temperatur na płycie i w powietrzu otaczającym urządzenie automatycznie nadzoruje, aby temperatura na powierzchni pojemnika nie przekraczała 37°C, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo podawanych pacjentom preparatów.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7:**

„Dot. Część nr 9 – Formularz asortymentowo-ilościowy

Ponieważ w podstawowy skład urządzenia do rozmrażania osocza wchodzi również urządzenia peryferyjne takie, jak zasilacz UPS i ewentualnie drukarka, które jako wyroby niemedyce, posiadają podstawową 23 % stawkę VAT, prosimy o dopuszczenie dołączenia do oferty szczegółowej tabeli asortymentowo – cenowej (z powodu różnej stawki podatku VAT).”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza dołączenie do Formularza asortymentowo-ilościowego tabeli z wyszczególnieniem odpowiednich stawek podatku.**

**W formularzu cenowym oraz w Formularzu asortymentowo ilościowym należy podać wszystkie stawki podatku dla danego przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 8:**

„Dot. Umowa § 6

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zgodnie z §6 ust. 5 „Wysokość kar umownych oblicza się od wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy.”**

**Pytanie nr 9:**

„Dotyczy pkt. 2, Część nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by naprawy urządzenia odbywały się w serwisie producenta w Belgii, a nie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Wszelkie koszty związane z transportem do i z serwisu pokrywa wykonawca.**

**Pytanie nr 10:**

**„Dotyczy pkt. 5, Część nr 4**

Czy Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił obowiązek tam określony, jeżeli w dni wolne od pracy i w nocy usterki można będzie zgłaszać faksem lub pocztą elektroniczną?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak.**

**Pytanie nr 11:**

**„Dotyczy pkt. 6, Część nr 4**

- a) Czy Zamawiający uzna, że wykonawca dotrzymał terminu na reakcję serwisu, jeżeli wykonawca przed upływem tego terminu przystąpi do zdalnego diagnozowania przyczyn awarii?

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak**

- b) Biorąc pod uwagę, że wykonawca jest zobowiązany do reakcji serwisu w dni robocze, wnosimy o potwierdzenie, że 48-godzinny termin na reakcję będzie biegł wyłącznie w dni robocze.

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak**

- c) Czy Zamawiający uzna jeżeli zgłoszenie o awarii wpłynie po godzinie 16-tej danego dnia, że termin reakcji serwisu rozpoczyna swój bieg od dnia następnego?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak**

**Pytanie nr 12:**

**„Dotyczy pkt.: 7 i 8 , Część nr 4**

- a) Dotyczy punktu 7 i 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 30 dni roboczych w przypadku jeżeli sprzęt wysyłany będzie w ramach naprawy gwarancyjnej do serwisu zgranicznego producenta?

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**W przypadku naprawy trwającej dłużej niż terminy wymagane w SIWZ zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych jeżeli wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane w postępowaniu przetargowym.**

- b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni roboczych dostarczone było urządzenie zastępcze?

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak**

- c) dotyczy §6 ust. 6 projektu umowy w związku z pkt. 7 i 8 – czy Zamawiający potwierdzi, iż w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego nie będą naliczane kary umowne w zakresie opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak.**

**Pytanie nr 13:**

**„Dotyczy pkt. 3 ust. 3 SIWZ, pkt. 2d oferty, pkt. 11 Części III (Gwarancje i serwis pogwarancyjny dla w/w urządzeń), Część nr 4:**

Powołując się na zapis pkt. 3 ust. 3 SIWZ Zamawiający dopuścił zaoferowanie wyrobów, które NIE zostały zaklasyfikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne i w związku z tym nie ma do nich zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Tym samym nie ma obowiązku posiadania dopuszczeń do obrotu zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych, posiadania instrukcji użytkowania zgodnej z ustawą o wyrobach medycznych. Uprzejmie proszę o dodanie zapisu – **jeżeli dotyczy.**”

***Odp. Zamawiającego:***

Zapisy w pkt. 2d formularza oferty i pkt. 11 opisu przedmiotu zamówienia dotyczą tylko wyrobów medycznych.

**Pytanie nr 14:**

„Dot. Część 5 Zgrzewarka Dielektryczna – 2 szt., pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgrzewarki w której akumulator ma pojemność 2450mAh ?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15:**

„Dot. Części 7 Wągomieszarka - 1 szt., pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wągomieszarki z rokiem produkcji 2017 ?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak, jeżeli jest fabrycznie nowy.**

**Pytanie nr 16:**

„Dot. Części 7 Wągomieszarka - 1 szt., pkt. 7

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wągomieszarki z bezprzewodową transmisją danych?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:**

„Dot. Części 7 Wągomieszarka - 1 szt., pkt. 8

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wągomieszarki z możliwością zapisu danych na pamięci przenośnej typu pendrive, zamiast za pomocą kart pamięci SD/MMC ?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18:**

„Część nr 8 – wirówka preparatywna

Ad. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wirówkę o obrotach maksymalnych 5.000 rpm i maksymalnym RCF 7.295 xg? Parametry te z bardzo dużym zapasem spełniają wymaganie stawiane wirowaniom preparatywnym krwi i produktów krwiopochodnych.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19:**

„Część nr 8 – wirówka preparatywna

Ad pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści wirówkę o 12 profilach hamowania? Ten zakres regulacji profilu hamowania zapewnia prawidłowe osiągnięcie jakościowych parametrów wirowania krwi i produktów krwiopochodnych.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 20:**

„Część nr 8 – wirówka preparatywna

Ad. Pkt. 30 Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający oczekuje w zakresie wymagania „Oprogramowanie i wyposażenie do nadzoru wirowań i zbierania danych”.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Wbudowana pamięć do zbierania i przechowywania danych.**

**Pytanie nr 21:**

„Dotyczy: Część nr 1

Prosimy o dopuszczenie chłodziarko zamrażarki o następujących parametrach:

Pojemność chłodziarki: 245 l  
Pojemność zamrażarki: 105 l  
Temperatura pracy lodówka : od +3° C do +8° C”  
**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22:**

„Dotyczy §4 ust. 5 projektu umowy:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.” ?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 23:**

„Dotyczy §6 ust. 2 projektu umowy:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3% ?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 24:**

„Dotyczy §6 ust. 3 projektu umowy:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.” ?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 25:**

„Dotyczy §6 ust. 4 projektu umowy:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.”?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 26:**

„Pytanie dotyczące przedmiotu dostawy dla pakietu 11:

Czy Zamawiający dopuści, aby przedmiotem dostawy dla pakietu nr 11 był fabrycznie nowy aparat, którego data produkcji przypada na rok 2017 ?

*Uzasadnienie: W związku ze zmianami parametrów technicznych aparatów do badania czystości powietrza, aparat z roku 2018 nie posiada 5 ekranów pobrania prób, które są dostępne w modelach aparatów z lat ubiegłych.”*

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

„Pytanie do załącznika: Zestawienie parametrów technicznych- część 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego gwarancji i serwisu pogwarancyjnego pkt. 16, który brzmi: „Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę” na następujący zapis „Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę drogą mailową i faksem oraz drogą telefoniczną w godzinach pracy Wykonawcy” ?”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 28:**

**„Część nr 1 - Chłodziarko-zamrażarka**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o pojemności komory chłodziarki 254 l oraz pojemności komory zamrażarki 107 l? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29:**

**„Część nr 1 - Chłodziarko-zamrażarka**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z komorą chłodziarki z temperaturą pracy w zakresie od +3°C do +16°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30:**

**„Część nr 1 - Chłodziarko-zamrażarka**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o pojemności komory chłodziarki 190 l oraz pojemności komory zamrażarki 134 l? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – za małą pojemność chłodziarki.**

**Pytanie nr 31:**

**„Część nr 1 - Chłodziarko-zamrażarka**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z komorą zamrażarki o temperaturze pracy w zakresie od -18°C do -25°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32:**

**„Część nr 2 Chłodziarka - 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z wnętrzem wykonanym z aluminium? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma materiał wykonania komory.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33:**

**„Część nr 2 Chłodziarka - 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w wyświetlacz cyfrowy typu LCD? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma typ wyświetlacza.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34:**

**„Część nr 2 Chłodziarka - 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych 620x860x2020 mm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35:**

**„Część nr 2 Chłodziarka - 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach komory roboczej 500x695x1505 mm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 36:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności komory wynoszącej 445 litrów i możliwości przechowywania 30000 kriofiolek o pojemności 1,5 ml każda? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z pięcioma izolowanymi drzwiami wewnętrznymi, dzielącymi komorę na 5 sekcji? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze starty chłodu z komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z chłodzeniem okołokomorowym zamiast instalacji chłodzącej umieszczonej w półkach bezpośrednio pod każdą półką? Tego typu rozwiązanie daje możliwość regulacji wysokości zawieszenia poszczególnych półek oraz możliwość ewentualnego dodania dodatkowych półek w przyszłości.”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm, wykonaną z systemu ultracienkich paneli próżniowych o grubości 25 mm w połączeniu z pianką PU o grubości 55 mm? Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii na rynku, która pozwala na wysoką stabilność utrzymania temperatury wewnątrz zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z dużym panelem kontrolnym zawierającym cyfrowy, graficzny wyświetlacz temperatury i alarmów typu LCD o przekątnej 3,4" umieszczony na drzwiach frontowych na wysokości wzroku operatora? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na czytelną i prostą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.”

**Odp. Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 41:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową bez zmiany koloru wyświetlacza w przypadku wystąpienia stanu alarmowego ale z panelem kontrolnym wyposażonym w diodę informującą o normalnej pracy urządzenia, diodę informującą o awarii zasilania i diodę informującą o

pozostałych alarmach wymaganych przez Zamawiającego z opisem wystąpienia każdego alarmu na panelu kontrolnym urządzenia oraz sygnałem dźwiękowym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 42:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z rejestracją parametrów pracy z ostatniego roku z możliwością poglądu zarejestrowanej temperatury na wyświetlaczu oraz wyposażoną w port USB z nośnikiem danych rejestrującym na bieżąco parametry pracy urządzenia? Użytkownik ma możliwość zgrywania zarejestrowanych danych na komputer. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 43:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości zewnętrznej wynoszącej 201,2 cm przy zachowaniu pozostałych wymiarów zewnętrznych (szer. x gł. 65x82,1 cm)? Jeśli wysokość podana w specyfikacji spowodowana jest ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób wniesienia urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 44:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach wewnętrznych 470x608x1500 mm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 45:**

**„Zamrażarka niskotemperaturowa**

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z możliwością podłączenia do komputera i dedykowanego programu monitorującego poprzez łącze RS485? Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem oprogramowania?”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z możliwością podłączenia do komputera i dedykowanego programu monitorującego poprzez łącze RS485 wraz z dedykowanym oprogramowaniem.**

**Pytanie nr 46:**

**„Dotyczy części nr 10**

**Pozycja nr XII**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie DMSO 100% w fiolkach 50 ml?

Obecnie nie ma dostępnego na rynku polskim oraz europejskim DMSO w strzykawkach, z uwagi na wstrzymanie znaku CE dla jedyne go na świecie dystrybutora DMSO w strzykawkach.”

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie DMSO 100% w fiolkach 50 ml ale tylko do momentu zakończenia certyfikacji odczynnika DMSO w strzykawkach 100% w Europie.**

**Pytanie nr 47:**

**„Zapisy umowy (paragraf 9)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia?



Z uwagi na zbliżający się okres świąteczny oraz zakończenie roku i związane z tym przerwy w produkcji oraz opóźnienia firm dostawczych trudno jest w obecnej chwili wykluczyć możliwość wydłużenia terminu dostawy.”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia **26.10.2018 roku** do godz. **10:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **dnia 26.10.2018 roku** o godz. **10:30**.

Zmianie ulega pkt. 14 i 15 IDW.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.10.2018 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

  
Piotr Feszak