



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 14.11.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i sprzętu i wyposażenia jednorazowego użytku” - nr sprawy 95/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **części 39** produktów stosowanych obecnie przez Zamawiającego zgodnie z poniższą charakterystyką:

poz. 1 filtr do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego. Wprowadzany i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 6,5 F i długości 70 cm. Filtr o średnicy 35 mm i długości 58 mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiadający haczyki do fiksacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 32 mm. Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". W zestawie dylator i kranik trójdrożny;

poz. 2 zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrolą fluoroskopową. Średnica koszulki usuwającej 7 F, długość 100 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej - średnica 7F, długość 120 cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„**Pakiet 54 Pozycja 1** W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.”

Odp. Zamawiającego: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?”

Odp. Zamawiającego: Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Pytanie nr 4:

„Część nr 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na szczotki o długości roboczej narzędzia 1200mm, pozostałe parametry bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Część pierwsza dotyczy szwu syntetycznego monofilamentowego.

Pytanie nr 5:

„Zadanie 25, pozycja 2, 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie. W pozycji 2 i 3 zamawiający umieścił taki sam opis przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiającemu w pozycji 2 lub 3 chodziło o filtr pediatryczny, elektrostatyczny z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci powyżej 7,5 kg. Skuteczność filtracji względem bakterii min. 99,999% i wirusów min. 99,99%. Wydajność nawilżania VT 250, 31 mg H₂O-1l. Waga max. 21 g. Sterylny. Średnica zewnętrzna 22mm?”

Odp. Zamawiającego: Dopuszczamy w pozycji nr 3 zawarte w niej parametry.

Pytanie nr 6:

„Część 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 48 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Część 2, poz. 5, 7 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Część 2, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Część 2, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Część 2, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Część 31 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny jałowy, bezbarwny, pleciony, powlekany, wchłaniający, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 42 dni, o podtrzymywaniu węzła po 8-11 dniach 50%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Część 37 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Część 51 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny jałowy, bezbarwny, pleciony, powlekany, wchłaniany, wytwarzany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 42 dni, o podtrzymywaniu węzła po 8-11 dniach 50%?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 39 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 części 39 filtrów do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego o długości maksymalnej 50mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Zadanie nr 15 Czy Zamawiający w zadaniu 15 dopuści igły do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami. Zgięte pod kątem 90%, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 20cm z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podania cytostatyków, kompatybilne z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym., O rozmiarach: 20G x 25mm i 20G x 20mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

„Zadanie nr 16 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 14 bezpieczne igły do portów zaopatrzone w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięte pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta - dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia Rozmiary igieł zaznaczone kolorem.

Z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 20cm z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock.

O rozmiarach:

- 19G długości 20mm i 25mm
- 20G długości 20mm i 25mm
- 22G długości 20mm i 25mm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

„Dotyczy pakietu nr 35 Zwracamy się z prośbą o podzielenie pakietu na dwa odrębne zadania, tworząc z dotychczasowych pozycji 1 – 3 pakiet dla zestawów do cystostomii oraz z pozycji 4 – 6 pakiet dla biopsji gruczołu krokowego.

Podział taki z pewnością umożliwi złożenie ofert wielu wykonawcom specjalizującym się w wąskich grupach produktowych, ponadto jest to również zasadne z punktu widzenia interesu Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

„Dotyczy pakietu nr 35 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, jakiego rozwiązania technicznego Zamawiający oczekuje tzn. czy pistolet biopsyjny ma być z funkcją tylko jednej głębokości penetracji igły 22

mm, czy z możliwością wyboru dwóch głębokości penetracji igły 16 i 22mm co daje możliwość uzyskania według potrzeb dwóch długości biopsatu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1 pkt. 2)

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy “w trybie pilnym” z 48 godz na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

„Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6, 7, 8 Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust. 6, 7, 8 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

„Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

„Część 20, pozycja 1: Czy Zamawiający zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w składzie płyn do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny w zamian chlorku cetylopirydyny, pozostałe zapisy bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 23:

„Część 33, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrody TENS o wymiarach 5cmx8,9cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 24:

„Czy zamawiający dopuszcza w części nr 48 poz. 1 wiskoelastyk o następujących parametrach:

- kwas hialuronowy dyspersyjny
- stężenie : 3%
- pozyskany z biofermentacji bakteryjnej
- osmolalność w zakresie 300-350 mOsm/L
- pH w zakresie 6,8-7,4
- lepkość: 30.000 mPs
- waga molekularna: 0,75 Mda
- pojemność ampułkostrzykawki: 1,1ml
- opakowanie zbiorcze zawiera: jedną sterylną strzykawkę z wiskoelastykiem i sterylną kaniulę 25G
- temperatura przechowywania i transportu: od +2°C do 25°C”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„**Pakiet Nr 23** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 1-5 i utworzenie z nich odrębnego pakietu pozwoli to na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawców, oraz zmniejszy koszt zakupu wyrobów medycznych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

„**pakiet Nr 23** W przypadku pozytywnej odpowiedzi w pytaniu nr 1 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 1 układów o niżej podanych parametrach:

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilzacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (**średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana**).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilzacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) /kwadratu (do MR730); z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. **Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.**

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilzacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez **przegub obrotowy**, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.

Kończówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„**pakiet Nr 23** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji Nr 3 czapeczek o poniższych obwodach;

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brazowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„**część 36, pozycja 1 oraz 2:**

W związku z opisem przedmiotu zamówienia wskazującym na konkretne opaski identyfikacyjne, co stanowi nieuprawnione ograniczenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie w części 36 pozycji 1 i 2 następujących opasek identyfikacyjnych:

pozycja 1 – opaska identyfikacyjna na rękę dla pacjenta dorosłego wykonana z PCV (polichlorku winylu) o długości 24 cm; zapięcie uniemożliwia zdjęcie opaski; opaska posiada pole do opisu danych pacjenta zgodnie z nadrukowanym wzorem lub z możliwością umieszczenia dowolnych informacji z drugiej strony (niezadrukowanej); opaska bez nadruku w kolorze białym;

pozycja 2 – opaska identyfikacyjna na rękę dla noworodka wykonana z PCV (polichlorku winylu) o długości 17 cm; zapięcie uniemożliwia zdjęcie opaski; opaska posiada pole do opisu danych pacjenta zgodnie z nadrukowanym wzorem lub z możliwością umieszczenia dowolnych informacji z drugiej strony (niezadrukowanej); opaska bez nadruku w kolorach: różowym, niebieskim i przezroczystym.

Polichlorek winylu (PCV) wykorzystany do produkcji opasek identyfikacyjnych, to miękkie i elastyczne tworzywo nie zawierające ftalanów, zapewniające komfort i bezpieczeństwo pacjentom. Nieznaczne różnice w rozmiarach pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury medyczne i ich efektywność, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

W razie odmowy dopuszczenia wyżej opisanych opasek identyfikacyjnych żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?”

Odp. Zamawiającego: Informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Pytanie nr 30:

„Dotyczy części nr 15: Czy Zamawiający wymaga, aby igły Hubera wyposażone były w skrzydełka, odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 31:

„Dotyczy części nr 16:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby system zapobiegający przypadkowemu zakłuciu aktywował się podczas wyciągania igły, któremu towarzyszy sygnalizacja dźwiękowa „klik”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby igły Hubera wyposażone były w skrzydełka, odpinane po wpięciu igły, które nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 32:

„Dotyczy Części 25 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:

„Dotyczy Części 25 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno luer-lock, pakowany pojedynczo?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34:

„Dotyczy Części 25 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 31 mgH₂O przy V_t=50 ml, waga 9 g, przestrzeń martwa 8 ml, filtr ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno na lince typu Luer?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35:

„Dotyczy Części 25 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na linie, pakowany pojedynczo papier/folia?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

„Dotyczy Części 25 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H₂O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:

„Dotyczy Części 25 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert przetargowych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38:

„Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Część 13, poz. 1 „Trokar jednorazowego użytku o średnicy 15 mm” co umożliwi złożenie korzystnej oferty?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39:

„Część 36, poz. 1 Prosimy o wydzielenie poz. 1- do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40:

„Część 36, poz. 1 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm, pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, wykonane z plastiku (PCV) – miękkiego dla skóry?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

„Część 36, poz.2 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji,

opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

„Część 36, poz.1-2 Czy zamawiający wymaga opasek identyfikacyjnych które są wykonane z nietoksycznego materiału PCV, który nie zawiera 6P: DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 43:

„Część 36, poz.1-2 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

„Część nr 50, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za opakowanie zbiorcze a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

„dotyczy Części nr 50

Mając na uwadze aseptykę procesu mocowania kaniul oraz bezpieczeństwo pacjenta zwracamy się z pytaniem – czy Zamawiający oczekuje opatrunku sklasyfikowanego jako produkt klasy IIa? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

„Czy w części 1 poz. 11 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

„Czy w części 1 poz. 12 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

„Czy w części 2 poz.6 Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwkłęsłą PRIME pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

„Czy w części 2 poz.7 Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwkłęsłą PRIME pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

„Czy w części 2 poz.8 Zamawiający dopuści nie w rozmiarze 7/0 pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51:

„Czy w części 37 poz. 1 Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

„Czy w części 37 poz.9 Zamawiający dopuści nie w rozmiarze 3/0 pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53:

„Czy w części 51 Zamawiający dopuszcza szew o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

„Czy w części 51 poz. 2 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55:

„Czy w części 51 poz. 7 Zamawiający dopuści igłę dwuwkłęsłą pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56:

„Czy w części 51 poz.11 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

„Część 17 Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek płaskich o pojemności 200ml bez harmonijki? W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

„Część 17 Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów zwijanych wykonanych z poliuretanu, materiału który nie posiada pamięci kształtu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59:

„Część 17 Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o dł. 80cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60:

„Część 17 Pozycja 3-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu w opakowaniu podwójnym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61:

„Część 17 Pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o dł. 50cm wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu klasy medycznej?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:

„Część 17 Pozycja 13-15 Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane z silikonu w rozmiarze 450x180 mm? Oczekiwane dreny nie są już produkowane.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63:

„Część 17 Pozycja 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu w rozmiarze CH27 ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64:

„Część 17 Pozycja 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanki w rozmiarze 5x200 mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65:

„Część 17 Pozycja 29-30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z trokarem o dł. 22 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66:

„Część 17 Pozycja 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z trokarem o dł. 24 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67:

„Część 17 Pozycja 32-34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów z trokarem o dł. 37 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68:

„Część 19, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x80cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69:

„Część 21 Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę do insuliny 1ml U40 z dołączaną igłą w rozmiarze 0,4x13mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70:

„Część 36, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: trwała opaska na nadgarstek charakteryzująca się dużą odpornością na wilgoć, działanie mydeł, środków do dezynfekcji rąk i innych cieczy stosowanych w szpitalach

- ☐ Wykonana z miękkiego i delikatnego winylu
- ☐ Elastyczna, delikatna, lekka i łatwa w użyciu
- ☐ Zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem
- ☐ Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- ☐ Oznaczenie kolorystyczne w zależności od przeznaczenia
- ☐ Jednorazowe, zatrzaskowe zapięcie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem
- ☐ Niealergizująca, nie zawiera lateksu
- ☐ Bez zawartości ftalanów
- ☐ Dostępna w wersji z wkładaną karteczką
- Szerokość opaski 23 mm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71:

„Część 36, Pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek identyfikacyjnych dla noworodków wykonanych z miękkiego i delikatnego winylu z wkładaną kartką o szerokości 16 mm i długości 49 mm, o długości całkowitej opaski około 170 mm, w kolorze niebieskim i różowym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72:

„Część 37 Czy Zamawiający dopuści szwy powlekane silikonem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73:

„Część 37, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o dł. 36mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:

„Część 37, Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o dł. 26mm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75:

„Część 50, Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76:

„Część 51, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o dł. 40mm?”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 77:

„Część 51, Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 78:

„Część 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie znaczników o wymiarach: długość 46 cm, grubość 1,0 mm, szerokość 2,5 mm, pakowanych a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 79:

„Pakiet 7 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarze 16Ch wykonanych z półtwardego lateksu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 80:

„Pakiet 7 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 5-10ml, jak obecnie stosowane u Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza tylko w rozmiarach CH 14, 24.*

Pytanie nr 81:

„Pakiet 12 poz. 13 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu. Prośbę tą motywujemy wycofaniem produkcji opisanego asortymentu.”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 82:

„Pakiet 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leków cytostatycznych bez zastawki z koreczkiem domykany ręcznie. ”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 83:

„Część 19, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 75x120 pakowanej a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 84:

„Część 19, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 36,5x72cm.”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 85:

„Pakiet 20 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do toalety jamy ustnej w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, a tym samym zapobiegającym przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury?”

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

Pytanie nr 86:

„**Pakiet 20** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy opisany zestaw ma być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

„**Część 50** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88:

„**Część nr 49** Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów do iniekcji doszklistkowych z serwetą okulistyczną SMS w rozm. 90x60 cm z otworem owalnym w rozm. 10 cmx7cm, wypełnionym folią z nacięciem o długości 4 cm na środku owalu?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89:

„**Część nr 49** Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw materiałów i akcesoriów do iniekcji doszklistkowych o składzie:

Serweta okulistyczna SMS w rozm. 90x60 cm z otworem owalnym w rozm. 10 cmx7cm, wypełnionym folią z nacięciem o długości 4 cm na środku owalu	1 SZT
WYKRÓJ w rozm. 90X75CM	1 SZT
Barraquer sat. dla dorosłych jednor. użytku (SCILO AO-101)	1 SZT
KLESZCZYKI PLAST. PEAN 14CM	1 SZT
Plast. przyrząd do odmierzania miejsca iniekcji 3,5-4,0 mm nj (SCILO AO-400-B)	1 SZT
OPATRUNEK OCZNY 17N 1W 5X6CM	1 SZT
Kompresy gazowe 17N 7,5X7,5 12W DJ B A1	5 SZT
STRZYKAWKA PLASTIKOWA 10ML 2CZ LUER NIECENTR TŁOK ZIELONY	1 SZT
STRZYKAWKA PLASTIKOWA 2ML 2CZ LUER CENTR TŁOK ZIELONY J	1 SZT
PATYCZEK PLASTIKOWY PP 15 CM X 2,5 MM - GŁÓWKA O ŚR. 4-5MM	1 SZT
POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄGŁODENNY 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM ZE SKALĄ TRANSPARENTNY NJ	1 SZT

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90:

„**Część nr 50** Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek w rozm. 5,8 cmx 8 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91:

„Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 92:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy po wyrażeniu „48 godziny” dodane zostało wyrażenie „przypadające w dni robocze”?

Dostawy w dni wolne od pracy, np. w niedzielę, wymagałyby zorganizowania dla Zamawiającego specjalnej obsługi logistycznej, co niekorzystnie wpłynęłoby na cenę oferty.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95:

„Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 3 pkt 4) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.**
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.**
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia.**”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97:

„Część nr 25, Pytanie do pozycji nr 1: Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej w zakresie 150ml – 1000ml? Reszta zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98:

„Część nr 25, Pytanie do pozycji nr 1 Czy zamawiający dopuści filtr o następujących parametrach:

„Sterylny filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,999% , przeciwpłatkowej 99.999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 31 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock, o przestrzeni martwej 38ml- ukośny 35ml prosty;

posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt:

250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5;

o utracie wilgoci mgH₂O/L / przez 24h odpowiednio dla Vt:

250ml: 5.18; 500ml: 6.12; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45;

z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim,

o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H₂O: filtr walidowany do prążków gruźlicy, HIV i wzw C”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 99:

„Część nr 25, Pytanie do pozycji nr 2:

Czy Zamawiający dopuści filtr posiadający wydajność nawilżania zmierzoną przy zakresach objętości Vt – 50ml – 33.01mgH₂O/L oraz przy Vt – 100ml – 30,11mgH₂O/L i o wadze filtra – 13,5g? Reszta zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100:

„Część nr 25, Pytanie do pozycji nr 2:

Czy Zamawiający dopuści filtr o następujących parametrach:

„Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci i dorosłych, o wadze 13,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 100ml: 30.11 mgH₂O/L oraz dla Vt: 50ml: 33,01 mgH₂O/L; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt >50ml, posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H₂O: filtr walidowany do prążków gruźlicy, HIV i wzw C” ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101:

„Część nr 25, Pytanie do pozycji nr 3:

Czy Zamawiający dopuści filtr posiadający wydajność nawilżania zmierzoną przy zakresach objętości Vt – 50ml – 33.01mgH₂O/L oraz przy Vt – 100ml – 30,11mgH₂O/L i o wadze filtra – 13,5g? Reszta zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 102:

„Część nr 25, Pytanie do pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o następujących parametrach:

„Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci i dorosłych, o wadze 13,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na петельkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 100ml: 30.11 mgH₂O/L oraz dla Vt: 50ml: 33,01 mgH₂O/L; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt >50ml, posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C” ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103:

„Część nr 25, Pytanie do pozycji nr 5:

Czy zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości 300ml – 1200ml oraz wydajności nawilżania przy objętości Vt – 500ml wynoszącej 30,2 mgH₂O/L? Reszta zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104:

„Część nr 25, Pytanie do pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o następujących parametrach:

„Filtr hydrofobowy , mechaniczny, ze skutecznością klasy HEPA 13.

Posiadający skuteczność przeciwbakteryjną 99,99999%, przeciwwirusową 99,9999%, przeciwpłatkową 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm².

Posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mgH₂O/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H₂O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.11.2018 r.


KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak