



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.11.2018 r.

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa zestawu do diagnostyki z użyciem zieleni indocyjanianowej oraz narzędzi do mikrochirurgii – sprawa nr 99/PN/2018.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

**„CZĘŚĆ NR 1 Zestaw do diagnostyki z zastosowaniem zieleni indocyjanianowej.**

Podstawową i najważniejszą cechą najnowszych systemów wizualizacji ICG jest możliwość symultanicznego nałożenia obrazowania w świetle widzialnym oraz obrazu (mapy cieplnej) IR - ICG. Czy Zamawiający wymaga takiego obrazowania?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 2:**

**„CZĘŚĆ NR 1 Zestaw do diagnostyki z zastosowaniem zieleni indocyjanianowej.”**

Czy Zamawiający wymaga, aby kamera zamocowana była na pozycjonowanym, wieloprzegubowym ramieniu w celu ergonomicznej wizualizacji pola OP z zachowaniem sterylnych warunków?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 3:**

**„CZĘŚĆ NR 1 Zestaw do diagnostyki z zastosowaniem zieleni indocyjanianowej.”**

Czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał liczbowe przedstawienie perfuzji (kwantyfikację) względem punktu referencyjnego?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 4:**

**„CZĘŚĆ NR 1 Zestaw do diagnostyki z zastosowaniem zieleni indocyjanianowej.”**

Podstawowym parametrem systemów monitorowania perfuzji jest ich czułość. Czy Zamawiający wprowadzi wymagania w tym zakresie?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 5:**

**„CZĘŚĆ NR 1 Zestaw do diagnostyki z zastosowaniem zieleni indocyjanianowej.”**

Czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał ekonomiczną rozbudowę o obrazowanie endoskopowe - laparoskopowe (zastosowanie m.in. w lokalizacji wartowniczych węzłów chłonnych, planowania miejsca resekcji jelita i oceny anastomozy) bez konieczności zakupu nowych elementów wieży endoskopowej, jak kamera, jednostka główna i emiter IR?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 6:**

**„CZĘŚĆ NR 1 Zestaw do diagnostyki z zastosowaniem zieleni indocyjanianowej.”**

Czy Zamawiający wymaga możliwości używania systemu przy normalnym oświetleniu Sali OP czy też dopuszcza konieczność wykonywania zabiegów w ciemności?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7:**

„W związku z faktem, iż Zamawiający wyraził zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego podmiotom i osobom trzecim, np. podwykonawcom i serwisantom, chcielibyśmy nadmienić, że to właśnie zawarcie odrębnej umowy powierzenia umożliwi dalsze podpowierzenie, na co Zamawiający nie wyraził zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie załączonego wzoru powyższej umowy, będącej wzorem Wykonawcy oraz zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na tym wzorze, bądź prosimy o udostępnienie treści umowy stanowiącej wzór Zamawiającego.

Treść umowy powierzenia danych osobowych oraz zakres uprawnień Wykonawcy w zakresie podpowierzenia jest istotny z punktu widzenia możliwości wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prawidłowości realizacji tegoż zamówienia.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zaproponowanym wzorze.***

**Pytanie nr 8:**

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania również asortyment niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (np. monitor), który to nie będzie posiadał dokumentów określonych w ww. ustawie i w związku z powyższym Zamawiający nie będzie wymagał w tym zakresie oświadczenia wskazanego w pkt. 2 ppkt. e) załącznika nr 1 do SIWZ. ”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.11.2018 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak