



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 07.01.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku wraz z dzierżawą aparatów dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki” - nr sprawy 109/PN/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„część 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 przewodników hydrofilnych w rozmiarach 150 cm i 260 cm, za wyjątkiem wymaganego przewodnika o długości 140 cm ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„część 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 6, punkt 2, Introducerów udowych dostępnych w długościach 10cm i 25cm, pominięciem 16 i 25cm ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy depozytu stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dodanie do par. 7 ust. 1 zdania o następującej treści: Towary w podmagazynie stanowią własność Wykonawcy do chwili ich pobrania z przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy depozytu stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dodanie do par. 7 ust. 3 zdania o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Zamawiającego.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu złożenia próbek w następujących pakietach:

- część 1?

Oferowane wyroby medyczne są znane Zamawiającemu, co umożliwia dokonanie oceny technicznej na podstawie szczegółowych parametrów technicznych, które zawiera formularz asortymentowo-cenowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Pytanie do części nr 16:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce pierwotnym zapisów balonów do kontrapulsacji wewnątrzortalnej o następujących parametrach:

40 cc 7,5 Fr – średnica rozprężonego balonu 15 mm, długość balonu 258 mm

34 cc 7,5 Fr - średnica rozprężonego balonu 15 mm, długość balonu 221 mm

25 cc 7,5 Fr - średnica rozprężonego balonu 15 mm, długość balonu 165 mm

50 cc 8 Fr - średnica rozprężonego balonu 17,4 mm, długość balonu 258 mm

Balony są w pełni kompatybilne z pompą Arrow Autocat II Wire”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy zadania 20:

Prosimy o wydzielenie opasek uciskowych (1.000 sztuk) i utworzenie osobnego zadania 20A - PRZY ZACHOWANIU WSZYSTKICH PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH OPASEK; Pragniemy podkreślić, że śledząc rynek przetargowy mówimy o oszczędności minimum 30.000 złotych netto w zakresie samych opasek. W tym momencie ofertę może złożyć tylko 1 firma na rynku.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Część nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne dostępne w średnicach 4, 5 oraz 6 F (bez średnicy 7 F), których średnice światła wewnętrznego są następujące: dla średnicy 6 F – 0,057”, dla średnicy 5 F – 0,050” i dla średnicy 4 F – 0,044””? Zarówno dla cewników selektywnych jak również w krzywiznie Pigtail istnieje możliwość podania 36,46 ml/s kontrastu przy ciśnieniu 1200 PSI. Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian. Cewniki przez nas oferowane znane są Zamawiającemu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Część nr 16:

Czy Zamawiający dopuści do oceny balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej dostępne w objętościach 35 i 40 cc i profilu 7/8 F? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje przewodników diagnostycznych z atraumatycznym (nieuszkodzającym) zakończeniem czy zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 2 przewodniki mają posiadać traumatyczne zakończenie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Pytanie do części nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników diagnostycznych posiadających średnice 5F i 6F, średnicę wewnętrzną 0,056” przy 6F oraz cewniki typu „pigtail” z sześcioma otworami oraz spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Pytanie do części nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie introducerów do tętnicy udowej posiadających poszerzacz teleskopowy o długości 11 cm i 23 cm oraz spełniających pozostałe wymogi SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.01.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak