

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 21.01.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa implantów piersi oraz endoprotez stawu biodrowego” - nr sprawy 07/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

dot. części 3: Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, bez zachowania wymagań pierwotnych SIWZ, jako jedynie obowiązujących, o następujących parametrach:

CEMENTOWA, BIPOLARNA ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

Trzpień cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany z CoCr, matowy, eliptyczny w przekroju, z bocznymi wklęsłościami, zapewniającymi stabilizację antyrotacyjną, zaopatrzony w centralizer. Dostępny w 6 rozmiarach w dwóch kątach CCD, mniejsze trzy rozmiary 137,5 stopnia, trzy większe rozmiary 140 stopni. Zakres długości trzpieni od 120 do 150mm. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14 lub Trzpień cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany ze stali, polerowany na całej długości, owalny w przekroju z centralizerem. Dostępny w 5 rozmiarach oraz granicznych długościach od 115 do 155mm ze skokiem co 10mm. Kat CCD 135 stopni dla każdego rozmiaru. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14.

Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 40-60mm ze skokiem co 1 mm. Wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm.

Głowa CoCrMo o średnicy 28,32,36: w czterech długościach szyjki.

Panewka cementowana typu Muller. Panewka polietylenowa w rozmiarach od 42-58mm, posiadająca znacznik RTG. Średnica wewnętrzna 28,32 i 36mm, w wersji standard, opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm z 10 stopniowym okapem.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.01.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak