



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 08.02.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fartuchów barierowych jednorazowego użytku” - nr sprawy 15/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:

„Jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace (Sontara) o gramaturze 68 g/m², zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H₂O. Wzmocnienie z „oddychającego” laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przodzie fartucha i na powierzchni 3/4 rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej o szerokości 8 cm. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru w postaci metki. Zapakowany wewnątrz w serwetę włókninową (60x60cm) wraz z 2. chłonnymi ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. Pakowane po 25 sztuk najpierw w worek foliowy, potem w karton.

Dostępne w rozmiarach:

M, L, XL, XXL

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	150cm	58cm
L	130cm	150cm	59cm
XL	140cm	160cm	61cm
XXL	150cm	170cm	63cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Posiadają dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:

„Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS - wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania.

Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL,XXXL”

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ REKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:

„Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniany wewnątrz z przodu i na ¼ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietyleny i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m².

Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Dostępne w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ REKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Pakiet 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:

„Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS - wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania.

Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL,XXXL:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ REKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„Część 1 poz. 2: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85 cm (+/- 4 cm)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Część 1 poz. 3: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. długość fartucha 130 cm, szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85 cm (+/- 4 cm)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Część 1 poz. 4: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. długość fartucha 130 cm, szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85 cm (+/- 4 cm)?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Pytanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m², rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy

wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3, dostępny w rozmiarze XXL?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Pytania 2, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o prostym kroju?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Pytanie 3, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w włókninę polipropylenową lub spunbond?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Pytanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm, szerokości 148cm, długości rękawa 62cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm, szerokości 152cm, długości rękawa 61cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Pytanie 5, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS lub SMMMS?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza włókninę SMMMS.

Pytanie nr 13:

„Pytanie 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm, szerokości 140cm, długości rękawa 61cm oraz w rozmiarze XL o długości 138cm, szerokości 148cm, długości rękawa 62cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Pytanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m², rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o

długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3, dostępny w rozmiarze XXL?"

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.02.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak