



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 28.02.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów endowaskularnych” - nr sprawy 14/PN/2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„**Część 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:
Ułożenie komponentów od góry:

1. 1x serweta 150 x 100 cm (laminat dwuwarstwowy 57,5 g/m²- owinięcie zestawu)
2. 1x chłonny ręcznik do rąk 30 x 20 cm
3. 1x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS 35 g/m², rozm. XL
4. 1x pokrowiec na panel sterowania 80 x 90 cm z folii polietylenowej
5. 1x pokrowiec na panel sterowania okrągły 120 cm z folii polietylenowej
6. 1x pokrowiec na panel sterowania okrągły 90 cm z folii polietylenowej
7. 1x serweta gazowa 50 x 60 cm biała 20- nitkowa, 4- warstwowa , po wstępnym praniu
8. 1x strzykawka jednorazowa 3- częściowa Luer- Lock 20 ml
9. 1x strzykawka jednorazowa 3- częściowa Luer 10 ml
10. 1x strzykawka jednorazowa 2- częściowa Luer 20 ml
11. 1x skalpel z rączką nr 11
12. 15x kompresy gazowe 17- nitkowe 8- warstwowe 10 x 10 cm z nitką rtg
13. 1x miska niebieska z uchwytem na prowadnik 2500 ml
14. 1x miska okrągła 250 ml
15. 1x serweta do angiografii z laminatu 3 warstwowego (gramatura 74 g/m²) o wymiarach 227 x 330 cm z panelami z folii poliuretanowej po obu stronach o wym. 70 x 330 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory 12 x 12 cm otoczone folią chirurgiczną, średnica okna 8 cm położone decentralnie; serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci polipropylenowej łąty chłonnej o wymiarach 100 x 75 cm.

Komponenty ułożone wewnątrz w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację.

Komponenty od 8 do 12 zapakowane dodatkowo w torebkę papierową.

Całość zapakowana w torbę z folii poliuretanowej z papierową klapką i 3 mm sterylnym marginesem zabezpieczającym zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem w czasie wyjmowania.

Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13 795, zgodne z tą normą.

Na opakowaniu zewnętrznym naklejka główna zawierająca skład zestawu oraz 2 naklejki transferowe zawierające dane producenta, nazwę zestawu, nr REF, nr LOT i datę ważności.

Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestaw do transportu pakowany w 2 kartony.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„**część 18** Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie kryteriami Cena – 100%, aby umożliwić konkurencyjność ofert zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie cewników do trombolizy produkcji USA o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności o rozmiarze cewnika 5F, z długością 90 cm, reszta parametrów bez zmian. Jednocześnie informujemy, że proponowane cewniki posiadających świadectwo dopuszczalności nie tylko CE ale też i FDA, który jest uznawany międzynarodowo jako dowód wysokiej jakości, bezpieczeństwa i standardów.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„**części nr 14** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w Części 14 Zamawiający wymaga, aby stenty samorozprężalne posiadały pełen zakres średnic 4-10mm i długości 20-200mm włączając wartości skrajne?”

Odp. Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 4:

„**Pytanie do § 3 ust. 7:**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy zapis § 3 ust. 8 i § 3 ust. 7 są rozłączne i nie jest możliwe kumulatywne naliczanie kar na podstawie tych zapisów umowy?

Uzasadnienie:

Wątpliwość wykonawcy dotyczy § 3 ust. 8 I § 3 ust. 7, których zakres może się pokrywać. Brak dostępnych produktów stanowi jednocześnie zwłokę w ich dostawie do 5 dni, wobec czego istnieje ryzyko kumulowania się kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie.”

Odp. Zamawiającego: TAK, zapis § 3 ust. 8 i § 3 ust. 7 są rozłączne i nie jest możliwe kumulatywne naliczanie kar na podstawie tych zapisów umowy.

Pytanie nr 5:

„**Pytanie do § 3 ust. 8:**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy zapis § 3 ust. 8 i § 3 ust. 7 są rozłączne I nie jest możliwe kumulatywne naliczanie kar na podstawie tych zapisów umowy?

Uzasadnienie:

Wątpliwość wykonawcy dotyczy § 3 ust. 8 I § 3 ust. 7, których zakres może się pokrywać. Brak dostępnych produktów stanowi jednocześnie zwłokę w ich dostawie do 5 dni, wobec czego istnieje ryzyko kumulowania się kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie.”

Odp. Zamawiającego: TAK, zapis § 3 ust. 8 i § 3 ust. 7 są rozłączne i nie jest możliwe kumulatywne naliczanie kar na podstawie tych zapisów umowy.

Pytanie nr 6:

„**Pytanie do § 7 ust. 2:**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 0.05% wartości zamówienia za dzień zwłoki, ograniczenia przypadków, gdy naliczana jest kara umowna jedynie do zwłoki, a więc sytuacji, za które odpowiada Wykonawca, oraz dochodzenie kar za dzień, który upłynął, a nie za dzień rozpoczęty.

Uzasadnienie:

Zaproponowany w ww. zapisie mechanizm kar umownych stanowi nadmierne obciążenie Wykonawcy z uwagi na wysoką karę umowną za dzień zwłoki lub opóźnienia, określenie iż kara umowna jest należna za rozpoczęty dzień (czyli od godziny 00:00), jak również brak limitu kumulacji kar umownych. Brak ograniczenia przypadków, za które należna jest kara umowna do zwłoki Wykonawcy, sprawia, iż ponosi on odpowiedzialność także za przypadki,

pozostające poza jego kontrolą (np. Brak możliwości wjazdu na teren Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

„Pytanie do § 7 ust. 3:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 0.05% wartości zamówienia za dzień zwłoki, ograniczenia przypadków, gdy naliczana jest kara umowna jedynie do zwłoki, a więc sytuacji, za które odpowiada Wykonawca, oraz dochodzenie kar za dzień, który upłynął, a nie za dzień rozpoczęty.

Uzasadnienie:

Zaproponowany w ww. zapisie mechanizm kar umownych stanowi nadmierne obciążenie Wykonawcy z uwagi na wysoką karę umowną za dzień zwłoki lub opóźnienia, określenie iż kara umowna jest należna za rozpoczęty dzień (czyli od godziny 00:00), jak również brak limitu kumulacji kar umownych. Brak ograniczenia przypadków, za które należna jest kara umowna do zwłoki Wykonawcy, sprawia, iż ponosi on odpowiedzialność także za przypadki, pozostające poza jego kontrolą (np. Brak możliwości wjazdu na teren Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Pytanie do § 7 ust. 4:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 0.05% wartości zamówienia za dzień zwłoki, ograniczenia przypadków, gdy naliczana jest kara umowna jedynie do zwłoki, a więc sytuacji, za które odpowiada Wykonawca, oraz dochodzenie kar za dzień, który upłynął, a nie za dzień rozpoczęty.

Uzasadnienie:

Zaproponowany w ww. zapisie mechanizm kar umownych stanowi nadmierne obciążenie Wykonawcy z uwagi na wysoką karę umowną za dzień zwłoki lub opóźnienia, określenie iż kara umowna jest należna za rozpoczęty dzień (czyli od godziny 00:00), jak również brak limitu kumulacji kar umownych. Brak ograniczenia przypadków, za które należna jest kara umowna do zwłoki Wykonawcy, sprawia, iż ponosi on odpowiedzialność także za przypadki, pozostające poza jego kontrolą (np. Brak możliwości wjazdu na teren Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Pytanie do § 7 ust. 8

Wykonawca wnosi o zmianę ww. zapisu poprzez wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy do wartości zamówienia.

Uzasadnienie:

Modyfikacja zapisu w dalszym ciągu będzie należycie chronić interes Zamawiającego, nie przenosząc jednocześnie na Wykonawcę nadmiernego ryzyka gospodarczego realizacji umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„W związku z umową dzierżawy i dostępem do przedmiotu dzierżawy w przypadku ewentualnych awarii i konieczności przeprowadzenia napraw, może dojść do sytuacji dostępu do danych osobowych pacjentów i personelu, w tym danych szczególnych kategorii. Wobec

powyższego Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wskazanie zasad, zgodnie z którymi Wykonawca i osoby działające w jego imieniu przy prowadzeniu prac serwisowych, będą mogły mieć dostęp do ewentualnych danych (umowa powierzenia przetwarzania, ewentualnie upoważnienie dla osoby serwisanta bezpośrednio od Zamawiającego).”

Odp. Zamawiającego: W Załączeniu wzór UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający w Części nr 7 dopuści złożenie oferty z przewodnikami hydrofilnymi o średnicy 0,035”, zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontroli trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na złamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna długości, atraumatyczna miękka końcówka z pamięcią kształtu, dostępny w wersji o standardowej sztywności, i sztywnej oraz dostępne w opcji z kształtowalną końcówką?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Jakiej długości przewodniki hydrofilne zamawia Zamawiający w Części nr 7?”

Odp. Zamawiającego: 80, 150, 180, 260, 320 cm.

Pytanie nr 13:

„**CZĘŚĆ NR 7, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści przewodnik ze sztywnym trzpieniem ze stali nierdzewnej pokrytej PTFE z końcówką typu ‘J’ o przekroju 0,035 o długości 150cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„**części nr 5** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawkki wysokociśnieniowej z manometrem o pojemności 20 ml oraz spełniającej pozostałe wymogi SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„**Części Nr 14**

Czy w Części nr 14 Zamawiający dopuści stenty o średnicy 4-9 mm oraz dostępnych długościach do 150mm (pozostałe parametry bez zmian) ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

„Czy Zamawiający dopuści w **części 7** przewodnik o nitynolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną o zakończeniu prostym lub zagiętym 45°, długości 80,150,180,260 cm. I różnym rodzaju sztywności przewodnika?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Czy Zamawiający dopuści w **części 10** przewodnik sztywny o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE o średnicach 0,035 i 0,038, długości 75/145/180/260 cm Końcówki a) miękka o dł 6cm: prosta lub 3 mm J b) prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

„Czy Zamawiający w **części 13** dopuści stent kobaltowo -chromowy kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów o średnicy 5/6/7/8/9mm długości 20/30/40/50/60/80 mm. Długość shaftu 80 i 120 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„Czy Zamawiający w części 14 dopuści stent samorozprężalny wykonany z nitynolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby, stent o zamkniętych celach na obu końcach i otwartych celach w części środkowej. Średnice stentu 5-14 mm, długości 20-120 mm, system wprowadzający 75 i 120 cm. markery na końcach, 4-5 markerów na każdym końcu w zależności od rozmiaru. Stent spełniający pozostałe kryteria specyfikacji?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

„Część nr 7 Czy Zamawiający dopuści przewodnik o dwóch stopniach sztywności?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

„Część nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki o pojemności 20 ml.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22:

„Część nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki o pojemności 30 ml”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23:

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 14 stenty samorozprężalne nitinolowe o średnicach 5-10mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy depozytu stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dodanie do par. 7 ust. 1 zdania o następującej treści: Towary w podmagazynie stanowią własność Wykonawcy do chwili ich pobrania z przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy depozytu stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez dodanie do par. 7 ust. 3 zdania o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 10

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 10 załącznika nr 2 do siwz przewodników specjalistycznych sztywnych (typu amplatz), wykonanych ze stali nierdzewnej, pokrytych teflonem, z miękką końcówką o długości 3 lub 7cm, prostą lub J, przewodnik o śr. 0.035”, długość do 300cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 14

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 14 załącznika nr 2 do siwz stentów samorozprężalnych o dostępnych śr. 5-10mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 18

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 18 załącznika nr 2 do siwz cewników do trombolizy o średnicy 5F, długości 65 lub 130cm z otworami 14 lub 30 bocznymi na długości 7 lub 15cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 24

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 24 załącznika nr 2 do siwz cewników diagnostycznych kalibracyjnych o długości 110cm posiadających wolframowe znaczniki rozmieszczone co 1cm na dystalnych 22cm, bardzo dobrze widoczne w rtg.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 zestawu o niżej opisanym składzie?

1. Serweta angiograficzna 220x320cm z dwoma otworami o średnicy 12cm otoczone taśmą lepną – 1 szt.
2. Fartuch operacyjny rozmiar XXL – 2 szt.
3. Serweta na stół instrumentacyjny 150x190cm – 1szt.
4. Kieszeń przyklepna 1-komorowa 30x40cm – 1 szt.
5. Foliowa osłona na gumkę typu czapeczka Ø 90cm – 2szt.
6. Foliowa osłona na gumkę typu czapeczka Ø 140cm – 1szt.
7. Miska medyczna plastikowa przezroczysta 120ml – 1szt.
8. Miska medyczna plastikowa okrągła niebieska 250ml – 2szt.
9. Ręcznik do rąk włókninowy 10x20cm – 20 szt.
10. Kleszcze plastikowe opatrunkowe 19cm – 1szt.
11. Serweta 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną – 4 szt.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Czy Zamawiający w postępowaniu nr 14/PN/2019 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów endowaskularnych” część 4 będąc w posiadaniu wstrzykiwacza Angiomat Illumena na gwarancji, **wymaga materiałów jednorazowych autoryzowanych i dopuszczonych przez producenta wstrzykiwacza?**”

Odp. Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 32:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 3 Y- konektora w zestawie z linią ciśnieniową o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 5 strzykawki wysokociśnieniowej z manometrem, o następujących parametrach:

- pojemność 20 ml
- w zestawie kranik trójdrożny oraz dren, pozostałe parametry bez zmian?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 18 cewnika do trombolizy, o następujących parametrach:

- Zawiera cewnik, przewodnik zamykający i Y-konektor
- Dostępne średnice: 4F i 5F
- Dostępne długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135 cm
- Długość segmentu infuzyjnego:
- Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm
- Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm
- Kompatybilny z przewodnikiem 0,035”
- Przewodnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki
- Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany
- Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika
- Ilość otworów: 8 na długości 1 cm
- Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości **niezrealizowanej części** umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia.**
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części zamówienia.**
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanej części zamówienia.**”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

„Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw jednorazowych obłożeń i materiałów do zabiegów naczyniowych o składzie:

Poz. 1: serweta angiograficzna dwuwarstwowa o rozm. 235 cm x 320 cm z 2 otworami na tt udowe o średnicy 12 cm, otoczone taśmą samoprzylepną oraz warstwą przezroczystą z prawej strony 80 x 320 cm

Poz. 5: serweta na stół instrumentarium w rozm. 150x190 cm, która jest jednocześnie owinięciem zestawu

Poz. 6: OSŁONA FOLIOWA NA SPRZĘT 76X91CM

Poz. 7: OSŁONA FOLIOWA NA SPRZĘT OKRĄGŁA 112X56CM Z GUMKĄ BIAŁĄ

Poz. 8: OSŁONA FOLIOWA NA SPRZĘT 76X91 cm

Pozostałe składowe i parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:

„Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw jednorazowych obłożeń i materiałów do zabiegów naczyniowych o składzie:

Poz. 1: serweta angiograficzna dwuwarstwowa o rozm. 235 cm x 320 cm z 2 otworami na tt udowe o średnicy 12 cm, otoczone taśmą samoprzylepną oraz warstwą przezroczystą z prawej strony 80 x 320 cm

Poz. 3: serweta wysokochłonna do rąk – 2 szt.

Poz. 6: powłoka ochronna na szybę ołowiową typu torba z gumką 102 x 91 cm

Poz. 7: powłoka ochronna na detektor typu czapeczka z gumką 112 x 56 CM

Poz. 8: powłoka ochronna na panel sterowania typu czapeczka z gumką (30 cm ÷ 72 cm x 36 cm)

(30 cm gumka w stanie nierozciągniętym ÷ 72 cm max rozciągnięcie) x 36 cm głębokość osłony -czapeczki)

Poz. 13: miska niebieska z uchwytami na przewodnik o pojemności 2 500 ml

Pozostałe składowe i parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

„Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 39:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2-4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie

ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.02.2019 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak